



.....

Znak: AE/ZP-27-77/14

Tarnów, 2014-10- 20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem oraz akcesoriów do zabiegów naprawczych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści koszulki naczyniowe 7-11F o długości 23,5 cm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora jednojamowego z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania (impulsu)?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora jednojamowego nie posiadającego dyskryminatora morfologii QRS? Dostępnymi dyskryminatorami są stabilność i nagły początek?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z żywotnością 15 lat, przy następujących parametrach: 50% stymulacji przy 2,5 V, 0,4 ms, 60/min, 500 ohm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z żywotnością 12,1 lat, przy następujących parametrach: 50% stymulacji przy 2,5 V, 0,4 ms, 60/min, 500 ohm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 4** również koszulek 7-11F o długości 23,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** kardiowertera defibrylatora jednojamowego z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania (impulsu).

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** kardiowertera-defibrylatora jednojamowego nie posiadającego dyskryminatora morfologii QRS.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** stymulatora jednojamowego opisanego w pytaniu.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** stymulatora dwujamowego opisanego w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

