



.....

Znak: AE/ZP-27-79/14

Tarnów, 2014-09-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dzierżawę wielokanałowego czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych oraz dostawy materiałów do badań mikrobiologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 20, 21, 22 produktów, które nie są wyrobami medycznymi?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 20, 21, 22 podłoża, które nie są sterylizowane radiacyjnie?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu pozycji 20, 21, 22 i utworzy dla nich oddzielny pakiet?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby każda płytka opisana była datą produkcji jeżeli opisana będzie numerem serii?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 7 podłoża z 4-tygodniowym terminem ważności?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 24 podłoża z 4-miesięcznym terminem ważności?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycjach 4 i 5 tego samego podłoża?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycjach 9 i 10 tego samego podłoża?
9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 7 dni na 7 dni roboczych
10. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający w pozycjach 20-22 dopuści płytki pakowane w pojedynczą warstwę folii?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 pozycje: 20, 21, 22 produktów, które nie są wyrobami medycznymi, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 pozycje: 20, 21, 22 podłoża, które nie są sterylizowane radiacyjnie, pod warunkiem, że są sterylizowane w inny sposób i spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 3 pozycji: 20, 21, 23 i utworzenia z nich oddzielnego pakietu.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza aby oferowane płytki były opisane numerem serii zamiast datą produkcji, pod warunkiem, że będzie na nich data ważności i spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza aby oferowane w Pakiecie Nr 3 w pozycji 7 podłoża były z 4-tygodniowym terminem ważności, pod warunkiem, że spełniają pozostałe wymagania SIWZ.



Ad. 6 Zamawiający dopuszcza aby oferowane w Pakiecie Nr 3 w pozycji 24 podłoża były z 4-tygodniowym terminem ważności, pod warunkiem, że będą w opakowaniach nie większych niż 50 sztuk i spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 3 pozycje 4 i 5 tego samego podłoża, przy czym podłoże w pozycji 5 musi być w opakowaniach nie większych niż 20 sztuk.

Ad. 8 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 3 pozycje 9 i 10 tego samego podłoża, przy czym podłoże w pozycji 10 musi być w opakowaniach nie większych niż 20 sztuk.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, i zmianę terminu dostawy z 7 dni na 7 dni roboczych.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza aby oferowane w Pakiecie Nr 3 w pozycji 20-22 płytki pakowane były w pojedynczą warstwę folii, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

