

## Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr 1 – 3

| L.p.                                                                   | Wymagane parametry dla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wpisać oferowane parametry |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| 1.                                                                     | <b>Dla pozycji 1-7:</b> w każdym przypadku bezodczynnikiowe zestawy do identyfikacji drobnoustrojów za pomocą testów biochemicznych stanowiących 1 panel diagnostyczny, czas inkubacji do 24 godzin.                                                                                                                                                                                         |                            |
| 2.                                                                     | <b>Dla pozycji 8:</b> zestaw do identyfikacji bakterii beztlenowych za pomocą min 23 testów biochemicznych – stanowiących 1 panel diagnostyczny, czas inkubacji 24 - 48 godzin.                                                                                                                                                                                                              |                            |
| 3.                                                                     | <b>Dla pozycji 1-8:</b> w każdym przypadku zestawy kompletne do wykonania oznaczenia, tzn. w skład zestawu wchodzi paski identyfikacyjne oraz nośniki zawiesziny bakteryjnej niezbędne do wykonania badania; w pozycji nr 8 – wszystkie dodatkowe odczynniki potrzebne do odczytu testu (rodzaj i ilość dodatkowych odczynników określa Wykonawca ujmując te materiały w formularzu Cenowym) |                            |
| 4.                                                                     | <b>Dla pozycji 1-8:</b> do każdej dostawy dołączony certyfikat jakości, który powinien zawierać: nazwę testu, nazwę producenta, datę ważności, numer serii oraz wyniki kontroli jakości.                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 5.                                                                     | <b>Dla pozycji 10-16:</b> w każdym przypadku zestawy kompletne do wykonania oznaczenia .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 6.                                                                     | <b>Dla pozycji 10-16:</b> do każdej dostawy dołączony certyfikat jakości, który powinien zawierać: nazwę testu, nazwę producenta, datę ważności, numer serii, wyniki kontroli jakości.                                                                                                                                                                                                       |                            |
| 7.                                                                     | <b>Dla pozycji 1-16 i 19:</b> data ważności – min. 12 miesięcy od daty dostawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| 8.                                                                     | <b>Dla pozycji 1-16:</b> do oferty załączone instrukcje użycia w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia, które będą również dostarczane wraz z dostawą                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| 9.                                                                     | <b>Dla pozycji 1-16:</b> w przypadku gdy zaoferowany odczynnik posiada w swoim składzie substancje niebezpieczne - do każdej dostawy dołączona karta charakterystyki produktu                                                                                                                                                                                                                |                            |
| 10.                                                                    | <b>Dla pozycji 1-16:</b> Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie                                                                                            |                            |
| 11.1                                                                   | <b>Dla pozycji 17:</b> Czytnik wielokanałowy wraz z komputerem, drukarką oraz oprogramowaniem komputerowym do automatycznego odczytu testów identyfikacyjnych – biochemicznych paneli diagnostycznych zaoferowanych w poz. 1-8                                                                                                                                                               |                            |

.....  
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

| L.p.                                                                   | Wymagane parametry dla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wpisać oferowane parametry |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 11.2.                                                                  | W zestawie z czytnikiem jedno urządzenie do oznaczania gęstości i standaryzacji zawiesiny bakteryjnej. Możliwość przeprowadzenia pomiarów zmętnienia w skali 0-15 McFarlanda. W cenie dzierżawy kalibracja urządzenia potwierdzona wystawieniem świadectwa kalibracji, które będzie dostarczone Zamawiającemu wraz z urządzeniem                                  |                            |
| 11.3.                                                                  | W zestawie z czytnikiem pipeta automatyczna do inokulacji paneli identyfikacyjnych; w cenie dzierżawy kalibracja pipety potwierdzona wpisem do paszportu technicznego oraz wzorcowanie pipety potwierdzone wystawieniem świadectwa wzorcowania przez wzorcujące laboratorium akredytowane. Świadectwo wzorcowania będzie dostarczone Zamawiającemu wraz z pipetą. |                            |
| 11.4.                                                                  | Wraz z dostawą instrukcja obsługi (w języku polskim): czytnika, pipety oraz urządzenia do oznaczania gęstości i standaryzacji zawiesiny bakteryjnej                                                                                                                                                                                                               |                            |
| <b>Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|                                                                        | <b>Dla pozycji 1:</b> Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia. W opakowaniach nie większych niż 30 oznaczeń. Możliwość                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| 1.                                                                     | wykonania oznaczenia w materiałach klinicznych: surowica krwi, płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz. Data ważności min. 12 miesięcy od dostawy.                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|                                                                        | <b>Dla pozycji nr 2:</b> Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia. W opakowaniach nie większych niż 30 oznaczeń. Możliwość                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 2.                                                                     | wykonania oznaczenia w materiałach klinicznych: mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy. Data ważności min. 6 miesięcy od dostawy.                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| 3.                                                                     | <b>Dla pozycji 1-2:</b> do oferty załączone instrukcje użycia w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia, które będą również dostarczane wraz z dostawą                                                                                                                                                                                                   |                            |
| 4.                                                                     | <b>Dla pozycji 1-2:</b> Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie                                                                  |                            |
| <b>Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| 1.                                                                     | <b>W pozycjach 1 - 12 i 14 – 19 oraz 23</b> podłoża gotowe, na płytkach z żebrami wentylacyjnymi, średnica płytki 90 mm; <b>w pozycji 13</b> - podłoże płynne w probówkach                                                                                                                                                                                        |                            |
| 2.                                                                     | Każda płytka opisana: nazwą podłoża, datą produkcji i ważności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| 3.                                                                     | Opakowania nie większe niż: 20 płytek w odniesieniu do pozycji: 1 - 3, 5 - 8, 10 – 19 <b>oraz 23</b> , <b>w pozycjach 4 i 9</b> opakowanie winno być nie większe niż 100 sztuk.                                                                                                                                                                                   |                            |
| 4.                                                                     | Minimalna data ważności: <b>dla poz. 1- 18 oraz poz. 20 - 23</b> - minimum 5 tygodni od daty dostawy, <b>dla poz. 19</b> - 2 miesiące od daty dostawy, <b>dla poz. 24</b> - 6 miesięcy od daty dostawy                                                                                                                                                            |                            |

.....  
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

| L.p. | Wymagane parametry dla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wpisać oferowane parametry |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 5.   | Z każdą dostawą instrukcja użycia w języku polskim oraz certyfikat (świadectwo) kontroli jakości wystawione przez producenta, zawierające: skład podłoża, jego parametry, kontrolę jakości przeprowadzoną ze szczepami wzorcowymi przeprowadzoną wg wytycznych EUCAST                                                                                                                                                                 |                            |
| 6.   | Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie                                                                                                                                                              |                            |
| 7.   | Producent żywności musi posiadać uznany system jakości z serii ISO9000 lub równoważny, odpowiedni certyfikat załączyć do oferty                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| 8.   | <b>Dla pozycji: 2, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24:</b> do oferty załączone instrukcje użycia w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia, które będą również dostarczane wraz z dostawą                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 9.   | <b>Pozycja nr 20:</b> płytki odciskowe, z agarem sterylizowanym radiacyjnie do monitorowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w środowisku szpitalnym. Płytki z meniskiem wypukłym pozwalającym na bezpośrednie pobranie materiału z badanych powierzchni. Podłoża z czynnikami neutralizującymi inaktywującymi pozostałości środków dezynfekcyjnych. Pakowane w trzy warstwy folii, w pakiety zawierające nie więcej niż 10 płytek. |                            |
| 10.  | <b>Pozycja nr 21:</b> Agar tryptozowo-sojowy - podłoża gotowe, na płytkach z agarem sterylizowanym radiacyjnie do monitorowania skażenia mikrobiologicznego w środowisku szpitalnym, do pobierania prób powietrza metodą sedimentacyjną. Średnica płytki 90 mm, podłoża pakowane potrójnie, w pakiety zawierające nie więcej niż 10 płytek.                                                                                           |                            |
| 11.  | <b>Pozycja nr 22:</b> Agar Sabouraud z dekstrozą - podłoża gotowe, na płytkach z agarem sterylizowanym radiacyjnie do monitorowania skażenia mikrobiologicznego w środowisku szpitalnym, do pobierania prób powietrza metodą sedimentacyjną. Średnica płytki 90 mm, podłoża pakowane potrójnie, w pakiety zawierające nie więcej niż 10 płytek.                                                                                       |                            |

.....  
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty