



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-82/14

Tarnów, 2014-10-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1 - 10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz.1-10) oraz utworzenie odrębnego pakietu?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o folii pięciowarstwowej plus warstwa kleju?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści zestawy kontroli wsadu składające się ze wskaźników klasy 6 o wymaganych parametrach?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.3.** Czy Zamawiający dopuści wskaźniki laminowane?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.4.** Czy Zamawiający dopuści wskaźniki klasy 5 z ruchomą substancją wskaźnikową, z jednym okienkiem podzielonym na wynik pozytywny i negatywny?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.5.** Czy Zamawiający dopuści testy zgrzewa odwzorowujące typowe opakowanie papier-folia?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.1.** Czy Zamawiający dopuści etykiety z możliwością zapisu w podzielonym układzie: pierwszy rząd – symbol pakietu 3 znaki, nr sterylizacji 2 znaki, nr operatora 2 znaki, nr cyklu 4 znaki, drugi rząd data sterylizacji, trzeci rząd data ważności pakietu?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.1.** Czy Zamawiający dopuści osłonki papierowe z szerokością nacięcia 10 mm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.2.** Czy Zamawiający dopuści osłonki papierowe z szerokością nacięcia 25 mm?
10. Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczania, jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1 i 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów biologicznych niestandardowej wielkości w przypadku bezpłatnego użyczenia 2 inkubatorów na czas trwania umowy?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.3.** Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.1 i 2.** Czy w miejsce testów klasy 5 Zamawiający dopuści testy klasy 6?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.3.** Czy Zamawiający dopuści testy wieloparametrowe laminowane od strony wskaźnika, w celu niedopuszczenia do zabrudzenia sterylizowanego pakietu oraz uniknięcia ryzyka zafałszowania wyniku poprzez kontakt tuszu wskaźnikowego ze skórą lub innymi czynnikami zewnętrznymi.



15. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.4.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji?
16. **Dotyczy Rozdział XIV, pkt. 4 SIWZ.** Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy poprzez dopuszczenie wzrostu wartości brutto umowy w przypadku ustawowej podwyżki stawki podatku VAT, przy zachowaniu niezmienniej wartości netto.
17. **Dotyczy Rozdział XIV, pkt. 16 SIWZ.** Uprzejmie prosimy o zgodę, by w przypadku wskazanym w niniejszym paragrafie Wykonawca był zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy ceną zakupu od innego Wykonawcy a ceną wskazaną w ofercie, nie natomiast do pokrycia wartości całego zamówienia.
18. **Dotyczy Rozdział XIV SIWZ.** Czy terminy podane w umowie wyrażone są w dniach roboczych czy kalendarzowych? Jeżeli roboczych, to czy poprzez termin dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
19. **Dotyczy Rozdział XIV, pkt.9 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary w pkt.9 ogólnych warunków umowy w SIWZ z 20% na 10%?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 1 – 10 do odrębnego pakietu.
- Ad.2** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 zaoferowania rękawów papierowo-foliowych o folii pięciowarstwowej plus warstwa kleju.
- Ad.3** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 6 poz.1 i 2 zaoferowania zestawów kontroli wsadu składających się ze wskaźników klasy 6.
- Ad.4.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 6 poz.3 wskaźniki laminowane wyłącznie jednostronnie od strony nałożenia substancji testowej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ
- Ad.5.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie 6 poz.4 wskaźniki klasy 5 z ruchomą substancją wskaźnikową, z jednym okienkiem podzielonym na wynik pozytywny i negatywny, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- Ad.6.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 6 poz.5 testów zgrzewu odwzorowujących typowe opakowanie papier-folia.
- Ad.7.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 8 poz.1 etykiet z możliwością zapisu w podzielonym układzie: pierwszy rząd – symbol pakietu 3 znaki, nr sterylizacji 2 znaki, nr operatora 2 znaki, nr cyklu 4 znaki, drugi rząd data sterylizacji, trzeci rząd data ważności pakietu.
- Ad.8.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 9 poz.1 osłonki papierowe z szerokością nacięcia 10 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ
- Ad.9.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 9 poz.2 osłonki papierowe z szerokością nacięcia 25 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ
- Ad.10.** Zamawiający dopuszcza określenie cen jednostkowych netto i brutto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, pod warunkiem, że wartość netto i brutto poszczególnych pozycji w pakiecie oraz wartość netto i brutto całego pakietu określona będzie do dwóch miejsc po przecinku.
- Ad.11.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 poz.1 i 2 zaoferowanie testów biologicznych niestandardowej wielkości, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ oraz wliczenia w cenę oferty dzierżawy: do poz.1 - 5 inkubatorów na czas trwania umowy, do poz.2- 1 inkubatora na czas trwania umowy.



- Ad.12.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 4 poz.3 do odrębnego pakietu.
- Ad.13.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 6 poz.1 i 2 testów klasy 6.
- Ad.14.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 6 poz.3 zaoferowanie testów wieloparametrowych laminowanych wyłącznie od strony wskaźnika, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.
- Ad.15.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 6 poz.4 testów klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji.
- Ad.16.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
- Ad.17.** Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy.
- Ad.18.** Ogólne warunki umowy – pkt XIV SIWZ jednoznacznie określa, że podane terminy odnoszą się do dni kalendarzowych i Zamawiający podtrzymuje te zapisy.
- Ad.19.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

