



.....

Znak: AE/ZP-27-84/14

Tarnów, 2014-10- 13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dzierżawę wielokanałowego czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych oraz dostawy odczynników chemicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający oczekuje formalinę (10% roztwór formaldehydu) stabilizowaną o pH 7,4 – 7,8 czy formaldehyd 10% cz.d.a?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 6 i 7.** Czy Zamawiający pod pojęciem „zestaw” rozumie opakowanie składające się z 6 szt., odczynnika na 6 L gotowego barwnika, czy 1 szt. odczynnika na 1 L gotowego produktu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 2 oczekuje produktu spełniającego wymagania określone w Załączniku Nr do SIWZ, tj. „formaliny 10% zbuforowanej stabilizowanej na pH 7-7,8, w której stężenie formaldehydu wynosi 4%, spełniającej również pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający w Pakiecie Nr 5 pozycje: 6 przez zestaw rozumie zgodnie z zapisami w Załączniku Nr 1 do SIWZ hematoksylinę w proszku składającą się z dwóch komponentów, które po zmieszaniu z 1 litrem wody destylowanej dają produkt gotowy do użycia, natomiast w poz. 7 tego Pakietu przez zestaw rozumie eozynę wodną w proszku, gotową do użycia po zalaniu jednym litrem wody destylowanej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

