

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry	Podać parametry oferowane
Pakiet Nr 1 - Igła do nakłucia tętnicy udowej i prowadnik diagnostyczny	
Pozycja 1 - Igła do nakłucia tętnicy udowej	
1. rozmiar: 18G, długość 70 mm	
2. średnica wewnętrzna umożliwiająca łatwe wprowadzanie prowadnika o średnicy 0,038 cala	
3. ostry kąt ścięcia końcówki (poniżej 18 stopni), umożliwiający łatwe nakłucie ściany tętnicy w trudnych warunkach (krwiaki, zrosty, itp.)	
4. długość odcinka ścięcia końcówki co najmniej 4 mm (podać długość w mm odcinka ścięcia końcówki zaoferowanej igły)	
Pozycja 2 - Prowadnik diagnostyczny	
1. materiał - podać nazwę; typ z nieruchomym rdzeniem (fixed core); z końcówką "J"	
2. pokrycie - PTFE	
3. wymagane średnice (cale) co najmniej - 0,035; 0,038 (wymienić zaoferowane średnice)	
4. wymagane dwie długości dla podanych średnic - jedna w zakresie 145 - 150 cm i druga w zakresie 260 - 300 cm (podać zaoferowane długości)	
5. technologia wykonania zapewniająca dużą elastyczność prowadnika (opisać)	
Pakiet Nr 3 - Introduktor zbrojony do tętnicy udowej	
1. w zestawie co najmniej - introduktor z zastawką hemostatyczną i łącznikiem bocznym zakończonym kranikiem trójdrożnym, rozszerzacz naczyniowy	
2. typ - specjalny oplot metalowy zapewniający elastyczność i uniemożliwiający załamywanie w świetle krętych tętnic biodrowych	
3. rozmiar 6F i 7F, długość równa lub powyżej 20 cm (podać zaoferowane rozmiary i długości)	
Pakiet Nr 11 - Dwubiegunowa elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji serca	
1. możliwość pracy ze stymulatorem zewnętrznym (w tym z aparatem TESLA LSK 520) - dostępność odpowiednich końcówek do podłączenia	
2. rozmiary: 5F i 6F (podać zaoferowane rozmiary)	
3. z kształtem krzywizny końcówki dystalnej umożliwiającym wprowadzenie z dostępu przez żyłę próżną dolną	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wymagane parametry	Podać parametry oferowane
Pakiet Nr 27 - Stent wieńcowy na cewniku balonowym do zabiegów w naczyniach powyżej 4 mm średnicy	
1. materiał - stal 316L lub kobalt-chrom; system monorail rapid exchange (RX); podać w cm zaoferowaną długość roboczą w cm	
2. wymagane średnice (mm) co najmniej: 4,5; 5,0; podać zaoferowane średnice	
3. wymagane długości (mm): mieszczące się w przedziale od 6 mm do 40 mm (dla średnicy 5,0 mm wymagane co najmniej 5 wymiarów) - podać zaoferowane długości	
4. system odpowiedni dla przewodnika o średnicy 0,014 cala	
5. ciśnienie nominalne dla średnicy 5,0 mm równe lub poniżej 10 bar (podać wartość)	
6. ciśnienie RBP dla średnicy 5,0 mm równe lub powyżej 14 bar (podać wartość RBP w barach i wartość przyrostu średnicy przy RBP w mm)	
7. dołączyć kopię oryginalnej tabeli podatności (compliance chart)	
8. podać wartość profilu przejścia dla średnicy 4,5 i 5,0 mm w calach	
9. podać grubość strut dla średnicy 4,5 i 5,0 mm (w mikrometrach)	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty