



Znak: AE/ZP-27-87/14

Tarnów, 2014-10- 16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy implantów ortopedycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10.** Czy w Pakiecie Nr 2 poz. 10 nie zaszła pomyłka i wkręty korowe Ø 3,5 mm nie powinny mieć długości całkowitej L: od 12 mm do 60 mm zamiast od 12 mm do 6 mm?
2. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.9 a) SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność?
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.9 b) SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 W opisie przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 2 poz. 10 wystąpiła omyłka pisarska – winno być wkręty korowe Ø 3,5 mm o długości całkowitej L: od 12 mm do 66 mm, co znajduje potwierdzenie w dalszej części opisu – „.....,przy czym w przedziale długości od 12 do 40 mm w odstępach maksymalnie co 2 mm”.

Ad. 2 – 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie ad 1 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje modyfikacji Formularza Cenowego.

W załączeniu poprawiony Formularz Cenowy

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

