



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-89/14

Tarnów, 2014-10-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 11 i utworzenie z niej odrębnego pakietu?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.3 i 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły najnowszej generacji typu Xflex lecz bez opisu katalogowego „igła plastyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz.3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej ze standardowym ostrzem? Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz.4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 250 cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.1-2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.2** – Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 z pakietu 7 i utworzy z niej odrębne zadanie?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w rozmiarze 6 x 100 mm w opakowaniu a'10 szt? Pozostałe parametry bez zmian.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek silikonowych niebieskich o rozmiarze 1,5 x 1,0 mm o dł. 2 x 45 cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek silikonowych niebieskich o rozmiarze 2,5 x 1,2 mm o dł. 2 x 45 cm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.3** – Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z pakietu 10 i utworzy z niej odrębne zadanie?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.8** – Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 4**– Czy Zamawiający dopuści szew z igłą Surgalloy, wykonaną ze stopu stali odpornej na złamanie i odkształcenia?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.2** – Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 24 mm?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.3** – Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 39 mm odwrotnie tnącą?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.4** – Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.5** – Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 39 mm, dł. nici 90 cm?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.1** – Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.2** – Czy Zamawiający dopuści szew z nicią 240 cm (pętla)?
20. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.1** – Prosimy o wydłużenie terminu do 48 godzin dla dostaw na „cito”.

21. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.4** – Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały : „Ceny netto przedstawione w Formularzu Cenowym w pkt.I nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy”.
22. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.16** – Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę związanego z Zamawiającym niniejszą umową”.
23. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** – Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu w umowie: „Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”
24. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.8** – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień ogólnych warunków przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt.8 :
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a nie dostarczonej partii towaru,
b) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru.
W zakresie dostaw zwykłych naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie do 4 dni”.
25. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.16** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt.16 poprzez rezygnację z zapisu : „a zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w wysokości 4000 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie”
26. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.3 i 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę Pakiecie Nr 4 poz. 3 i 5 również na igłę bez opisu katalogowego igła kosmetyczna, pozostałe parametry bez zmian? W razie pozytywnej odpowiedzi w celu sprawdzenia jakości proponowanej przez nas igły zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość załączenia próbki do tej pozycji.
27. **Dotyczy Pakietu Nr 8** – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 8 wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z swiz.
28. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.2-5** – Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 7** – Czy Zamawiający dopuści szew o okresie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian. ***W przypadku zaoferowania w Pakiecie Nr 1 szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w kolumnie „Nazwa handlowa/nr katalogowy” w każdej pozycji Formularza Cenowego, w której zaoferuje szwy o dopuszczonym odpowiednią okresie wchłaniania oraz dopisania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu, a w przypadku zaoferowania szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni we wszystkich pozycjach Formularza Cenowego Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania tylko w nazwie pakietu.***

Ad.2.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 1 pozycji nr 11 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Ad.3.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 poz.3 i 5 igły najnowszej generacji typu Xflex lecz bez opisu katalogowego „igła plastyczna”. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Ad.4.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz.3 igły okrągłej ze standardowym ostrzem. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian .

Ad.5.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz.4 nici o długości 250 cm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Ad.6.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz.1-2 szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian. ***W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu.***

Ad.7.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 7 pozycji nr 2 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Ad.8.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz.1 plastrów w rozmiarze 6 x 100 mm w opakowaniu a'10 szt. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Ad.9.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz.1 rurek silikonowych niebieskich o rozmiarze 1,5 x 1,0 mm o dł. 2 x 45 cm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Ad.10.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz.2 rurek silikonowych niebieskich o rozmiarze 2,5 x 1,2 mm o dł. 2 x 45 cm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian

Ad.11.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 10 pozycji nr 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Ad.12.

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz.8 szew z igłą 48 mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian

Ad.13.

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 szew z igłą Surgalloy, wykonaną ze stopu stali odpornej na złamania i odkształcenia. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian

Ad.14.

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 poz.2 szew z igłą 24 mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian

Ad.15.

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 poz.3 szew z igłą 39 mm odwrotnie tnącą. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian

Ad.16.

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 poz.4 szew z igłą odwrotnie tnącą. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Ad.17.

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 poz.5 szew z igłą 39 mm, dł. nici 90 cm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Ad.18.

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 7 poz.1 szew z igłą 48 mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Ad.19.

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 7 poz.2 szew z nicią 240 cm (pętla). Pozostałe warunki SIWZ bez zmian

Ad.20.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 48 godzin dla dostaw na „cito”.

Ad.21. Ad.22, Ad.23, Ad.24, Ad 25

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ad.26.

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 4 poz.3 i 5 igłę bez opisu katalogowego igła kosmetyczna. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.IV.4.1.SIWZ wymaga załączenia do oferty próbki - 1 saszetki asortymentu zaoferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 5, natomiast nie wymaga załączenia do oferty próbki asortymentu zaoferowanego w Pakiecie Nr 4 poz.3.

Ad.27.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 8 zaoferowanie wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad.28.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz.2-5 szwu z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point.

Ad.29.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz.1-2 szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian ***W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu.***

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a