

Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr 1 - 19

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1		
1.	Aparat nie starszy niż z 2012 roku	
2.	Pojemność aparatu minimum 120 miejsc	
3.	Ciągły monitoring hodowli: pomiary co najmniej 4 razy na godzinę	
4.	Możliwość graficznego przedstawiania przebiegu hodowli	
5.	Możliwość włączenia aparatu do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł mikrobiologia, z opcją podglądu przez uprawnionych pracowników poza terenem Pracowni	
6.	System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich oraz tych, których czas inkubacji dobiegł końca	
7.	System sygnalizacji błędów oraz przekroczenia parametrów granicznych	
8.	Protokół hodowli negatywnej nie dłużej niż 7 dni	
9.	Możliwość zmiany czasu protokolowego dla hodowli negatywnej	
10.	W zestawie z aparatem łaźnia wodna (1 sztuka) o pojemności 2 litrów, ze sterowaniem mikroprocesorowym, z zakresem temperatury do 100°C	
11.	W zestawie z aparatem wytrząsarka typu Vortex (lub równoważna), 3200 obrotów /minutę (bez regulacji), z dwiema platformami: gumowy "kieliszek" na 1 probówkę, płaski blat pokryty na kilka probówek lub kolbę	
12.	Wraz z dostawą aparatu Instrukcja obsługi w języku polskim	
13.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany aparat do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 z 2010 r. poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie	
14.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego	
15.	Wliczony w dzierżawę serwis do 48 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia, w tym przeglądy i kalibracja aparatu jeżeli wymaga tego do prawidłowej pracy	
16.	Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy – przy naprawie trwającej powyżej 48 godziny	
17.	Koszty transport do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania wobec podłoży do hodowli drobnoustrojów		
1.	Podłoża z pozycji 2 i 3 odpowiednie do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz innych płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej itp.)	
2.	Podłoża pediatryczne oraz dla dorosłych, w butelkach odpornych na zniszczenie.	
3.	Podłoża dla bakterii tlenowych, w tym wybrednych - odpowiednie dla wzrostu Neisseria i Haemophilus, uniwersalne zapewniające wzrost bakterii i grzybów w jednej butelce, lub selektywne dla bakterii beztlenowych	
4.	Podłoża z inaktywatorami antybiotyków	
5.	Data ważności podłoży - minimum 6 miesięcy od daty dostawy	
6.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 z 2010 r. poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie	
7.	Dla pozycji 2 - 4 do oferty załączyć metodykę (instrukcję użycia) wystawioną przez producenta	
8.	Wraz z dostawą podłoży instrukcja ich użycia	
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2		
1.	Każde opakowanie (fiolka) z krążkami musi być zapakowane oddzielnie, w hermetycznie zamkniętym opakowaniu typu „blister” z pochłaniaczem wilgoci	
2.	Każda fiołka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii	
3.	Średnica krążka 6 mm, na każdym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w ug wydrukowane dwustronnie	
4.	Do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości, które powinno zawierać nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami	
5.	Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe "nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST	
6.	Stężenie antybiotyku na krążku zawiera się w zakresie 90 - 125% ustalonego stężenia. Do każdej dostawy musi być załączona informacja o wielkości stężenia każdego dostarczanego krążka antybiotyków	
7.	Termin ważności minimum 24 miesiące od daty dostawy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
8.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane krążki do antybiogramów do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 poz. 1 - 4		
1.	W pozycjach 1 - 4 kompletne zestawy do wykonania oznaczenia	
2	W pozycjach 1-3 opakowania nie większe niż 100 oznaczeń.	
3	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
4	Wraz z dostawą instrukcja użycia oferowanego przedmiotu zamówienia	
5	Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy	
Wymagania do przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 poz. 5 – 11		
1.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
2.	Minimalna data ważności dla przedmiotu zamówienia z pozycji: 5 – 11- 12 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z każdą dostawą instrukcja użycia (w języku polskim) oferowanego przedmiotu zamówienia	
4.	Opakowania nie większe niż: w pozycji 5 - 50 szt., poz. 6-9 – 1 litr, poz. 10- 30 ml, poz.11 – 100sztuk.	
5.	Dotyczy poz. 5 - testy - krążki z nitrocefiną do wykrywania aktywności betalaktamaz	
6.	Dotyczy poz. 6 – 9 – barwniki do barwienia preparatów metodą Grama.	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4		
1.	Wraz z dostawą instrukcja użycia oferowanego przedmiotu zamówienia	
2.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
3	W pozycji nr 3 – kwas fenyloboronowy do wykrywania karbapenemaz typu KPC	
4	W pozycji nr 4 – 0,5 molowy roztwór EDTA o pH=8 – odczynnik do wykrywania karbapenemaz typu MBL.	
5	w pozycji 3-4 opakowania nie większe niż 2 ml, w pozycji nr 5 – opakowania nie większe niż 4 ml	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
6	W pozycji nr 6 – zestaw krążków diagnostycznych , który powinien zawierać: krążki z karbapenemem, krążki z karbapenemem + inhibitor MBL, krążki z karbapenemem + inhibitor KPC oraz krążki z karbapenemem + inhibitor AmpC – wszystkie w ilości po 50 sztuk.	
7.	Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 5		
1.	Paski z gradientem stężenia antybiotyku do określania wartości MIC rzeczywistego (minimalne stężenie hamujące wzrost drobnoustroju - wartość rzeczywista), zgodny z rekomendacjami EUCAST	
2.	Oferowane testy posiadają pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego d/s Lekowrażliwości (lub równoważną), którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą	
3.	Skala gradientu stężeń antybiotyku dokładniejsza niż geometryczna	
4.	Testy umieszczone na nośniku plastikowym	
5.	Paski pakowane w blistrach lub gąbkach umożliwiającym ich przechowywanie w kontrolowanej temperaturze	
6.	Data ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy	
7.	Wraz z każdą dostawą instrukcja użycia (w języku polskim) oferowanego przedmiotu zamówienia oraz do wglądu certyfikaty kontroli jakości zawierające zakresy referencyjne dla szczepów wzorcowych	
8.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6		
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6.1		
1.	Zestaw kompletny z kontrolkami, zapewniający wykonanie badania	
2.	W opakowaniach nie większych niż 500 testów	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
4.	Wraz z każdą dostawą instrukcja użycia (w języku polskim) oferowanego przedmiotu zamówienia	
5.	Minimalna data ważności -12 miesięcy od daty dostawy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 7		
1.	Materiały kalibracyjne i kontrolne w zestawach odczynnikowych - w każdym przypadku zestawu kompletnie do wykonania oznaczenia	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
3.	Wraz z dostawą instrukcja przeprowadzania badań w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 8		
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 1		
1.	Skaner do odczytu testów paskowych Western-Blot	
2.	W cenie dzierżawy program komputerowy, polska wersja językowa	
3.	Zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego	
4.	Pomiar oraz ocena intensywności wybarwionych pasm antygenowych	
5.	Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian	
6.	Automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz wynikami	
7.	Archiwizacja wyników z zachowaniem obrazu paska	
8.	W cenie dzierżawy przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego personelu z zakresu obsługi programu komputerowego	
9.	Dopuszczony do obrotu na terenie RP	
10.	Naprawa i serwis skanera ujęty w cenie dzierżawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 8 poz. 2 - 3		
1.	Paski antygenowe do potwierdzania zakażenia Borrelia burgdorferi metodą Western-Blot	
2.	Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia	
3.	Materiały kontrolne naniesione na pasek testowy (bez konieczności zużywania dodatkowych pasków na kontrolę	
4.	Na pasku obecne: pasek kontrolny świadczący o poprawności wykonania badania, prążek cut off - próby słabododatniej oraz prążki kontrolne dla koniugatu (osobno IgG i IgM)	
5.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
6.	Wraz z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
7.	Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w jednej klasie	
8.	Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim lub odczyt wizualny	
9.	Zapewnienie wliczonej w cenę oferty konsultacji badań w laboratorium referencyjnym (możliwość wykonania inkubacji porównawczej).	
10.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 9		
1.	Testy do określania wrażliwości bakterii bezwzględnie beztlenowych na antybiotyki w półpłynnym podłożu. Testy opracowane zgodnie z zaleceniami EUCAST – zestaw kompletny do wykonania oznaczenia, tzn w skład zestawu wchodzi paski oraz podłoża wzrostowe niezbędne do wykonania badania. Możliwość odczytu manualnego	
2.	Data ważności min 6 miesięcy od daty dostawy	
3.	Do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości zawierające: nazwę testu, nazwę producenta, datę ważności, numer serii, oraz wyniki kontroli jakości.	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 10		
1.	Testy do określania wrażliwości grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida na leki przeciwgrzybicze. Możliwość oznaczania wrażliwości na następujące leki przeciwgrzybicze: Nystatyna, Amfoterycyna B, Flucytozyna, Ekonazol, Ketokonazol, Klotrimazol, Mikonazol, Itrakonazol, Vorikonazol, Flukonazol. Możliwość podawania wyniku w kategorii: wrażliwy/oporny. Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia tzn w skład zestawu wchodzi testy oraz podłoża wzrostowe niezbędne do wykonania badania. Możliwość odczytu manualnego.	
2.	Data ważności min 6 miesięcy od daty dostawy	
3.	W opakowaniach nie większych niż 20 testów.	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
4	Do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości zawierające: nazwę testu, nazwę producenta, datę ważności, numer serii, oraz wyniki kontroli jakości.	
5	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 11		
1.	Dla poz. 1 - 5: min. data ważności 12 m-cy od dostawy	
2.	Dla poz. 1 - 5: w opakowaniach nie większych niż 100 oznaczeń	
3.	Dla poz. 1 - 5: Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 12 poz. 1		
1.	Wymazówki transportowe z podłożem AMIES + C w probówce transportowej	
2.	Długość użytkowa wymazówki 125 mm, długość całkowita 150 mm z główką 5 mm z wiskozy	
3.	Pakowane indywidualnie, sterylne	
4.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
5.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
6.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 12 poz.: 2 - 10, 19		
1.	Podłoża gotowe na płytkach z żebrami wentylacyjnymi, średnica płytki 90 mm	
2.	Każda płytka opisana nazwą podłoża, datą produkcji i ważności.	
3.	Do każdej partii dołączone świadectwo kontroli jakości zawierające: nazwę produktu, skład pożywki, nazwę producenta, nr serii, datę ważności, pH, barwę, kontrolę jakości przeprowadzoną ze szczepami wzorcowymi.	
4.	Producent pożywek musi posiadać system jakości z serii ISO 9000 lub równoważny.	
5.	W opakowaniach nie większych niż 20 sztuk,	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
6.	Termin ważności nie krótszy niż 5 tygodni od daty dostawy	
7.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
8.	Dla pozycji 2 i 3 do oferty załączyć metodykę (instrukcję użycia) wystawioną przez producenta	
9.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, przy czym w poz. 2 - 7 i 17 zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 12 poz. 11-12.		
1.	W poz. 11 podłoże płynne w probówce, w poz. 12 podłoże płynne w butelce	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 2 miesiące od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 12 poz.: 13-18		
1.	Podłoża gotowe w probówkach	
2.	W opakowaniach zbiorczych nie większych niż 50 sztuk,	
3.	Termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy	
4.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
5.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 12 poz. 20		
1.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
2.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 13 poz.: 1 – 12		
1.	W opakowaniach nie większych niż 100 oznaczeń	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesiące od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 14 poz.: 1 - 6		
1.	W opakowaniach nie większych niż 100 oznaczeń	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesiące od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 poz. 1		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia z odczynnikami wieloważnym grupy B-E i G, odczynnikami jednoważnymi grup: B,C1,C2,D,E i G, lateksem kontrolnym i antygenem kontrolnym oraz płytkami reakcyjnymi i patyczkami.	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 poz. 2		
1.	Zestaw zawierający lateks Salmonella – odczynnik poliwalentny B,E i G oraz lateks kontrolny.	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 poz. 3 - 5		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia zawierający odpowiednio; odczynniki wieloważne grupy A (poz. 3), B (poz. 4), C (poz. 5), płytki reakcyjne i patyczki.	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 poz. 6 – 9		
1.	W pozycji 6-8 zestawy kompletne do wykonania oznaczenia, zawierające materiały określone w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ)	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 poz. 10-12		
1.	W poz. 10 zestaw kompletny do wykonania oznaczenia zawierający: odczynnik lateksowy , płytki reakcyjne i	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 16 poz. 1		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia, z lateksem do identyfikacji pałek Shigella sonnei, z lateksem kontrolnym i antygenem kontrolnym oraz płytkami reakcyjnymi i patyczkami.	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 16 poz. 2		
1.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
2.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 17 pozycja 1 -10		
1.	W pozycji nr 1 – mikrobank – fiołki do głębokiego zamrażania szczepów bakteryjnych, system z kulkami ceramicznymi, możliwość przechowywania szczepów w zakresie temperatury od "-20 ⁰ C" do "-70 ⁰ C". Wielkość opakowania – min. 64 fiołki.	
2.	W pozycjach: 2-10 – szczepy bakteryjne, wzorcowe do kontroli jakości o stałych, nie zmieniających się i powtarzalnych cechach minimum z 4 pasaży.	
3.	Do każdego szczepu dołączony certyfikat kontroli jakości zawierający zakresy referencyjne dla poszczególnych antybiotyków.	
4.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
5.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
6.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP , które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 17 poz. 11		
1.	Zestaw kompletny, woreczki z saszetkami do hodowli bakterii w warunkach mikroaerofilnych z niską zawartością CO2 (5%O2,10%CO2,85%N2), oraz zaciski do woreczków	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 18 poz. 1		
1.	Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania podwyższonych poziomów Laktoferyny w kale - markera leukocytów w kale oraz wskaźnika zapalenia jelitowego	
2.	Zestaw komplety do wykonania oznaczenia z kontrolą dodatnią (podać skład zestawu)	
3.	W opakowaniach nie większych niż 25 oznaczeń	
4.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
5.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
6.	Możliwość przechowywania próbki do badania w temperaturze 2-8 st C lub w temperaturze pokojowej do 2 tygodni od pobrania.	
7.	W metodyce wykonania testu powinna znajdować się lista organizmów bakteryjnych, z którymi nie zaobserwowano reakcji krzyżowych oraz wykaz substancji wraz z ich stężeniami nie mające wpływu na wynik testu.	
8.	Do oferty załączyć metodykę (instrukcję użycia) wystawioną przez producenta	
9.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 19 poz. 1		
1.	Szybki test kasetkowy, immunoenzymatyczny do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminowej (GDH) oraz toksyn A/B Clostridium difficile w próbkach kału, na jednej kasetce (całkowity czas wykonania oznaczenia nie może przekraczać 60 minut)	
2.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia z kontrolą dodatnią.	
3.	Wykrywalność toksyny A na poziomie min. 0,7 ng/ml, toksyny B – min. 0,2 ng/ml, oraz GDH – min. 0,8 ng/ml.	
4.	Koniugat ma zawierać przeciwciała przeciwko toksynom A/B oraz GDH.	
5.	Możliwość przechowywania próbki do badania w temperaturze 2-8 st C do 72 godzin od pobrania bez konieczności zamrażania.	
6.	W opakowaniach nie większych niż 25 oznaczeń	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
7.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
8.	Do oferty załączyć metodykę (instrukcję użycia) wystawioną przez producenta	
9.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 19 poz. 2		
1.	Test immunoenzymatyczny do wykrywania i różnicowania toksyn Shiga 1 i Shiga 2.	
2.	Wykrywanie i różnicowanie toksyn bezpośrednio w próbkach kału, bez konieczności wykonania hodowli.	
3.	W opakowaniach nie większych niż 25 testów.	
4.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
5.	Wykrywalność toksyn Shiga 1 i Shiga 2 na poziomie min. 0,04 ng/ml.	
6.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia z kontrolą dodatnią.	
7.	W instrukcji wykonania testu zawarte porównanie wyników testu wykonanego bezpośrednio w próbkach kału z testem cytotoksyczności.	
8.	Do oferty załączyć metodykę (instrukcję użycia) wystawioną przez producenta	
9.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty