



.....

Znak: AE/ZP-27-95/14

Tarnów, 2014-10- 22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy: stentów, przewodników diagnostycznych i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 2. Czy Zamawiający dopuści przewodnik diagnostyczny o średnicy 0,035" i długości 150, 180, 260 cm oraz o średnicy 0,038" i długości 150 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** przewodników diagnostycznych o średnicy 0,035" i długości 150, 180, 260 cm oraz o średnicy 0,038" i długości 150 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

