



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-97/14

Tarnów, 2014-11-20

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę i instalację lampy RTG, detektora obrazu oraz monitora Live w koronarografii typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pkt I SIWZ** – Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu poprzez zmianę brzmienia zdania: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę lampy RTG, detektora obrazu oraz monitora Live, których wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 6 do niniejszej specyfikacji, ich instalację w koronarografii typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia bezpośrednio związanych z instalacją ww. części, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu, jak również świadczenie gwarancyjnych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia.
Powyższa zmiana w sposób jednoznaczny precyzuje, że przedmiotem zamówienia jest w szczególności wykonanie czynności związanych z instalacją części oraz z udzieloną na nie gwarancją.
2. **Dotyczy Pkt I SIWZ** - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu poprzez zmianę brzmienia zdania, po słowach "do 7 dni od daty podpisania umowy" na:
"- gwarancja, w tym w ramach wynagrodzenia umownego, serwis gwarancyjny na: "
3. **Dotyczy Pkt IV. 1.3 SIWZ** - Prosimy o dodanie po słowach "posiada niezbędne dokumenty" słów "(jeżeli dotyczy)". Przedmiotem postępowania są oprócz lampy rtg również zwykłe części zamienne dla których nie wystawia się odrębnego, niż dla całego aparatu, certyfikatu.
4. **Dotyczy Pkt XIV. 2 SIWZ** - Prosimy o zmianę słów "przedmiot zamówienia był nowy" na "przedmiot zamówienia był oryginalny".
5. **Dotyczy Pkt XIV. 3 SIWZ** - Prosimy celem doprecyzowania o zmianę w poniższym zakresie:
Wykonawca zrealizuje jednorazową dostawę lampy RTG, detektora obrazu oraz monitora Live o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ, ich instalację w koronarografii typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia bezpośrednio związanych z instalacją ww. części, a w szczególności wykonaniem testów akceptacyjnych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu - do 7 dni od daty podpisania umowy. "
6. **Dotyczy Pkt XIV. 5 pierwszy myślnik po ppkt.c) SIWZ** - Prosimy celem doprecyzowania o zmianę w poniższym zakresie:
" w tym okresie będzie świadczył w ramach wynagrodzenia umownego gwarancyjne usługi serwisowe na warunkach określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ i w niniejszej umowie".
7. **Dotyczy Pkt XIV. 5 SIWZ** - Prosimy celem doprecyzowania warunków gwarancji o rozszerzenie o zapis:

"Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego".

8. **Dotyczy Pkt XIV. 5 SIWZ** - Prosimy celem doprecyzowania warunków gwarancji o rozszerzenie o zapis:

"Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenia, części zamienne obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniach, częściach zamiennych, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

1) uszkodzenia i wady urządzeń, części wynikłe na skutek:

a) eksploatacji urządzeń, części przez Zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń lub wyrobów, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);

3) materiały eksploatacyjne."

9. **Dotyczy Pkt XIV.5 SIWZ** - Prosimy celem doprecyzowania warunków gwarancji o rozszerzenie o zapis:

"Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji.

10. **Dotyczy Pkt XIV. 8a SIWZ** - Prosimy o zmniejszenie kar umownych do zwyczajowo przyjętych 0,1%.

11. **Dotyczy Pkt XIV. 8a SIWZ** - Prosimy o następujące rozszerzenie zapisu : "wysokość kary umownej z tego tytułu ograniczona zostaje do 10% wynagrodzenia umownego netto."

12. **Dotyczy Pkt XIV. 8 SIWZ** - Prosimy o odniesienie kar umownych do wartości netto.

13. **Dotyczy Pkt XIV. 8b SIWZ** - Prosimy o usunięcie.

14. **Dotyczy Pkt XIV.9 SIWZ** - "Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.

W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych."

15. **Dotyczy Pkt XIV.11 SIWZ** - Prosimy o usunięcie słów:

" pod warunkiem poprawnej pracy lampy RTG, detektora obrazu oraz monitora."



16. **Dotyczy Pkt XIV. 14 SIWZ** - Prosimy o obniżenie kary umownej do 10 % wartości netto umowy.
17. **Dotyczy Pkt XIV. 15 SIWZ** - Prosimy o usunięcie.
18. **Dotyczy Pkt XIV.16 SIWZ** - Prosimy o zmianę terminu "opóźnienie" na "zwłoka".
19. **Dotyczy Pkt XIV.16 SIWZ** - Prosimy o doprecyzowanie i zmianę: "... przekroczy 5 dni roboczych (na potrzeby umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00-17.00) od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcę do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, po bezskutecznym upływie tego terminu."
20. **Pkt.II Formularz Ofertowy** - Prosimy o następującą zmianę po słowach " ... spełnia wymogi określone w Załączniku Nr 6 oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6":
" Gwarancja, w tym w ramach wynagrodzenia umownego serwis gwarancyjny na : "
21. **Pkt.II Formularz Ofertowy** - Prosimy o zmianę słów "jest nowy" na "jest oryginalny".
22. **Pkt.III ust.1 Formularz Ofertowy** - Prosimy o wykreślenie słów: " pod warunkiem poprawnej pracy lampy RTG, detektora obrazu oraz monitora."
23. **Załącznik Nr 5 do SIWZ** - Prosimy o usunięcie żądania adresu podmiotów z grupy kapitałowej.
24. **Załącznik Nr 6 pkt.2 do SIWZ** - Prosimy o zmianę słów "lampa fabrycznie nowa" na "lampa fabrycznie nowa w oryginalnym kołpaku".
25. **Załącznik Nr 6 pkt.7 do SIWZ** - Prosimy o usunięcie słów : " Detektor fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2013, nie używany, nie rekondycjonowany." i wprowadzenie w to miejsce słów "Detektor oryginalny".
26. **Załącznik Nr 6 pkt.10 do SIWZ** - Prosimy o usunięcie słów : " Monitor fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2013, nie używany, nie rekondycjonowany" i wprowadzenie w to miejsce słów "Monitor oryginalny".
27. **Załącznik Nr 6 pkt.15 do SIWZ** - Prosimy o usunięcie słów : " Wszystkie części i podzespoły stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe (nie rekondycjonowane) i wykonane nie wcześniej niż w 2013 roku." i wprowadzenie w to miejsce słów " Wszystkie części i podzespoły stanowiące przedmiot zamówienia muszą być oryginalne".
28. **Załącznik Nr 6 pkt.17 do SIWZ** - "W okresie gwarancji zapewniony czas od zgłoszenia usterki dotyczącej elementów stanowiących przedmiot umowy do jej usunięcia lub wymiany towaru na wolny od wad maksymalnie 3 dni robocze, a w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie maksymalnie 7 dni roboczych; przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00-17.00"
29. **Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy** - Prosimy, celem doprecyzowania, o zmianę słów: " Dostawa i instalacja lampy RTG, detektora obrazu oraz monitora Live w koronarografii typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu w tym :"
na: " Dostawa i instalacja lampy RTG, detektora obrazu oraz monitora Live w koronarografii typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, bezpośrednio związanych z instalacją ww. części, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu w tym :"

30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 25.11.2014

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający zmienia zapis pkt.I SIWZ z treści „Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę lampy RTG, detektora obrazu oraz monitora Live, których wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 6 do niniejszej specyfikacji, ich instalację w koronarografie typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu, jak również świadczenie gwarantowanych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia.” na zapis o treści: „Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę lampy RTG, detektora obrazu oraz monitora Live, których wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 6 do niniejszej specyfikacji, ich instalację w koronarografie typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu, jak również świadczenie gwarancyjnych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia”.

Ad.2.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt I SIWZ.

Ad.3.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt IV.1.3 SIWZ.

Ad.4.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt XIV.2 SIWZ.

Ad.5.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt XIV.3 SIWZ.

Ad.6.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt XIV.5 SIWZ.

Ad.7.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt XIV.5 SIWZ.

Ad.8.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt XIV.5 SIWZ.

Ad.9.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt XIV.5 SIWZ.

Ad.10.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt XIV.8 a) SIWZ.

Ad.11.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt XIV.8 a) SIWZ.

Ad.12.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt XIV.8 SIWZ.

Ad.13.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt XIV.8 b) SIWZ.

Ad.14.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt XIV.9 SIWZ.

Ad.15.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt XIV.11 SIWZ.



Ad.16.

Zamawiający zmienia zapis pkt.XIV.14 z treści „14. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto” na zapis o treści: „14. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% wartości umowy brutto”.

Ad.17.

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie Pkt XIV.15 SIWZ.

Ad.18.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt XIV.16 SIWZ.

Ad.19.

Zamawiający zmienia zapis pkt.XIV.16 z treści : „16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 3 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy.” na zapis o treści: „16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 3 dni robocze od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy.”

Ad.20.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt II Formularza Ofertowego

Ad.21.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt II Formularza Ofertowego

Ad.22.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Pkt III ust.1 Formularza Ofertowego

Ad.23.

Zamawiający wyraża zgodę na nie podanie przez Wykonawcę w Załączniku Nr 5 do SIWZ adresu podmiotów z grupy kapitałowej.

Ad.24.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Załączniku Nr 6 pkt.2 do SIWZ

Ad.25.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Załączniku Nr 6 pkt.7 do SIWZ

Ad.26.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Załączniku Nr 6 pkt.10 do SIWZ

Ad.27.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Załączniku Nr 6 pkt.15 do SIWZ

Ad.28.

Zamawiający zmienia zapis pkt.17 Załącznika Nr 6 do SIWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” z treści : „W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki dotyczącej elementów stanowiących przedmiot umowy do jej usunięcia lub wymiany towaru na wolny od wad maksymalnie 3 dni.” na zapis o treści: „W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki dotyczącej elementów stanowiących przedmiot umowy do jej usunięcia lub wymiany towaru na wolny od wad maksymalnie 3 dni robocze.”

Ad.29.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną w pytaniu zmianę w Formularzu Cenowym

Ad.30.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 25.11.2014r. godz.10:00 oraz otwarcia ofert na dzień 25.11.2014r. godz.11:00.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1, Ad.2, Ad.3, Ad.4, Ad.6, Ad.8, Ad.16, Ad.17, Ad.18, Ad.19, Ad.20, Ad.21, Ad.23, Ad.24, Ad.25, Ad.26, Ad.27, Ad.28 i Ad.30 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 25.11.2014r godz.10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 25.11.2014r godz.11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I, IV.1.3, XIV.2, 5, 14, 15 i 16, w punkcie II Formularza Ofertowego, w punkcie 1 Załącznika Nr 4 do SIWZ oraz w punkcie 2, 7, 10, 15 i 17 Załącznika Nr 6 do SIWZ, jak również zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu: Formularz Ofertowy, Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001