

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
lampy RTG, detektora obrazu oraz monitora Live**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium okres gwarancji.	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE podać zakres, opisać)
1.	Lampa rtg kompatybilna z koronarografem typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wyprodukowanym w 2010 roku nie wymagająca żadnych modyfikacji tego systemu podczas jej instalacji.	TAK	
2.	Lampa fabrycznie nowa w oryginalnym kołpaku, rok produkcji nie wcześniej niż 2013, nie używana, nie rekondukcjonowana.	TAK	
3.	Lampa rtg o trzech ogniskach	TAK	
4.	Gwarancja na lampę minimum 12 miesięcy od protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia bez limitu skanów	TAK Punktacja: 12 m-cy - 0 pkt, pow.12 m-cy do 18 m-cy - 1 pkt, pow. 18 m-cy do 24m-cy - 2pkt, pow.24 m-cy do 30 m-cy - 4pkt, pow.30 m-cy - 5 pkt.	
5.	Detektor obrazu kompatybilny z koronarografem typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wyprodukowanym w 2010 roku nie wymagający żadnych modyfikacji tego systemu podczas jego instalacji.	TAK	
6.	Wymiary detektora 30x40 cm	TAK	
7.	Detektor oryginalny.	TAK	
8.	Gwarancja na detektor minimum 6 miesięcy od protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia	TAK Punktacja 6 m-cy - 0 pkt, pow.6 m-cy do 12 m-cy - 1 pkt, pow. 12 m-cy do 18 m-cy - 2pkt, pow.18 m-cy do 24 m-cy - 4pkt, pow.24 m-cy - 5 pkt.	
9.	Medyczny monitor obrazu Live, rozmiar 19", kompatybilny z koronarografem typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wyprodukowanym w 2010 roku nie wymagający żadnych modyfikacji tego systemu podczas jego instalacji.	TAK	
10.	Monitor oryginalny.	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

11.	Gwarancja na monitor minimum 6 miesięcy od protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia	TAK Punktacja 6 m-cy - 0 pkt, pow.6 m-cy do 12 m-cy - 1 pkt, pow. 12 m-cy do 18 m-cy - 2pkt, pow.18 m-cy do 24 m-cy - 4pkt, pow.24 m-cy - 5 pkt.	
12.	Wykonanie testów akceptacyjnych	TAK	
13.	W ramach prac związanych z wymianą lampy, detektora i monitora wykonanie przeglądu technicznego koronarografu poświadczonego certyfikatem	TAK	
14.	Pozostałe wymagania		
15.	Wszystkie części i podzespoły stanowiące przedmiot zamówienia muszą być oryginalne	TAK	
16.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 7 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
17.	W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki dotyczącej elementów stanowiących przedmiot umowy do jej usunięcia lub wymiany towaru na wolny od wad maksymalnie 3 dni robocze.	TAK	

Niespełnienie wyżej wymienionych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty