



AE/ZP-27-99/14

Tarnów, 2014-12-11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-99/14

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO na **dostawy artykułów medycznych (strykawki)** – wybrana została oferta Firmy:

1/ Polmil Sp. z o.o., Spółka komandytowo-akcyjna, ul.Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie w:

Cena wybranej oferty: **103 897,30 zł** (słownie: sto trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 30/100), w tym cena netto: **96 201,20 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście jeden złotych 20/100).

Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych po dniu 16 grudnia 2014 r.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy
I	Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie
II	Centrum Zaopatrzenia Medycznego "CEZAL" S.A. Wrocław - Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, woj. małopolskie
III	Polmil Sp. z o.o., Spółka komandytowo-akcyjna, ul.Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Liczba punktów w kryterium jakość	Razem
Oferta Nr III	490,00	0,50	490,50

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

**Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- sprawa AE/ZP-27-99/14**

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na **dostawy artykułów medycznych (strzykawki)**, iż:

- na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez: **Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie** (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w pozycji 7, 8 i 9 należało zaoferować strzykawki zgodne z wykazem strzykawek o pojemności 20ml 50ml i 60ml wpisanych w menu pomp infuzyjnych używanych przez Zamawiającego (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Zamawiający dopuścił również zaoferowanie przez Wykonawcę innych strzykawek niż wymienione w menu pomp pod warunkiem, że producent pomp dostosuje pompy do współpracy z zaoferowanymi przez Wykonawcę strzykawkami w siedzibie Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy oraz potwierdzi w formie pisemnej dostosowanie pomp do zaoferowanych strzykawek powiadamiając o tych czynnościach Wykonawcę. Wykonawca w pozycji 7 Formularza Cenowego zaoferował strzykawki, które nie znajdują się w menu pomp infuzyjnych Zamawiającego - Załącznik Nr 6 do SIWZ pompa: Alaris Ascena CC, Fresenius Pilot A2PL, Ivak Ivak, Kwapisz Duet 20/50 oraz w pozycji 8 i 9 zaoferował strzykawki, które nie znajdują się w menu pomp infuzyjnych Zamawiającego - Załącznik Nr 6 do SIWZ pompa: Ascor AP 22, Ascor Sep 11s, Ascot Sep 21, Alaris Ascena CC, Fresenius Pilot A2PL, Ivak Ivak, Kwapisz Duet 20/50. Wezwany przez Zamawiającego do złożenia wyjaśnień, czy w przypadku strzykawek do pomp infuzyjnych zaoferowanych w pozycji 7, 8 i 9 Formularza Cenowego Wykonawca wypełni warunek określony w pkt.I SIWZ o treści „Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę innych strzykawek niż wymienione w menu pomp pod warunkiem, że producent pomp dostosuje pompy do współpracy z zaoferowanymi przez Wykonawcę strzykawkami w siedzibie Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy. Producent potwierdzi w formie pisemnej dostosowanie pomp do zaoferowanych strzykawek i o czynnościach tych powiadomi Wykonawcę” Wykonawca udzielił pismem z dnia 08.12.2014r. odpowiedzi, iż producenci pomp nie wyrazili zgody na dostawanie pomp do współpracy ze strzykawkami zaoferowanymi w pozycji 7-9. W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona jako nie spełniająca wymagań SIWZ.

- na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez: **Centrum Zaopatrzenia Medycznego "CEZAL" S.A. Wrocław - Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, woj. małopolskie** (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) w pozycji 7 należało zaoferować strzykawki 3-częściowe 20 ml do pomp infuzyjnych, posiadające prostopadłe wycięcie na tłoku lub inne równoważne rozwiązanie zapewniające stabilne umocowanie w pompie strzykawkowej, zgodne z wykazem strzykawek o pojemności 20ml wpisanych w menu pomp infuzyjnych używanych przez Zamawiającego (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Zamawiający dopuścił również zaoferowanie przez Wykonawcę innych strzykawek niż wymienione w menu pomp pod warunkiem, że producent pomp dostosuje pompy do współpracy z zaoferowanymi przez Wykonawcę strzykawkami w siedzibie Zamawiającego, na koszt



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy oraz potwierdzi w formie pisemnej dostosowanie pomp do zaoferowanych strzykawek powiadamiając o tych czynnościach Wykonawcę. Wykonawca w pozycji 7 Formularza Cenowego zaoferował strzykawki trzyczęściowe do pomp infuzyjnych 20 ml o numerze katalogowym 0973112-0066 firmy Polfa Lublin, które nie posiadają prostopadłego wycięcia na tłoku lub innego równoważnego rozwiązania zapewniającego stabilne umocowanie w pompie strzykawkowej, co potwierdza załączona do oferty próbka oraz wyjaśnienie Wykonawcy z dnia 04.12.2014r przesłane na wezwanie Zamawiającego. W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona jako nie spełniająca wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty,
2. Strona internetowa Zamawiającego,
3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego,
4. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

