



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-99/14

Tarnów, 2014-11-24

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (strzykawki).**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy poz.3** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę 2 ml z rozszerzeniem skali do 2,5 ml?
2. **Dotyczy poz.5** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawkę 10 ml z rozszerzeniem skali do 11 ml?
3. **Dotyczy poz.7 i 8** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki 3-częściowe do pomp 20 i 50-60 ml nie znajdujące się w Państwa wykazie pomp i strzykawek (Załącznik Nr 6)? Posiadamy decyzję firmy Medima i Ascor potwierdzające wkalibrowanie naszych strzykawek, które załączymy do oferty.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza również w pozycji 3 zaoferowanie strzykawki 2 ml z rozszerzeniem skali do 2,5 ml. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza również w pozycji 5 zaoferowanie strzykawki 10 ml z rozszerzeniem skali do 11 ml. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ujęte w pozycjach 7 i 8 Formularza Cenowego i wymaga zaoferowania strzykawek zgodnych z opisem w nich zawartym, ujętych w wykazie strzykawek o pojemnościach 20ml, 50ml i 60ml oraz wpisanych do menu pomp infuzyjnych przedstawionych w Załączniku Nr 6 do SIWZ. Ponadto zgodnie z zapisem ujętym w pkt.I SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę innych strzykawek niż wymienione w menu pomp pod warunkiem, że producent pomp dostosuje pompy do współpracy z zaoferowanymi przez Wykonawcę strzykawkami w siedzibie Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy. Producent potwierdzi w formie pisemnej dostosowanie pomp do zaoferowanych strzykawek i o czynnościach tych powiadomi Wykonawcę.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

