



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-99/14

Tarnów, 2014-11-27

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (strzykawki).**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy poz.7, 8, 9** – W związku z faktem, iż Zamawiający przez kilka ostatnich lat pracował na dostarczonych przez naszą firmę strzykawkach, które nie są umieszczone w załączniku nr 6 do SIWZ i posiadane przez Zamawiającego pompy są już dostosowane do pracy z tymi strzykawkami, prosimy o potwierdzenie braku konieczności ponownego dostosowywania pomp przez producenta do pracy z tymi strzykawkami.
2. **Dotyczy Ogólne warunki umowy XIV. 5. 1 ppkt 1** - Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.
W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie zapisu do wzoru umowy: „ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w związku ze zmianą stawki VAT przy czym cena netto pozostanie bez zmian od dnia wprowadzenia nowej stawki VAT”
3. **Dotyczy poz. 1- 6** - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
4. **Dotyczy poz. 7 - 9** - Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu.
5. **Dotyczy poz. 7 - 9** - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania strzykawek do pomp infuzyjnych innych producentów niż wpisane w menu pompy z oświadczeniem wykonawcy, że strzykawki te pracując z pompami na wyposażeniu szpitala.
6. **Dotyczy poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 0,05ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 i Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ujęte w pozycjach 7, 8 i 9 Formularza Cenowego i wymaga zaoferowania strzykawek zgodnych z opisem w nich zawartym, ujętych w wykazie strzykawek o pojemnościach 20ml, 50ml i 60ml oraz wpisanych do menu pomp infuzyjnych przedstawionych w Załączniku Nr 6 do SIWZ. Ponadto zgodnie z zapisem ujętym w pkt. I SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę innych strzykawek niż wymienione w menu pomp pod warunkiem, że producent pomp dostosuje pompy do współpracy z zaoferowanymi przez Wykonawcę strzykawkami w siedzibie Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy. Producent potwierdzi



w formie pisemnej dostosowanie pomp do zaoferowanych strzykawek i o czynnościach tych powiadomi Wykonawcę.

Ad. 2

Zamawiają nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza wycenę za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.4

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 7, 8, 9 i utworzenie z nich odrębnego pakietu.

Ad.6

Zamawiający w pozycja 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawki ze skalą co 0,05ml. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

