



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-01/15

Tarnów, 2015-02-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy gazów medycznych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2** – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2 i 5 l, o ciśnieniu 200 bar z wmontowanym na stałe (zintegrowany z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego - np. respirator lub inkubator transportowy. Butle posiadają zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie gazu medycznego 50% O₂/50% N₂O, w butlach o pojemności wodnej 11 l, zawierających 3,23 m³ gazu
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, Zamawiający zezwoli na dokonanie zmiany w formularzu asortymentowym w pozycji 4-transport specjalistyczny - kolumna ilość na okres 1 roku, na 13 szt.. Liczba wynika z wyliczenia ilości butli o zawartości 3,23 m³ z ilości zapotrzebowanego gazu: 42 m³ / 3,23 m³= 13 butli
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był kompatybilny ze standardowymi wyrobami medycznymi takimi jak: filtry, ustniki lub maski i tym samym aby Zamawiający był niezależny od dostaw wyrobów medycznych od podmiotu dostarczającego gaz medyczny?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga zaoferowania ustników jednorazowych z filtrem o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% oraz filtracji wirusowej >99,999%, potwierdzoną kartą produktu?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga aby zawór dozujący tworzył z jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr/ustnik) bezpieczny układ nie pozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza zaworu tzw. *strefę bezdotykową*, niewymagającą dezynfekcji?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi (Plan Higieny Szpitalnej). Zawór dozujący jest tzw. *strefą dotykową* - czyli podlegającą dezynfekcji.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności serwisowania zaworu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia zastępczego zaworu i ponosił koszty serwisu?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany wózek do przewozu butli z gazem medycznym był zarejestrowany jako wyrób medyczny?

10. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla wygody personelu, butla w której znajduje się mieszanina tlenu i podtlenu azotu 50%/50% była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - W związku z zamiarem złożenia oferty przetargowej na dostawę gazu medycznego – Mieszanka 50%O₂/50%N₂O w butlach 10l- wnosimy o zmianę opisu dawki na brzmienie: "zawartość 2,8 m³ gazu w butli o pojemności wodnej 10l i ciśnieniu 170 bar (temp. 15 C)".
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający wymaga, aby zawory wydechowe jednorazowe - ustniki uniemożliwiały powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i nie wymagały stosowania masek i na potwierdzenie tego faktu załączyli do oferty instrukcję obsługi zawierającą te informacje?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenie się przed ponoszeniem dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów (nie ujętych w cenie za przedmiot niniejszego zamówienia), a związanych z koniecznością dokonywania procesu dezynfekcji zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazowej pacjentowi, wymaga aby przedmiotem oferty było zawór dozujący który zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymagał ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym kosztów naprawy i na potwierdzenie tego faktu załączyli instrukcję obsługi zawierającą te informacje ?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego informującego o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów ?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający mając na uwadze dyspozycję z art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP oraz konsekwencje wynikające z przesłanki wskazanej w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP tj. prowadzenie przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz mając na względzie porównywalność i właściwą ocenę ofert co do zgodności ich treści z treścią SIWZ, nie wymaga aby wykonawcy w składanej przez siebie, w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, ofercie byli zobowiązani, pod rygorem odrzucenia oferty, do wskazania w jej treści cech identyfikujących oferowany wyrób tj. zawór dozujący, poprzez wskazanie jego producenta, nazwy własnej wyrobu, numeru katalogowego itp., a nie tylko deklaracji, że przedmiotem dostawy będzie jakiś bliżej nie określony wyrób w stosunku, do którego weryfikacja spełnienia posiadania lub nie, parametrów wymaganych w SIWZ odbywała się będzie dopiero wraz z pierwszą dostawą.
16. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.1** – Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji w projekcie umowy : Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą:
- w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1 do zbiornika na ciekły tlen medyczny,
 - w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 4, 5, 7, 9, Pakietu Nr 2 poz. 1, 2 oraz Pakietu Nr 3 poz.1 do pomieszczeń magazynowych Działu Technicznego przeznaczonych do przechowywania gazów medycznych.,
 - w zakresie Pakietu Nr 3 poz.5 dostawa do pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej. na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy, każdorazowo w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie lub faksem lub mailem. Wykonawca realizował będzie zamówienie Zamawiającego w okresie do ... (nie więcej niż 3 dni kalendarzowe) dni

kalendaryzowanych od jego zgłoszenia. Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę W przypadku dostaw na „cito” do których Zamawiający zastrzega sobie prawo - dostawa nastąpi maksymalnie do 24 godzin, przy czym w przypadku dostaw gazu w butlach w okresie awarii zbiornika na tlen ciekły dostawa nastąpi maksymalnie do 5 godzin.

17. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.3** – Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji w projekcie umowy : W zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1-3, celem zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w tlen, Wykonawca zobowiązany jest:
- b) zamontować zbiornik awaryjny w przypadku awarii zainstalowanego zbiornika przekraczającej 5 dni, przy czym montaż zbiornika awaryjnego winien odbyć się na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od zgłoszenia awarii. W okresie awarii Wykonawca dostarczał będzie w sposób ciągły Zamawiającemu gaz w butlach stalowych 40-litrowych w terminie maksymalnie do 5 godzin od zgłoszenia awarii i będą sukcesywnie powtarzane do czasu usunięcia awarii zbiornika na ciekły tlen lub do czasu zamontowania zbiornika awaryjnego. Cena tlenu dostarczanego w butlach w okresie awarii nie może być wyższa od ceny za tlen ciekły ustalonej w umowie, natomiast koszty transportu gazu oraz dzierżawy butli ponosi Wykonawca.
18. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.14** – Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji w projekcie umowy : Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, których naliczenie Wykonawca uzna za zasadne z przysługującej mu należności.
19. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.20** – Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji w projekcie umowy : W przypadku:
- b) dostarczenia zamówionej partii towaru w trybie na „cito” niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejsza umowa bez konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych, a złożenie zamówienia przestaje wiązać Zamawiającego - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o anulowaniu zamówienia. Ponadto Zamawiający nie dokona odbioru wadliwego towaru, o którym mowa w pkt. b). W przypadku zakupu od innych Wykonawców Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy powiększona o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę, o ile ceny te nie będą odbiegać od średnich cen rynkowych
20. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.26** – Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji w projekcie umowy : Wszelkie spory rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie Pakietu Nr 2. Zamawiający w Pakiecie Nr 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2 i 5 l, o ciśnieniu 200 bar z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego - np. respirator lub inkubator transportowy. Butle posiadają zaczep umożliwiający zawieszenie ich na



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnobrzeg ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.

Ad.2 i 3

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz.1 gazu medycznego mieszanki 50% O₂/50% N₂O w butlach o pojemności wodnej 11 l zawierających 3,23 m³ gazu, pod warunkiem zaoferowania przez Wykonawcę 42 m³ tego gazu oraz zaoferowania w poz.6 tego pakietu 13 sztuk medycznego transportu specjalistycznego dla zaoferowanych w poz.1 butli.

Ad.4

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 3 poz.2 zawór dozujący był kompatybilny ze standardowymi wyrobami medycznymi takimi jak filtry i ustniki. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby zaoferowany zawór dozujący był kompatybilny z zaoferowanymi w poz.5 tego pakietu ustnikami oraz zaoferowanymi w poz. 1 tego pakietu butlami.

Ad.5

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz.5 ustników jednorazowych z filtrem o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% oraz filtracji wirusowej >99,999%. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby powyższa skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej była potwierdzona kartą produktu.

Ad.6

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 3 poz.2 zawór dozujący tworzył z jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr,ustnik) bezpieczny układ nie pozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza zaworu tzw. *strefę bezdotykową*, niewymagającą dezynfekcji.

Ad.7

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 3 poz.2 zaworów dozujących nie wymagających dezynfekcji. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz.2 zaworów dozujących, które wymagają dezynfekcji, pod warunkiem, że proces dezynfekcji nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części celem przeprowadzenia dezynfekcji.

Ad.8

Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności serwisowania zaworów dozujących zaoferowanych w Pakiecie Nr 3 poz.2 poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca dostarczył na swój koszt zastępcze zawory oraz poniósł koszty serwisu, które wliczy w cenę oferty. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dzierżawy za dostarczone zawory zastępcze.

Ad.9

Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 3 poz.4 wózek do przewozu butli z gazem medycznym był zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Ad.10

Zamawiający dopuszcza również, aby zaoferowana w Pakiecie Nr 3 poz.1 butla, w której znajduje się mieszanka 50%O₂/50%N₂O była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie bez konieczności noszenia, pod warunkiem możliwości jej stabilnego i bezpiecznego umieszczenia i umocowania w wózku na dwie butle, o którym mowa w Pakiecie Nr 3 poz.4.

Ad.11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie Pakietu Nr 3 poz.1 z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.2, co oznacza dopuszczenie mieszanki 50%O₂/50%N₂O w butlach 10l, zawartość 2,8 m³ gazu w butli o pojemności wodnej 10l i ciśnieniu 170 bar (temp. 15 C).

Ad.12

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie Nr 3 poz.5 zawory wydechowe jednorazowe - ustniki uniemożliwiały powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i nie wymagały stosowania masek. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga załączenia do oferty instrukcji obsługi zaoferowanych ustników.

Ad.13

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 3 poz.2 zaworów dozujących nie wymagających dezynfekcji. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz.2 zaworów dozujących, które wymagają dezynfekcji, pod warunkiem, że proces dezynfekcji nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części celem przeprowadzenia dezynfekcji.

Ad.14

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego zaoferowanego w Pakiecie Nr 3 poz.2.

Ad.15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad.16, 18, 19 i 20

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.17

Zamawiający informuje, że zapis pkt.3 Ogólnych warunków umowy podany w pytaniu przez Wykonawcę jest taki sam, jak zapis ujęty w pkt.XV.3 SIWZ - Ogólne warunki umowy.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2, Ad.3, Ad.4, Ad.7, Ad.8, Ad.12 i Ad.13, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 05.03.2015r godz.10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 05.03.2015r godz.11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1 i XI.1 oraz Załączniku Nr 1 w zakresie Pakietu Nr 3, jak również zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 3 po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

