



Znak: AE/ZP-27-02/15

Tarnów, 2015- 01 – 08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 50 poz. 1** - Czy zamawiający dopuści w zestawie dwukanałowym do hemodializ przewodnik nitinolowy (stop niklu i tytanu) o zwiększonej wytrzymałości, elastyczności w porównaniu do przewodnika stalowego ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 50 poz. 2** - Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się na zaoferowanie (produktu europejskiego producenta) tj. cewnik permanentnego do dializ wg charakterystyki: Zestaw cewnika permanentnego w składzie: * cewnik wykonany z biokompatybilnego carbothanu w rozmiarach 14Fr lub 16Fr, Długości: do mufki / długość całkowita; 19cm/24cm, 23cm/28cm. Konstrukcji kanałów w kształcie podwójnego „D” (przepływy powyżej 350ml/min) z miękką atraumatyczną końcówką zakończoną „schodkowo”. Nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika, grubości cewnika na rozgałęźniku, długości na cewniku, zaciski kolorowe na ramionach * igła 18g (1,25mm) x 7cm z bocznym portem /zastawka, *przewodnik nitinolowy o średnicy 0,035" i długości 70cm typu J, odporny na zaginanie umieszczony w specjalnym podajniku z ząbkowanym kółkiem do łatwiejszej aplikacji, * dwa rozszerzadła: odpowiednio 12F x 11cm ,14Fr x 14cm lub 14Fr x 11cm ,16Fr x 14cm, dodatkowe trzecie rozszerzadło z koszulką rozrywalną i zastawką hemostatyczną odpowiednio 16Fr (5,33mm) lub 17Fr (5,66mm), * tunelizator o dł. 18cm, * strzykawka 10ml, * skalpel 11, *2 nakrętki/ korki *skrzydełka do przyszywania cewnika oraz dodatkowo plaster z rzepem do bezszwowego zamocowania cewnika, *2 opatrunki w formie plastra, *naklejka identyfikacyjna pacjenta. Cewniki dostępne w wersji prostej i zagiętej. Zestawy pakowane sterylnie z pełną charakterystyką składu zestawu na opakowaniu-na etykiecie ?
3. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** – Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.
4. **Dotyczy punktu 8 Ogólnych warunków umowy** - Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,2 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
b) 0,2 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.
Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.”
5. **Dotyczy punkt 9 Ogólnych Warunków Umowy** - Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący: „W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”



6. **Dotyczy Pakietu Nr 50 poz. 1** – Czy w pkt 1 Zamawiający dopuści cewnik do hemodializy o wymiarach: dł. 16 cm, śred.12 Fr, światła wewnętrzne 12 Ga, 12 Ga z zestawem zawierającym igłę 18 Ga x 6,35 cm przewód stalowy 0,89mmx 60 cm, rozszerzadło i koreczki?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 50 poz. 2** - Czy w pkt 2 Zamawiający dopuści cewnik permanentny wprowadzany metodą wsteczną, o długościach 19 i 24 cm, o średnicy 15 Fr?
8. **Dotyczy punkt 4 Ogólnych warunków umowy oraz pkt II. 1 Formularza Ofertowego** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 4 ogólnych warunków umowy oraz rozdział II punkt 1 Formularza Oferty na następujący: „[...] w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych lub stawek podatku VAT będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej lub stawki podatku VAT ich cena umowna brutto ulegnie podwyższeniu”?
9. **Dotyczy punkt 9 Ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 9 ogólnych warunków umowy na następujący: „W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”?
10. **Dotyczy punkt 10 Ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 10 ogólnych warunków umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”?
11. **Dotyczy punkt 17 Ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do pkt. 17 ogólnych warunków umowy następującego zdania: „Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”?
12. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub zastąpienie tego wymogu wymogiem podania siedziby w przypadku podmiotów lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1** – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 12 pozycji 1 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 12** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w swoim składzie:
 - Cewnik typu pigtail o średnicy 8.3 Fr i długości 40cm, na odcinku dystalnym cewnika jest 6 bocznych otworów umożliwiających szybki drenaż: wykonany z nieprzepuszczalnego dla promieni RTG materiału ulepszającego rentgenowską widoczność.
 - Prowadnik o średnicy 0,038 i długości 70cm
 - Igły 18gage o dł. 7 i 12 cm
 - Rozszerzacz
 - Adapter rurki wielozadaniowej.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 50 poz. 2** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 50 w części nr 2 dopuści cewnik do hemodializy permanentny o długości 19cm i 23cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 50 poz. 1 w zestawie dwukanałowym do hemodializ zaoferowanie przewodnika nitinolowego (stop niklu i tytanu) o zwiększonej wytrzymałości, elastyczności w porównaniu do przewodnika stalowego, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 50 poz. 2 zaoferowanie cewnika permanentnego do dializ według charakterystyki opisanej w pytaniu.

Ad. 3- 5

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Ad. 6

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 50 poz. 1 cewnik do hemodializy o wymiarach: dł.16cm, śred.12 Fr, światła wewnętrzne 12 Ga, 12 Ga z zestawem zawierającym igłę 18 Ga x 6,35 cm przewodnik stalowy 0,89mmx 60 cm, rozszerzadło i koreczki, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów SIWZ.

Ad. 7

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 50 poz. 2 cewnik permanentny wprowadzany metodą wsteczną, o długościach 19 i 24 cm, o średnicy 15 Fr, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów SIWZ.

Ad. 8 - 11

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Ad. 12

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach Załącznika Nr 5 do SIWZ.

Ad. 13

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 12 pozycji nr 1 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu.

Ad. 14

Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 1 nie wprowadza zmian do opisu przedmiotu zamówieni.

Ad. 15

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie nr 50 poz. 2 cewnik do hemodializy permanentny o długości 19cm i 23cm, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

