



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-05/15

Tarnów, 2015-01-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę odczynników do badań serologicznych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynników na podstawie harmonogramu dostaw z zachowaniem zaproponowanego terminu dostaw przez Wykonawcę w złożonej ofercie?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.3** - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany standard anty-D ważny był po otwarciu do daty ważności podanej na etykiecie przez producenta?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany przez Wykonawców asortyment (z wyłączeniem krwinek) posiadał termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy? Powyższe pozwoli na zaoferowanie korzystnych cen i nie zachwieje pracy w laboratorium przez wykwalifikowany personel Zamawiającego.
4. Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z postawionym wymaganiem załączenia do oferty certyfikatu jednostki notyfikowanej dla oferowanych wyrobów, wymóg ten dotyczy produktów zakwalifikowanych przez producentów do wykazu A lub B zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dla pozostałego asortymentu Wykonawcy mają załączyć deklarację CE? Ponadto nadmieniamy, iż oferowany asortyment został zgłoszony do Urzędu Rejestracji na podstawie obowiązujących przepisów i występuje legalnie w obrocie na terenie Polski. W związku z powyższym, iż odczynniki zostały zgłoszone do Urzędu Rejestracji i są dopuszczone do stosowania na terenie RP i spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego wnosimy jak na wstępie o odstąpienie od nieuprawnionego zapisu zastosowanego przez Zamawiającego. Wnosimy o zmianę niezgodnego z przepisami zapisu określonego w Załączniku nr 6 na następujący: „Posiadające deklarację CE oraz certyfikat jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) dla odczynników zakwalifikowanych do wykazu A lub B; dokumenty załączone do oferty” „ W buteleczkach z czytelną etykietą zawierającą następujące informacje - oznakowanie CE wraz z numerem jednostki notyfikującej (jeżeli dotyczy)” lub wykreślenie niezgodnego zapisu.
5. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin rozpatrzenia reklamacji określony został w dniach roboczych, a nie w kalendarzowych?
6. Wnosimy o dopuszczenie złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających zgłoszenie oferowanych odczynników do Urzędu Rejestracji, który jako właściwa jednostka prowadzi nadzór nad obrotem towarów w Polsce, dla odczynników nie posiadających certyfikatu jednostki notyfikowanej oznakowanych znakiem CE, co w sposób jednoznaczny potwierdzi ich prawidłową klasyfikację bez udziału jednostki notyfikowanej.
7. Czy Zamawiający wymaga, aby cały asortyment w pakiecie 3 pochodził od jednego producenta, co zapewnia wysoką jakość i poprawność pomiarów oraz eliminuje ryzyko zafałszowania wyników badań
8. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp i przepisów wykonawczych Zamawiający winien wskazać gwarantowany minimalny poziom ilościowy przedmiotu zamówienia, jaki zostanie przez niego zakupiony w ramach zawartej umowy. Wnosimy o określenie minimalnej ilości Opisu Przedmiotu Zamówienia np. 80% w stosunku do ilości określonej w SIWZ.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.3** – Czy w Pakiecie Nr 2 poz.3 Zamawiający wymaga zaoferowania krwinek gotowych do użycia?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania przez Wykonawcę w Pakiecie Nr 1 poz.1 surowicy antyglobulinowej poliwalentnej płynnej (bezbarwnej)?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.3** – Czy w Pakiecie Nr 6 poz.3 Zamawiający dopuści do zaoferowania odczynnik LISS o objętości 250 ml z przeliczeniem wymaganej ilości mililitrów?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2** – Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw w pakiecie nr 2, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki wzorcowe)? Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści: „dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę w Pakiecie Nr 5 odczynników monoklonalnych w buteleczkach o pojemności 2 ml?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający nie wprowadza zmian do opisu SIWZ w zakresie sposobu realizacji zamówień.

Ad.2

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 6 poz.3 standard anty-D był ważny po otwarciu do daty ważności podanej na etykiecie przez producenta.

Ad.3

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment (z wyłączeniem Pakietu Nr 3, gdzie zaoferowane krwinki wzorcowe muszą posiadać termin ważności - minimum 30 dni od daty dostawy) posiadał termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Ad.4

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane odczynniki, z wyłączeniem odczynników zaoferowanych w Pakiecie Nr 5 poz.3 (odczynnik monoclonalny anty Cw klasy IgM) oraz Pakiecie Nr 6 poz.1 i 2 (LISS-L (płynny standaryzowany roztwór soli o niskiej sile jonowej) oraz PBS), które są spoza wykazu A i B, były oznakowane znakiem CE z numerem jednostki notyfikującej co świadczy o tym, że zostały certyfikowane i tym samym potwierdzono spełnienie przez nie wymagań zasadniczych zgodnych z dyrektywą 98/79/WE.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis:

1/ pkt.IV.4.2 SIWZ z treści:

„4.2 Deklaracje CE oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej na przedmiot zamówienia oferowany w Pakiecie Nr 1 – 6 (zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 6)”

na zapis o treści:

„4.2 Deklaracje CE oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej na zaoferowany przedmiot zamówienia - odpowiednio według wymagań określonych w Załączniku Nr 6”

- 2/ pkt.10 „Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 5 poz. 3”
Załącznika Nr 6 do SIWZ z treści :
„W buteleczkach z czytelną etykietą zawierającą następujące informacje:
- nazwa i numer katalogowy,
- numer serii,
- data ważności,
- oznakowanie CE wraz z numerem jednostki notyfikującej.”
na zapis o treści:
„W buteleczkach z czytelną etykietą zawierającą następujące informacje:
- nazwa i numer katalogowy,
- numer serii,
- data ważności,
- oznakowanie CE.”
- 3/ pkt.13 „Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 5 poz. 3”
Załącznika Nr 6 do SIWZ z treści :
„Posiadające deklarację CE oraz certyfikat jednostki notyfikowane; dokumenty załączone do oferty”
na zapis o treści:
„Posiadające deklarację CE; dokumenty załączone do oferty”
- 4/ pkt.6 „Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6 poz.1”
Załącznika Nr 6 do SIWZ z treści :
„W buteleczkach z czytelną etykietą zawierającą następujące informacje:
- nazwa i numer katalogowy,
- numer serii,
- data ważności,
- oznakowanie CE wraz z numerem jednostki notyfikującej.”
na zapis o treści:
„W buteleczkach z czytelną etykietą zawierającą następujące informacje:
- nazwa i numer katalogowy,
- numer serii,
- data ważności,
- oznakowanie CE.”
- 5/ pkt.9 „Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6 poz.1”
Załącznika Nr 6 do SIWZ z treści :
„Posiadające deklarację CE oraz certyfikat jednostki notyfikowane; dokumenty załączone do oferty”
na zapis o treści:
„Posiadające deklarację CE; dokumenty załączone do oferty”
- 6/ pkt.5 „Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6 poz.2”
Załącznika Nr 6 do SIWZ z treści :
„W buteleczkach z czytelną etykietą zawierającą następujące informacje:
- nazwa i numer katalogowy,
- numer serii,
- data ważności,
- oznakowanie CE wraz z numerem jednostki notyfikującej.”
na zapis o treści:
„W buteleczkach z czytelną etykietą zawierającą następujące informacje:
- nazwa i numer katalogowy,

- numer serii,
- data ważności,
- oznakowanie CE.”

7/ pkt.8 „Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6 poz.2”

Załącznika Nr 6 do SIWZ z treści :

„Posiadające deklarację CE oraz certyfikat jednostki notyfikowane; dokumenty załączone do oferty”

na zapis o treści:

„Posiadające deklarację CE; dokumenty załączone do oferty”

Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania terminu realizacji reklamacji w dniach kalendarzowych (nie więcej niż 7 dni).

Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi Ad.4

Ad.7

Zamawiający dopuszcza, aby asortyment zaoferowany w Pakiecie Nr 3 poz.1-4 pochodził od jednego (tego samego) producenta. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie asortymentu różnych producentów pod warunkiem, że asortyment wymieniony w Pakiecie Nr 3 poz.1 i 3 będzie pochodził od jednego (tego samego) producenta oraz asortyment wymieniony w Pakiecie Nr 3 poz.2 i 4 będzie pochodził od jednego (tego samego) producenta.

Ad.8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. Zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimalnego poziomu realizacji umowy. Ze względu na specyfikę naszego Szpitala nie jesteśmy w stanie jednoznacznie przewidzieć procentu realizacji umowy we wszystkich pakietach.

Ad.9

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ad.10

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga, aby krwinki zaoferowane w Pakiecie Nr 2 poz.3 były gotowe do użycia dopiero po uprzednim odpłukaniu i sporządzeniu odpowiedniej zawiesiny.

Ad.11

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz.1 surowicy antyglobulinowej poliwalentnej płynnej bezbarwnej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.12

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga, aby odczynnik LISS zaoferowany w Pakiecie Nr 6 poz.1 posiadał opakowanie nie większe niż 100 ml.

Ad.13

Zgodnie z zapisem pkt.XIV.1 SIWZ w Pakiecie Nr 2 – dostawa realizowana będzie co najmniej raz w miesiącu w terminach uzgodnionych z Wykonawcą (dotyczy zarówno terminu składania zamówień jak i ich realizacji). Harmonogram dostaw przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2 Wykonawca przedstawi najpóźniej w dniu podpisania umowy i będzie stanowił Załącznik Nr 3 do Umowy.

Ad.14

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 odczynników monoklonalnych w buteleczkach o pojemności 2 ml, pod warunkiem zaoferowania ilości odczynników



wymaganych przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym z podaniem ilości zaokrąglonych do pełnych opakowań w górę.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.4 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 23.01.2015r godz.10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 23.01.2015r godz.10:45**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.10, IV.4.2, IX.1, X.1, Załącznika Nr 6 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 5 poz.3 oraz Pakietu Nr 6 poz.1 i 2, jak również zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 5 poz.3 oraz Pakietu Nr 6 poz.1 i 2 po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

