



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-08/15

Tarnów, 2015-02-03

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę choledochofiberoskopu.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.12 i 13** – Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów zawartych w pkt.12 i 13?
2. Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania aparatu video (videocholedoskopu)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w pkt.12 i 13 Załącznika Nr 6 do SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż dopuszcza również zaoferowanie choledochofiberoskopu nie posiadającego kompatybilności z posiadanymi przez szpital źródłami światła EPK-p oraz EPK-100p, jak również nie posiadającego możliwości jego podłączenia do posiadanego toru wizyjnego (EPK-p i EPK-100p) za pomocą zewnętrznej kamery, pod warunkiem, że wraz z zaoferowanym choledochofiberoskopem Wykonawca zaoferuje źródło światła z nim kompatybilne lub inne rozwiązanie techniczne, które umożliwi podłączenie zaoferowanego choledochofiberoskopu do posiadanych przez Szpital źródeł światła i pod warunkiem, że po zamontowaniu i uruchomieniu choledochofiberoskopu urządzenie będzie gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.2

Zamawiający nie wymaga zaoferowania aparatu video (videocholedoskopu).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a