

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
choledochofiberoskopu 1 szt.**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny Punktacja w kryterium „okres gwarancji”	Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Choledochofiberoskop wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 roku 1 szt. (dopuszcza się urządzenie podemonstracyjne)	TAK	
2.	W polu widzenia oferowanego choledochofiberoskopu maksymalnie jeden punkt czarny (przerwane włókno światłowodowe)	TAK	
3.	Średnica kanału roboczego –min 2,2 mm	TAK	
4.	Średnica zewnętrzna wziernika – max 4,9 mm	TAK	
5.	Kąt obserwacji - minimum 125°	TAK	
6.	Kąt obserwacji podczas irygacji wodnej minimum 83°	TAK	
7.	Głębokość ostrości minimum od 3 do 50 mm	TAK	
8.	Długość robocza minimum 350 mm	TAK	
9.	Długość całkowita maksimum 650 mm	TAK	
10.	Zagięcie końcówki góra-dół minimum 180°/130°	TAK	
11.	Możliwość mycia i dezynfekcji aparatu w środkach chemicznych różnych producentów (podać nazwę min. 5 różnych środków chemicznych min. 2 różnych producentów, które są dopuszczone przez producenta urządzenia)	TAK	
12.	Kompatybilność z posiadanymi przez szpital źródłami światła EPK-p oraz EPK-100p	TAK	
13.	Możliwość podłączenia oferowanego urządzenia do posiadanego toru wizyjnego (EPK-p i EPK-100p) za pomocą zewnętrznej kamery	TAK	
14.	System optyczny z regulacją w zakresie od +2D do -8D	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

15.	Obrotowy konektor redukujący ryzyko skręcenia światłowodu łączącego oferowany choledochofiberoskop z posiadanymi przez szpital źródłami światła EPK-p oraz EPK-100p.	TAK	
16.	Oferowany choledochofiberoskop przystosowany do sterylizacji gazowej ETO w 55°	TAK	
17.	Walizka transportowa	TAK	
18.	Kontener do przenoszenia i mycia wstępnego oferowanego endoskopu	TAK	
19.	Dostarczony sprzęt ma być kompatybilny z posiadanymi przez szpital źródłami światła (EPK-p oraz EPK-100p) i po zmontowaniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem.	TAK	
Pozostałe wymagania			
20.	Dostawa urządzenia w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.	TAK	
21.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia.	TAK	
22.	Szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w dniu protokolarnego odbioru urządzenia lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	
23.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
24.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 6 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.	Warunek min. 0 pkt Maksymalna wartość 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie	
25.	W okresie gwarancji sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 5dni roboczych.	TAK	
26.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty