

Znak: AE/ZP-27-09/15

Tarnów, 2015-03-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę wideokolposkopu 1 sztuka, aparatu KTG do ciąży bliźniaczej 2 sztuki, aparatu do kriochirurgii 1 sztuka oraz lampy do fototerapii 2 sztuki.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4 pkt.4 i 5** – Czy Zamawiający dopuści lampę z natężeniem promieniowania w zakresie od 20 do 80 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$, z możliwością regulacji w pięciu krokach (20, 35, 50, 65, 80 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$) ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4 pkt.6** – Czy Zamawiający dopuści lampę zapewniającą efektywną powierzchnię naświetlania 30 x 50 cm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4 pkt.11** – Czy Zamawiający dopuści statyw, z regulacją wysokości w zakresie 135-165 cm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4 „Długość fali świetlnej od 450 do 470 nm”** - Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy lampę do fototerapii generującą światło o długości fal w zakresie 450 – 465 nm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4 „Maksymalne natężenie promieniowania w zakresie od 50 do 65 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ ”, „Regulacja natężenia promieniowania w zakresie minimum 30% do 100%”** – Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy lampę do fototerapii zapewniającą możliwość wyboru natężeń światła: wysokiego 45 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ oraz niskiego 22 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$, dopasowując terapię do potrzeb każdego pacjenta?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4 „żywołność źródła promieniowania minimum 20 000 godzin”** – Czy ze względu na redukcję kosztów wymiany w tym kosztów związanych z przestojami Zamawiający zdecyduje się na lampę o żywotności diod LED min. 50 000 godzin?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4 „Licznik całkowitego czasu pracy lampy”, „Licznik czasu naświetlania pacjenta (programowanie czasu pracy)** - Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy do fototerapii z wbudowanym licznikiem czasu pracy umożliwiającym kontrolę efektywności lampy oraz czasu naświetlania?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4** - Czy Zamawiający wymaga, aby lampa do fototerapii charakteryzowała się niskim poborem mocy tj. max. 20W co znacznie obniża koszty eksploatacji?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4** - Czy Zamawiający wymaga, aby zamawiana lampa do fototerapii miała niski poziom głośności pracy, tj. poniżej 23 dB jak to ma miejsce w nowoczesnych lampach diodowych?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4** - Czy Zamawiający wymaga, aby lampa miała również możliwość aplikacji bezpośrednio na kopule inkubatora, poprzez możliwość zdjęcia ze statywu czaszy lampy?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4** - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania lampy zapewniającej ciągłą pracę, tzn. nie wymagającą chłodzenia?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4** - Czy dla łatwiejszego i stabilnego pozycjonowania lampy, Zamawiający będzie wymagał lampy z blokadą 4 kółek?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznik Nr 7.4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od podpisania umowy?

14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 7.2**, „Ekran wyświetlacza minimum 6 cali” - Czy Zamawiający dopuści aparat bez ekranu wyświetlacza minimum 6 cali, ale z mniejszymi wyświetlaczami na których doskonale widać wyświetlane parametry FHR i Toco?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 7.2** „Prezentacja na ekranie cyfrowej wartości tętna i toco” - Czy Zamawiający dopuści aparat z prezentacją cyfrowych wartości tętna i toco, wyświetlanych na dużych i czytelnych wyświetlaczach?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 7.2** - Czy Zamawiający wymaga, aby aparat był wyposażony gniazda RS-232 i w ile sztuk?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 7.2** - Czy Zamawiający wymaga, aby aparat miał możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 7.2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od podpisania umowy?
19. **Dotyczy pkt.XV. ppkt.6 Ogólne warunki umowy** - Prosimy Zamawiającego o zmianę ww. punktu na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej, posiadającej autoryzację producenta na świadczenie usług serwisowych, usunięcia tych usterek i wad bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt Wykonawcy.”.
20. **Dotyczy pkt.XV. ppkt.9 Ogólne warunki umowy** - Prosimy Zamawiającego o zmianę ww. punktu na następujący: „1. W przypadku, gdy danego urządzenia w okresie gwarancji nie da się naprawić Zamawiający może żądać wymiany przez Wykonawcę tego wadliwego urządzenia na nowe lub wolne od wad. W przypadku, gdy w okresie gwarancji występuje trzecia naprawa gwarancyjna tego samego elementu/podzespołu danego urządzenia Zamawiający, w przypadku zaistnienia kolejnej usterki gwarancyjnej może żądać wymiany przez Wykonawcę tego wadliwego elementu/podzespołu na nowy lub wolny od wad.”
21. **Dotyczy pkt.XV. ppkt.11 Ogólne warunki umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu na następujący: „ 11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie zostanie dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
 - b) 1 % wartości brutto towaru niezgodnego - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości.
 - c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego przedmiotu umowy, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamych parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi.
 Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycja Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 14 dni roboczych.”?
22. **Dotyczy pkt.XV. ppkt.10 Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. punktu na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”?

23. **Dotyczy pkt.XV. ppkt.15 Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na następujący: „W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę z jego winy (przez niewykonanie umowy rozumie się zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia powyżej 40 dni), Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową”?
 24. **Dotyczy pkt.XV. ppkt.17 Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu respiratora o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 30 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na *realizację umowy*”?
 25. **Dotyczy pkt.XV. ppkt.18 Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. punktu na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”
 26. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ** – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
 27. **Dotyczy załącznika 7.2 do SIWZ pkt 22 oraz załącznika 7.4 do SIWZ pkt 17** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność?
 28. **Dotyczy załącznika 7.2 do SIWZ pkt 22 oraz załącznika 7.4 do SIWZ pkt 17** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?
 29. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 7.1** – Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie : Kolposkopu wysokiej rozdzielczości 1,43 M pikseli, z wyjątkowym jasnym wielopunktowym źródłem światła LED:
 - powiększeniem w zakresie od 1x – 40x,
 - ultra szybką technologią automatycznej regulacji ostrości,
 - manualną opcją ostrości,
 - przyciskiem stopklatka,
 - wbudowaną możliwością wejścia wideo,
 - regulowana wysokość stojaka,
 - przycisk filtr zielone światło
 - dostępny w opcji z ramieniem do mocowania monitora,
 - posiada 3 zielone filtry,
 - w zestawie z monitorem LCD i drukarką.
- Posiada zaprojektowane oprogramowanie do zarządzania danymi, które umożliwia wychwytywanie i zarządzanie obrazami w autonomicznej karcie pacjenta. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie zawiera bogatą ofertę standardowych badań i szablony diagnozy, jest łatwo dostosować do konkretnych wymagań klinicznych i preferencji. Oferując zarówno kliknij-box i ręcznego wprowadzania diagnozy, oprogramowanie automatycznie utworzy różne opcje raportów, mogą obejmować pojedyncze lub wielokrotne obrazy z kolposkopu. Funkcje oprogramowania:
- możliwość porównania aktualnych i poprzednich obrazów,

- adnotacja zdjęcia,
- pomiar zdjęcia,
- pełna zdolność przechwytywania wideo,
- analiza statystyczna
- kompletny system bezpieczeństwa, wewnętrzne hasło ochronne.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający dopuści również lampę z natężeniem promieniowania w zakresie od 20 do 80 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$, z możliwością regulacji w pięciu krokach (20, 35, 50, 65, 80 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$).

Ad.2

Zamawiający dopuści również lampę zapewniającą efektywną powierzchnię naświetlania 30 x 50 cm

Ad.3

Zamawiający dopuści również statyw, z regulacją wysokości w zakresie 135-165 cm.

Ad.4

Zamawiający dopuści również lampę do fototerapii generującą światło o długości fal w zakresie 450 – 465 nm

Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, tym samym dopuszcza lampę o żywotności diod LED 50 000 godzin.

Ad.7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w pkt. 8 i 9 Załącznika Nr 7.4 do SIWZ.

Ad.8

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również lampę charakteryzującą się niskim poborem mocy tj. max. 20W

Ad.9

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również lampę, która posiada niski poziom głośności pracy, tj. poniżej 23 dB

Ad.10

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również lampę, która posiada możliwość aplikacji bezpośrednio na kopule inkubatora, poprzez możliwość zdjęcia ze statywu czaszy lampy.

Ad.11

Zamawiający wymaga zaoferowania lampy, która zapewnia ciągłą pracę niezależnie od tego czy wymaga, czy też nie wymaga chłodzenia.

Ad.12

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również lampę, która posiada blokadę 4 kółek.

Ad.13

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Ad.14

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.16

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aparat wyposażony w gniazda RS-232.

Ad.17

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aparat, który posiada możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu.

Ad.18

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Ad.19-20 i 22-25

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.21

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w pkt XV.11 a) i b) SIWZ Ogólne warunki umowy z zapisu o treści :

- „.....a) 0,5 % wartości brutto zamówionych fantomów i/lub laktatorów za każdy dzień zwłoki, jeżeli fantomy i/lub laktatory te nie zostaną dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
- b) 5 % wartości brutto zamówionych fantomów i/lub laktatorów - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości.....”

na zapis o treści:

- „....a) 0,5 % wartości brutto zamówionych urządzeń za każdy dzień zwłoki, jeżeli urządzenia te nie zostaną dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
- b) 5 % wartości brutto zamówionych urządzeń - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości.....”

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV.11 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.26

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach Załącznika Nr 6 do SIWZ.

Ad.27 i Ad.28

Zamawiający zmienia zapis pkt.22 Załącznika Nr 7.2 do SIWZ oraz pkt.17 Załącznika Nr 7.4 do SIWZ z zapisu o treści:

„W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiany urządzenia na wolne od wad maksymalnie 5 dni roboczych. Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych.”

na zapis o treści:

„W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiany urządzenia na wolne od wad maksymalnie 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych zagranicą i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność. Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych zagranicą i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

Ad.29

Zamawiający dopuszcza również opisany w pytaniu wideokolposkop, pod warunkiem spełniania pozostałych wymaganych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 7.1 do SIWZ parametrów.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.27 i Ad.28, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ust.1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 12.03.2015r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 12.03.2015 godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1, XI.1, i XV.11, Załącznika Nr 7.2 oraz Załącznika Nr 7.4 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 7.2 do SIWZ oraz Załącznik 7.4 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a