

Znak: AE/ZP-27-09/15

Tarnów, 2015-03-03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę wideokolposkopu 1 sztuka, aparatu KTG do ciąży bliźniaczej 2 sztuki, aparatu do kriochirurgii 1 sztuka oraz lampy do fototerapii 2 sztuki.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 7.2 pkt.8** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat KTG o wymiarach 350mmx300mmx104mm, wyposażony w ekran o przekątnej 5,6”?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 7.2** – Czy Zamawiający wymaga aby oferowany kardiokograf wyposażony był w automatyczną analizę zapisu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający dopuszcza również aparat KTG o wymiarach 350mmx300mmx104mm, wyposażony w ekran o przekątnej 5,6” Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Ad.2

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aparat KTG wyposażony w automatyczną analizę zapisu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a