

AE/ZP-27-09/15

Załącznik nr 7.1

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
wideokolposkopu 1 szt.**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny Punktacja w kryterium „okres gwarancji”	Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Wideokolposkop fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014r. 1 szt	TAK	
2.	Kamera CCD o rozdzielczości minimum 720x576 pikseli	TAK	
3.	Źródło światła diody LED	TAK	
4.	Powiększenie w zakresie minimum od 5x do 40x	TAK	
5.	Zmienna ogniskowa zmienna w zakresie minimum od 200mm do 400mm	TAK	
6.	Filtr bezczerwienności	TAK	
7.	Filtr negatywowy	TAK	
8.	Polaryzacyjny układ redukcji odbłasków	TAK	
9.	Możliwość szacowania wielkości obietów obserwowanych przez kolposkop (skala)	TAK	
10.	Stopklatka umożliwiająca zatrzymanie i prezentację obrazu	TAK	
11.	Statyw na podstawie jezdnej (minimum 4 koła), blokowanie minimum 2 kół	TAK	
12.	Głowica wideokolposkopu na ramieniu prostowodowym	TAK	
13.	Statyw z ramieniem do mocowania monitora	TAK	
14.	Monitor LCD minimum 15 cali z wejściem wideo	TAK	
15.	Przycisk nożny do zatrzymywania obrazów	TAK	
16.	Przełącznik przełączający źródła sygnałów wideo	TAK	
17.	Program do rejestracji wykonanych badań z możliwością drukowania raportu	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

18.	Komputer do rejestracji badań pojemność dysku twardego minimum 500 GB	TAK	
19.	Drukarka do drukowania raportów	TAK	
20.	Dostarczone przez dostawcę urządzenie ma być kompletne i gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem.	TAK	
	Pozostałe wymagania		
21.	Dostawa urządzenia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
22.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia.	TAK	
23.	Szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w dniu protokolarnego odbioru urządzenia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	
24.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
25.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie minimum 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.	Warunek min. 0 pkt Maksymalna wartość 5pkt Pozostałe proporcjonalnie	
26.	W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiany urządzenia na wolne od wad maksymalnie 5 dni roboczych. Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych.	TAK	
27.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty