

AE/ZP-27-09/15

Załącznik nr 7.2

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
aparatu KTG do ciąży bliźniaczej 2 szt.**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny Punktacja w kryterium „okres gwarancji”	Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Aparat KTG do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014r. 2 szt.	TAK	
2.	Głowica kardio 2 szt.	TAK	
3.	Częstotliwość pracy głowicy kardio minimum 1 MHz.	TAK	
4.	Głowice kardio wodoodporne	TAK	
5.	Głowica toco 1szt.	TAK	
6.	Zakres pomiarowy minimum od 50 do 210 bpm	TAK	
7.	Alarm wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika.	TAK	
8.	Ekran wyświetlacza minimum 6 cali	TAK	
9.	Prezentacja na ekranie cyfrowej wartości tętna i toco	TAK	
10.	Znacznik zdarzeń	TAK	
11.	Regulacja głośności sygnałów dźwiękowych	TAK	
12.	Drukarka o szerokości papieru minimum 150 mm	TAK	
13.	Minimum dwie prędkości pracy drukarki	TAK	
14.	Zakres pomiarowy w przedziale minimum od 50 do 210 bpm	TAK	
15.	Wózek lub stojak pod KTG z koszykiem lub półką na akcesoria z podstawą jezdnią, minimum 4 koła w tym minimum 2 blokowane.	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

16.	Pasy mocujące głowice minimum 3 szt.	TAK	
	Pozostałe wymagania		
17.	Dostawa urządzeń w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
18.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia.	TAK	
19.	Szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w dniu protokolarnego odbioru urządzenia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	
20.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
21.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie minimum 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.	Warunek min. 0 pkt Maksymalna wartość 5pkt Pozostałe proporcjonalnie	
22.	W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiany urządzenia na wolne od wad maksymalnie 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność. Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.	TAK	
23.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty