

AE/ZP-27-09/15

Załącznik nr 7.3

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
aparatu do kriochirurgii 1 szt.**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny Punktacja w kryterium „okres gwarancji”	Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Aparat do kriochirurgii 1 szt. fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014	TAK	
2.	Temperatura pracy, co najmniej, minimum -50° C otrzymywanej przy pomocy podtlenu azotu	TAK	
3.	Aparat wyposażony w mobilną obudowę butli przystosowaną do butli o pojemności 10 litrów.	TAK	
4.	Sterownik wyposażony we wskaźnik przepływu przez sondę, wskaźnik ciśnienia pracy (manometr), pokrętło regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę, pedał sterujący.	TAK	
5.	Ciśnienie pracy w zakresie minimum 3,5 do 5 MPa	TAK	
6.	Możliwość podłączenia i pracy sond do zabiegów ginekologicznych.	TAK	
7.	Sonda natryskowa (wersja ginekologiczna) 1 szt.	TAK	
8.	Sonda kontaktowa do tarczy szyjki macicy $\phi 20\text{mm}$ 1 szt.	TAK	
9.	Sonda kontaktowa stożkowa $\phi 15\text{mm}$ 1 szt.	TAK	
10.	Sonda kontaktowa tarczowa-kanałowa $\phi 15\text{mm}/\phi 3,5\text{mm}$ 1 szt.	TAK	
11.	Sonda do endometrium $\phi 6\text{mm}$ 1 szt.	TAK	
12.	Dostarczone przez dostawcę urządzenie ma być kompletne i gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem.	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

	Pozostałe wymagania		
13.	Dostarczenie urządzenia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
14.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia.	TAK	
15.	Szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w dniu protokolarnego odbioru urządzenia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	
16.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
17.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie minimum 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.	Warunek min. 0 pkt Maksymalna wartość 5pkt Pozostałe proporcjonalnie	
18.	W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiany urządzenia na wolne od wad maksymalnie 5 dni roboczych. Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych.	TAK	
19.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty