

AE/ZP-27-09/15

Załącznik nr 7.4

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
lampy do fototerapii 2 szt.**

Lp	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny Punktacja w kryterium „okres gwarancji”	Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1.	Lampa do fototerapii noworodka fabrycznie nowa wyprodukowana nie wcześniej niż w 2014r. 2 szt.	TAK	
2.	Źródło promieniowania diody LED	TAK	
3.	Długość fali świetlnej od 450 do 470 nm	TAK	
4.	Maksymalne natężenie promieniowania w zakresie od 50 do 65 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$	TAK	
5.	Regulacja natężenia promieniowania w zakresie minimum 30% do 100%	TAK	
6.	Efektywna powierzchnia naświetlania minimum 42 x 27 cm	TAK	
7.	Żywotność źródła promieniowania minimum 20 000 godzin	TAK	
8.	Licznik całkowitego czasu pracy lampy	TAK	
9.	Licznik czasu naświetlania pacjenta (programowanie czasu pracy)	TAK	
10.	Stojak jezdny, minimum 2 koła blokowane	TAK	
11.	Regulacja wysokości lampy w zakresie minimum 40 cm	TAK	
	Pozostałe wymagania		
12.	Dostawa urządzenia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
13.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia.	TAK	
14.	Szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w dniu protokolarnego odbioru urządzenia lub w terminie poprzedzającym odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

15.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
16.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie minimum 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.	Warunek min. 0 pkt Maksymalna wartość 5pkt Pozostałe proporcjonalnie	
17.	W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiany urządzenia na wolne od wad maksymalnie 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność. Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.	TAK	
18.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty