

Znak: AE/ZP-27-12/15

Tarnów, 2015-02-13

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.**

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) W Załączniku Nr 6 do SIWZ w punkcie nr 3

zapis o treści: Technologia cyfrowa cyfrowy beaformer min. 12 bit

zmienia na: Technologia cyfrowa

2) W Załączniku Nr 6 do SIWZ w punkcie nr 4

zapis o treści: Ilość aktywnych kanałów przetwarzania - Min. 100 000

zmienia na: Ilość aktywnych kanałów nadawczo-odbiorczych - Min. 20 000

3) W Załączniku Nr 6 do SIWZ punkt nr 9

wykreśla się punkt nr 9 o treści: Monitor LCD bez przeplotu z możliwością regulacji położenia góra-dół, prawo – lewo

4) W Załączniku Nr 6 do SIWZ w punkcie nr10

zapis o treści: Monitor LCD bez przeplotu z możliwością regulacji położenia góra-dół, prawo-lewo, regulacja obrotu monitora minimum +/- 90°

zmienia na: Monitor LCD bez przeplotu z możliwością regulacji położenia góra-dół, prawo-lewo z regulacją obrotu **monitora**

5) W Załączniku Nr 6 do SIWZ w punkcie nr 11

zapis o treści: Wielkość monitora - Min. 17 cali

zmienia na: Wielkość monitora - Min. 15 cali

6) W Załączniku Nr 6 do SIWZ w punkcie nr 12

zapis o treści: Rozdzielczość monitora - Min.1280 x 1024

zmienia na: Rozdzielczość monitora - Min.1024 x 768

7) W Załączniku Nr 6 do SIWZ w punkcie nr 15

zapis o treści: Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów statycznych i ruchomych sekwencji video na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne (CD, DVD) w minimum 2 formatach JPG i AVI.

zmienia na: Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów statycznych i ruchomych sekwencji video na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne (CD, DVD) w minimum 2 formatach JPG i AVI zgodny ze standardem DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0).

8) W Załączniku Nr 6 do SIWZ w punkcie nr 22

zapis o treści: Zakres dynamiki systemu Min. 230 dB

zmienia na: Zakres dynamiki systemu Min. 170 dB

9) W Załączniku Nr 6 do SIWZ w punkcie nr 42

zapis o treści: Obrazowanie wielokierunkowe (spatial compounding), wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami minimum 7 linii

zmienia na: Obrazowanie wielokierunkowe (spatial compounding)

10) W Załączniku Nr 6 do SIWZ w punkcie nr 45

zapis o treści: Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym – trace, automatyczne obliczanie PI, RI, PI/RI)

zmienia na: Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym – trace, automatyczne obliczanie, np. PI, RI, PI/RI)

11) W Załączniku Nr 6 do SIWZ punkt nr 52

Wykreśla punkt nr 52 o treści: Oprogramowanie ortopedyczne wraz z pakietem obliczeniowym i raportami

12) W Załączniku Nr 6 do SIWZ w punkcie nr 57

zapis o treści: Praca w trybie Triplet

zmienia na: Praca w trybie Triplex

13) W Załączniku Nr 6 do SIWZ w punkcie nr 70

zapis o treści: Kąt pola skanowania (widzenia) - Min. 145⁰

zmienia na: Kąt pola skanowania (widzenia) - Min. 120⁰

14) W Załączniku Nr 6 do SIWZ w punkcie nr 78

zapis o treści: Dostawa aparatu w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

zmienia na: Dostawa aparatu w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.

II. W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.7 i 8** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez ekranu dotykowego?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości kanałów nadawczo-odbiorczych do poziomu min. 200 000 i zmianę zapisu punktu 5 na następujący „Ilość kanałów przetwarzania min. 200 000”?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy aparatu USG wraz z funkcją: automatycznego pomiaru biometrycznego płodu?
4. Z uwagi na fakt, iż każda tworzona tabela wymaganych parametrów technicznych dotycząca aparatów jest inna dla każdego przetargu, wykonawca nie jest w stanie katalogiem czy ulotką producenta, w których określona jest specyfikacja techniczna aparatu potwierdzić wszystkich wymaganych informacji ujętych w tabeli technicznej. Materiały informacyjne są materiałami ogólnymi posiadającymi najważniejsze dane dotyczące parametrów technicznych aparatu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty oświadczenia producenta aparatu o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli technicznej (nie

znajdujących potwierdzenia w katalogu czy ulotce) będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ?

5. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.4** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta posiadający 22560 kanałów przetwarzania?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.7** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta bez ekranu dotykowego. Proponowany przez nas ultrasonograf posiada pulpit sterowania charakteryzujący się bardzo wysokim poziomem ergonomii i intuicyjności obsługi.
7. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.8** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta bez możliwości regulacji obrotu ekranu dotykowego minimum $\pm 30^\circ$ ekranu dotykowego. Proponowany przez Nas ultrasonograf posiada pulpit sterowania bez ekranu dotykowego charakteryzujący się bardzo wysokim poziomem ergonomii i intuicyjności obsługi
8. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.12** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta posiadający monitor o rozdzielczości 1024x768? Proponowany przez Nas ultrasonograf posiada monitor o przekątnej większej niż minimalna wymagana przez Zamawiającego.
9. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.17** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta posiadający zintegrowany dysk twardy o pojemności 160GB? W zamian zobowiązujemy się do dostarczenia z aparatem zewnętrznego dysku/dysków twardych o łącznej pojemności zapewniającej wymagane przez Zamawiającego 400GB.
10. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.22** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta posiadający zakres dynamiki do 205dB? W praktyce wykorzystuje się zakresy dynamiki nieprzekraczające 180dB.
11. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.24** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta bez oprogramowania poprawiającego jakość obrazowania 2 D (B-mode) i czułość Dopplera dla pacjentów o wysokim BMI? Proponowany przez Nas ultrasonograf posiada funkcję obrazowania MultiHertz Multiple Frequency Imaging umożliwiającym połączenie w jednym obrazie rozdzielczości i penetracji kilku głowic, zapewniając tym samym poprawę jakości obrazowania 2D i czułość Dopplera dla pacjentów o wysokim BMI. Ponadto aparat posiada zaawansowaną metodę służącą do redukcji artefaktów i wyostrażania krawędzi, zapewniająca większą rozdzielczość kontrastową.
12. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.31** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta bez automatycznej optymalizacji zapisu widma dopplerowskiego?
13. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.42** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta posiadający obrazowanie wielokierunkowe (spatial compounding), wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami 3 linii?
14. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.45** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta posiadający pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym – trace, automatyczne obliczanie PI, RI bez PI/RI). Proponowany przez Nas ultrasonograf zapewnia w zamian automatyczne wyznaczanie PS, ED, TAMx, TAMn i S/D.
15. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.71** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta posiadający głowicę endowaginalną o kącie pola skanowania 126 stopni? Rozwiązanie takie zapewnia większą ilość elementów piezoelektrycznych przypadający na 1 stopień co przekłada się na wyższą rozdzielczość obrazu.

16. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy ultrasonografu o pakiet kardiologiczny z kardiologicznymi głowicami do badań pediatrycznych i noworodkowych o zakresie częstotliwości min. 4-9 MHz?
17. Prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu dostawy na 4 tygodnie od daty podpisania umowy.
18. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.5** – W celu uszczegółowienia prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w punktów na zapis jak poniżej. Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, że dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że nie może być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych *Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji (minimum 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego aparatu) na przedmiot umowy - w tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę sprzedaży usługi serwisowe na warunkach określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ.*
19. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.6** – W celu uszczegółowienia prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w punktów na zapis jak poniżej. Prosimy o dodanie celem doprecyzowania praw i obowiązków stron z tytułu wad rzeczy sprzedanej, co pozwala na klaryfikację sytuacji prawnej stron umowy. *Z tytułu rękojmi Zamawiającemu przysługują takie same uprawnienia jak z tytułu gwarancji, jak również Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt Wykonawcy.*
20. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** – Prosimy Zamawiającego o dodanie poniższych punktów celem doprecyzowania zasad gwarancji. *Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:*
 - a. *uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek*
 - *eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,*
 - *samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);*
 - b. *uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)*
 - c. *materiały eksploatacyjne*
Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego.
21. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** – Prosimy Zamawiającego o dodanie poniższych punktów celem doprecyzowania zasad gwarancji.
 10. *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:*

- a) 0,5 % wartości brutto zamówionego aparatu za każdy dzień zwłoki, jeżeli aparat ten nie zostanie dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty.
- b) 5 % wartości brutto zamówionego aparatu - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości.
- c) 20 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki łącznie nie więcej niż 10% ww kwoty

w:

- usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
- dostarczeniu, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamych parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
- usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru nowego przedmiotu umowy w okresie gwarancji/rękojmi, w przypadku, o którym mowa w pkt.9 a), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt.b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni roboczych.

22. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.15** – Prosimy Zamawiającego o dodanie poniższych punktów celem doprecyzowania zasad gwarancji. Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
15. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania do należytego wykonywania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar nie pokryje szkody, w szczególności strat wynikających z utraty dotacji lub jej części, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom

23. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.17** – Prosimy Zamawiającego o dodanie poniższych punktów celem doprecyzowania zasad gwarancji. Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajna) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie

napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu aparatu o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 7 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy pod warunkiem pisemnego wezwania do terminowego wykonania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni.

24. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z głowicą konweksową-objętościową 3D/4D o zakresie częstotliwości pracy przetwornika 3,0-7,0 MHz ?
25. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w monitor panoramiczny o rozdzielczości 1366 x 768?
26. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat umożliwiający automatyczny pomiar dla trybu Dopplera spektralnego w czasie rzeczywistym i na obrazie zamrożonym z wyznaczeniem parametrów PsV, EdV, S/D, DS., RI, PI?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu ultrasonograficznego bez ekranu dotykowego.

Ad.2.

Zamawiający wprowadza zmiany zapisu w punkcie nr 4 Załącznika Nr 6 do SIWZ:

zapis o treści: Ilość aktywnych kanałów przetwarzania - Min. 100 000

zmienia na: Ilość aktywnych kanałów nadawczo - odbiorczych - Min. 20 000

Ad.3.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aparat USG posiadający funkcję automatycznego pomiaru biometrii płodu.

Ad.4.

Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. IV.4.1 SIWZ oraz w pkt.80 Załącznika Nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty materiałów informacyjnych (w języku polskim) dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcia (fotografii). Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu, aby załączone do oferty materiały informacyjne potwierdzały wszystkie wymagane przez Zamawiającego w Załączniku Nr 6 do SIWZ parametry oferowanego przedmiotu zamówienia.

Ad.5

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu USG posiadającego 22 560 aktywnych kanałów przetwarzania.

Ad.6

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu USG bez ekranu dotykowego.

Ad.7

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu USG bez możliwości regulacji obrotu ekranu dotykowego minimum $\pm 30^\circ$ ekranu dotykowego.

Ad.8

Zamawiający dopuści również aparat USG posiadający monitor o rozdzielczości 1024x768.

Ad.9

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu USG posiadającego zintegrowany dysk twardy o pojemności 160 GB pod warunkiem dostarczenia wraz z aparatem zewnętrznego dysku/dysków twardych o łącznej pojemności zapewniającej wymagane przez Zamawiającego 400 GB. .

Ad.10

Zamawiający wymaga zaoferowanie aparatu USG, który w trybie 2D (B-mode) posiada zakres dynamiki min. 170 dB.

Ad.11

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania poprawiające jakość obrazowania 2D (B-mde) i czułość Dopplera dla pacjentów o wysokim BMI, w tym również dopuszcza aparat USG o opisaną w pytaniu funkcję.

Ad.12

Zamawiający nie dopuści aparatu USG bez automatycznej optymalizacji zapisu widma dopplerowskiego.

Ad.13

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu USG posiadającego obrazowanie wielokierunkowe (spatial compounding), wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami minimum 3 linii.

Ad.14

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG, posiadającego pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym – trace, automatyczne obliczanie PI, RI bez PI/RI z automatycznym wyznaczaniem PS, ED, TAMx, TAMn, S/D).

Ad.15

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie USG, posiadającego głowicę endowaginalną o kącie pola skanowania 126°.

Ad.16

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG, który posiada możliwości rozbudowy o pakiet kardiologiczny z kardiologicznymi głowicami do badań pediatrycznych i noworodkowych o zakresie częstotliwości min. 4-9 MHz.

Ad.17

Zamawiający wprowadza zmiany w punkcie 78 Załącznika Nr 6

zapis o treści: Dostawa aparatu w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy,

zmienia na: Dostawa aparatu w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy, jak również odpowiednio w punkcie I oraz punkcie XIV. 1 SIWZ.

Ad.18

Zamawiający przez zapis zawarty w pkt. XIV.5 SIWZ o treści „...bezpłatne usługi serwisowe...” rozumie usługi serwisowe wykonywane przez Wykonawcę na warunkach określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ wliczone w cenę oferty, a nie na podstawie osobno skalkulowanej ceny.

Ad.19 - 23

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.24

Zamawiający dopuści również zaoferowania aparatu USG, który posiada głowicę konweksową-objętościową 3D/4D o zakresie częstotliwości pracy przetwornika 3,0-7,0 MHz.

Ad.25

Zamawiający dopuści również aparat USG posiadający monitor panoramiczny o rozdzielczości 1366x768.

Ad.26

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG umożliwiającego automatyczny pomiar dla trybu Dopplera spektralnego w czasie rzeczywistym i na obrazie zamrożonym z wyznaczeniem parametrów PsV, EdV, S/D, DS., RI, PI.

W związku z modyfikacją SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 23.02.2015r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 23.02.2015 godz. 10:30**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I, III.11, IX.1, X.1 i XIV.1, Załącznika Nr 6 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a