



.....

Znak: AE/ZP-27-14/15

Tarnów, 2015-02- 26

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę sprzętu medycznego do endoskopii dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie samorozprężalnego stentu do dróg żółciowych o średnicach 8 i 10 mm i długościach 60, 80, 100 i 120 mm, w wersji pokrywanej z niepokrytymi końcami stentu, bez rozszerzeń na końcach, wykonanego w technologii dzianego drutu nitylowego, długość introduktora 180 cm, ze złotymi markerami na obu stronach stentu i na środku, widocznymi w RTG, z system aplikacji umożliwiającym precyzyjne uwalnianie stentu, bez możliwości wycofania stentu do aplikatora?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu samorozprężalnego do przelyku, w wersji niepokrywanej i pokrywanej (silikonem, silikonem i e-PTFE w zależności od wersji), z 8 cieniodajnymi złotymi znacznikami na końcach i środku stentu (3+2+3), „lassami” na obu końcach stentu, z możliwością korekty położenia z pomocą lassa, bezpośrednio po założeniu (dostępna wersja z zastawką antyrefleksyjną i jednym lassem), posiadające kołnierze antymigracyjne na końcu dystalnym i proksymalnym (kołnierz posiada dwie średnice: mniejszą i większą), długości stentu: 90, 110, 130 i 150 mm, średnice stentów dla trzonu stentu: 16, 18 i 20 mm i odpowiednio dla kołnierzy antymigracyjnych: od 20 do 28 mm, z zestawem wprowadzającym, umożliwiającym precyzyjne uwalnianie stentu?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** Czy Zamawiający dokona modyfikacji i podzieli pakiet na dwa podpakiety lub pozwoli na składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje pakietu?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na poz. 2 Pakietu Nr 5 i zaoferowanie zestawu do opaskowania żyłaków przelyku zawierającego nakładkę z 6 lub 7 opaskami lateksowymi lub 6 opaskami bezlateksowymi (do wyboru), zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia opaski?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu jednorazowego użytku?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na stent samorozprężalny do dróg żółciowych, kryty silikonem, na całej długości, w części środkowej i nie pokrywany, zaopatrzony w dodatkowy znacznik RTG pośrodku stentu. Pozostałe parametry jak w opisie SIWZ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji PULL średnice 20 F lub 24 F, pozostałe parametry jak w opisie SIWZ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający miał na myśli stopniowe poszerzadła ujścia brodawkowe o średnicy 5-7-8,5 Fr i 5-7-10 Fr?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Prosimy o dopuszczenie jednorazowego kosza do usuwania kamieni z dóg żółciowych, złożeń i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z trwałego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm; minimalna średnica endoskopu 3,7 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035” (0,89 mm); szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm, na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzenie koszyka po

przewodnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym typu BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; 1 sztuka w opakowaniu lub w przypadku niedopuszczenia wydzielanie do osobnego pakietu.

10. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie protez do dróg żółciowych – samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z ni. tinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe – na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość protezy do wyboru: 40, 60, 80, 100, 120 mm, średnica 10 mm; średnica kołnierza 13,5 mm; Aplikator o długości 180 cm i średnicy 10,2 Fr (3,4 mm). Proteza kompatybilna z przewodnicą max 0,038 cala; posiada 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej; proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie protez samorozprężalnych, przełykowa o długości do wyboru: 80, 110, 140, 170 mm, śr. 20 mm, średnica kołnierza 26 mm, pokryta silikonem na całej długości, do zwężeń nowotworowych i nienowotworowych (usuwalna) posiada lassa do repozycji na obu końcach, posiada 12 złotych markerów do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o długości 700 mm, śr. 6 mm/18F.
12. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu, aby w przypadku zwiększenia stawki VAT również zmiana uległa cena brutto?
13. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?
14. **Dotyczy oceny w kryterium ‘Termin realizacji reklamacji’.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji reklamacji liczony był w dniach roboczych (nie kalendarzowych)?
15. Prosimy o informację czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do ostrzykiwania o średnicach 22G (dł. ostrza 4mm, 5mm, 6mm) i 25G (dł. ostrza 4mm) - do wyboru przez Zamawiającego, posiadające mechanizm blokujący położenie oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem igły z osłonki, długość narzędzia 2300 mm?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Czy Zamawiający z uwagi na brak dostępności w ofercie stentu o długości 60 mm zgodzi się na zaoferowanie stentów o długościach: 80, 100, 120, 140 mm?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kleszcze biopsyjne o długości 230 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści ustniki autoklawowalne, bez gumki?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania stent bez rozszerzeń na końcach, o średnicy 10 mm?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania stent samorozprężalny do przełyku, z nitinolu, rozszerzany na końcach z systemem aplikacji pozwalającym na korektę po założeniu, posiadający znaczniki widoczne pod RTG na obu końcach, długość stentu po rozprężeniu: 80, 100, 120 i 140 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania sond z wtyczką okrągłą czy płaską?
23. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1%?
24. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% na 5%?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie protez samorozprężalnych do przełyku, całkowicie pokrywanych, usuwalnych o długości: 100, 120, 150 cm.
26. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie zapisu na zestawy do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji PULL o średnicy 16 i 18 Fr lub 20 i 24 Fr.
27. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do opaskowania żyłaków przełyku z głowicą wyposażoną w metalową przewodnicę i zwór zrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i

dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki – zestawy współpracują z endoskopem o średnicy dystalnej 8.6 – 11.5mm.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** opisanego w pytaniu samorozprężalnego stentu do dróg żółciowych, z uwagi na brak rozszerzeń na końcach i brak możliwości wycofania stentu do aplikatora.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** opisanego w pytaniu stentu samorozprężalnego do przełyku z powodu braku stentu o długości mieszczącej się w przedziale 60-85 mm.

Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na podzielenie **Pakietu Nr 8** na dwa podpakiety 8A i 8B.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** opisanych w pytaniu zestawów do opaskowania żyłaków i wyraża zgodę na podzielenie **Pakietu Nr 5** na dwa podpakiety 5A i 5B.

Ad. 5 Zgodnie z opisem zawartym w Załączniku Nr 1 do SIWZ w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** wymaga jednorazowego zestawu do opaskowania żyłaków.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie Nr 8 poz. 1 opisanych w pytaniu stentów samorozprężalnych do dróg żółciowych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 1 zestawów do przeszkronej endoskopowej gastrostomii w wersji PULL o średnicach 20 F lub 24 F, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** zgodnie z opisem w załączniku Nr 1 do SIWZ miał na myśli stopniowe poszerzanie ujścia brodawki o średnicy 5-7-8,5 i 5-7-10 Fr.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 3** opisanego w pytaniu kosza do usuwania kamieni dróg żółciowych.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** opisanych w pytaniu samorozprężalnych protez do dróg żółciowych.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** opisanych w pytaniu samorozprężalnych protez przełykowych.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do ogólnych warunków umowy – pkt XIV.4 SIWZ zaproponowanych zmian. Zamawiający nie wyklucza zmiany ceny brutto (a tym samym wartości brutto umowy przy zachowaniu wartości netto) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, na warunkach do uzgodnienia w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian do ogólnych warunków umowy – pkt XIV.9 SIWZ.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w kryterium oceny Termin realizacji reklamacji”.

Ad. 15 Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształceń w spółkę kapitałową.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** opisanych w pytaniu igieł do ostrzykiwania.

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** stentów samorozprężalnych do przełyku o podanych w pytaniu długościach, bez długości 60 mm.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** również kleszczy biopsyjnych o długości 230 cm.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 4** ustników bez gumki.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** stentów bez rozszerzeń na końcach.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** opisanych w pytaniu stentów samorozprężalnych do przełyku.



Ad. 22 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 9 poz. 1 elastycznych sond argonowa o długości min. 220 mm, średnicy 2,3 mm, wielorazowego użytku, kompatybilna z diatermią ERBE VIO 300

Ad. 23 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian do ogólnych warunków umowy – pkt XIV.8 SIWZ.

Ad. 24 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian do ogólnych warunków umowy – pkt XIV.9 SIWZ.

Ad. 25 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** opisanych w pytaniu protez samorozprężalnych do przełyku, z uwagi na brak stentów o długości 60 i 80 cm.

Ad. 26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji PULL o średnicy 16 i 18 Fr lub 20 i 24 Fr

Ad. 27 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** opisanych w pytaniu zestawów do opaskowania żyłaków.

W związku z odpowiedzią udzieloną w pkt.Ad. 3 i Ad.4 Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert z 04.03.2015 godz. 10⁰⁰ na 05.03.2015r. godz. 10⁰⁰ oraz termin otwarcia ofert z 04.03.2015 godz. 10¹⁰ na 05.03.2015 godz. 10¹⁰.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści SIWZ w punkcie III.11, IX.1, X.1.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Formularz Cenowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz Formularz Ofertowy po zmianach wynikających z odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 3 i 4.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

