



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-16/15

Tarnów, 2015-03-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy artykułów medycznych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 3, pozycji dotyczącej portu o rozmiarze 6-6,6 Fr wyrazi zgodę na złożenie oferty na port z zestawem implantacyjnym zawierającym cewnik o długości 550 mm oraz łącznikiem mocującym cewnik z portem w ilości 1 szt. a w pozostałych punktach spełniający wymagania zawarte w SIWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści wszczepialny port tytanowy o wysokości maksymalnej 11 mm i ciężarze max. 10,5 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym o długości 60 cm i o średnicy wewnętrznej min. 1,1 mm w rozmiarach 6,6Fr i 9,6Fr, z zestawem do wprowadzania. Silikonowa membrana ułatwiająca palpacyjne wycucie i nakłucie. Odpowiedni zarówno do dostępu obwodowego jak i centralnego. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, oznaczenie co 1 cm. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy, cewnik silikonowy cieniujący w Rtg, prowadnica, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, strzykawka 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika. Pakiet informacyjny dla pacjenta i instrukcję w języku polskim.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy z cewnikiem o długości 600 mm z igłą Hubera z systemem mocującym do skóry, drenem i zaciskiem dołączonym do zestawu oddzielnie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie portu który w zestawie zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna , paszport portu, instrukcja użytkowania) bez opaski identyfikacyjnej portu ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 3 cewnik 8,5F?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu porty, w których cewniki (o rozmiarach 5,8 Fr i 7,8 Fr) posiadają podziałkę co 5 cm, zestaw wyposażony jest w tępe metalowe urządzenie do połączenia cewnika ze strzykawką, łącznik (mechanizm mocujący) zintegrowany jest z dyszą portu, igła Hubera wyposażona jest w miękką gąbkę od strony pacjenta bez elementów klejących, a zamiast opaski identyfikacyjnej zestaw wyposażony jest w kartę identyfikacyjną dla pacjenta, pozostałe parametry bez zmian?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 dopuszcza również zaoferowanie dla pozycji portu o rozmiarze 6-6,6 Fr zestawu implantacyjnego zawierającego cewnik o długości 550 mm wraz z łącznikiem mocującym cewnik z portem w ilości 1 szt. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.



Ad.2 i Ad.3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 3 portu o parametrach opisanych w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ)

Ad.4

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 wyraża zgodę na zaoferowanie portu, który w zestawie zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna , paszport portu, instrukcja użytkowania) bez opaski identyfikacyjnej portu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.5

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 zestawu implantacyjnego z cewnikiem 8,5F.

Ad.6

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 portów, w których cewniki (o rozmiarach 5,8 Fr i 7,8 Fr) posiadają podziałkę co 5 cm, zestaw wyposażony jest w tępe metalowe urządzenie do połączenia cewnika ze strzykawką, łącznik (mechanizm mocujący) zintegrowany jest z dyszą portu, igła Hubera wyposażona jest w miękką gąbkę od strony pacjenta bez elementów klejących, a zamiast opaski identyfikacyjnej zestaw wyposażony jest w kartę identyfikacyjną dla pacjenta. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

