



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-19/15

Tarnów, 2015-03-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń :

- I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt.,**
- II. Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne 4 szt.,**
- III. Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne 3 szt. (w tym 1 szt. z sufitowym zawieszeniem pod monitor medyczny),**
- IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi 2 szt.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I Kolumna anestezjologiczna na sale zabiegowa - 1 szt -**
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z gniazdami elektrycznymi i gniazdami wyrównania potencjału umieszczonymi po jednej stronie głowicy, co jest rozwiązaniem bardziej ergonomicznym, niż ich rozdzielanie na dwie różne strony?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I Kolumna anestezjologiczna na sale zabiegowa - 1 szt -**
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny, której ściany konsoli dostępne są wyłącznie w kolorze białym?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I Kolumna anestezjologiczna na sale zabiegowa - 1 szt -**
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z konsolą, w której gniazda poboru gazów medycznych umieszczone są na bocznych ściankach konsoli, co zapewnia lepszy do nich dostęp?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I Kolumna anestezjologiczna na sale zabiegowa - 1 szt -**
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ramię łamane”, czy chodzi o ramię umożliwiające zmianę wysokości ustawienia konsoli kolumny?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt -**
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ramię łamane”, czy chodzi o ramię umożliwiające zmianę wysokości ustawienia konsoli kolumny?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt -**
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z konsolą o mniejszej wysokości niż 80 cm, ale dzięki zastosowaniu odpowiedniego rozwiązania technicznego umożliwiającą regulację wysokości ustawienia półek w zakresie minimum 80 cm?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt -**
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z gniazdami elektrycznymi i gniazdami wyrównania potencjału umieszczonymi po jednej stronie głowicy, co jest rozwiązaniem bardziej ergonomicznym, niż ich rozdzielanie na dwie różne strony?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt -**
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z konsolą, w której gniazda poboru gazów medycznych umieszczone są na bocznych ściankach konsoli, co zapewnia lepszy do nich dostęp?
9. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt -**
Prosimy o wyjaśnienie, czy uchwyt (zawieszenie) pod monitor ma być umieszczony na pojedynczym ramieniu obrotowym, pojedynczym ramieniu uchylnym, czy też podwójnym

ramieniu obrotowym lub ramieniu podwójnym, z których jedno z ramion jest ramieniem uchylnym?

10. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny, której ściany konsoli dostępne są wyłącznie w kolorze białym?
11. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt. (w tym 1 szt. z sufitowym zawieszeniem pod monitor medyczny) -** Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ramię łamane”, czy chodzi o ramię umożliwiające zmianę wysokości ustawienia konsoli kolumny?
12. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt. (w tym 1 szt. z sufitowym zawieszeniem pod monitor medyczny) -** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z konsolą o mniejszej wysokości niż 120 cm, ale dzięki zastosowaniu odpowiedniego rozwiązania technicznego umożliwiającą regulację wysokości ustawienia półek w zakresie minimum 120 cm?
13. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt. (w tym 1 szt. z sufitowym zawieszeniem pod monitor medyczny) -** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z gniazdami elektrycznymi i gniazdam i wyrównania potencjału umieszczonymi po jednej stronie głowicy, co jest rozwiązaniem bardziej ergonomicznym, niż ich rozdzielanie na dwie różne strony?
14. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt. (w tym 1 szt. z sufitowym zawieszeniem pod monitor medyczny) -** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z konsolą, w której gniazda poboru gazów medycznych umieszczone są na bocznych ściankach konsoli, co zapewnia lepszy do nich dostęp?
15. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne - 3 szt. (w tym 1 szt. z sufitowym zawieszeniem pod monitor medyczny) -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny, której ściany konsoli dostępne są wyłącznie w kolorze białym?
16. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi – 2 szt. –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą główną wyposażoną w 96 punktów LED o znacznie dłuższej niż wymagana żywotności na poziomie 50 000 godzin?
17. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi – 2 szt. –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą satelitarną wyposażoną w 56 punktów LED o znacznie dłuższej niż wymagana żywotności na poziomie 50 000 godzin?
18. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi – 2 szt. –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą satelitarną wyposażoną w regulację natężenia oświetlenia w zakresie od 40 000 do 130 000 lux co jest wartością podaną w normie medycznej jako wymóg dla lamp operacyjnych?
19. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi – 2 szt. –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą główną, w której temperatura barwowa światła wynosi 4 900 K jest wartością nieznacznie odbiegającą od wymaganej?
20. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi – 2 szt. –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą satelitarną w której temperatura barwowa światła wynosi 4 900 K jest wartością nieznacznie odbiegającą od wymaganej?

21. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi – 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej wyposażonej w monitor z aluminiowym panelem frontowym oraz szybą ochronną ekranu ze szkła z redukcją refleksów świetlnych?
22. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi – 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej wyposażonej monitor z jasnością matrycy 250 cd/m2 ?
23. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi – 2 szt.** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej wyposażonej w monitor ze sterowaniem mikroprocesorowym zintegrowane z frontowym, aluminiowym panelem w postaci klawiatury membranowej?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.I Załącznika Nr 7 kolumny z gniazdami elektrycznymi i gniazdami wyrównania potencjału umieszczonymi po jednej bocznej stronie głowicy.

Ad.2

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.I Załącznika Nr 7 kolumny, której ściany konsoli dostępne są wyłącznie w kolorze białym.

Ad.3

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.I Załącznika Nr 7 kolumny z konsolą, w której gniazda poboru gazów medycznych umieszczone są na jednej bocznej ścianie konsoli.

Ad.4

Zamawiający w pkt.I Załącznika Nr 7 po pojęciem „ramię łamane” rozumie, że konsola kolumny jest podwieszona na ramieniu (wysięgniku) składającym się z dwóch ramion połączonych przegubem umożliwiającym ruch w płaszczyźnie poziomej. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie kolumny, w której ramię umożliwia zmianę ustawienia wysokości położenia konsoli.

Ad.5

Zamawiający w pkt.II Załącznika Nr 7 po pojęciem „ramię łamane” rozumie, że konsola kolumny jest podwieszona na ramieniu (wysięgniku) składającym się z dwóch ramion połączonych przegubem umożliwiającym ruch w płaszczyźnie poziomej. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie kolumny, w której ramię umożliwia zmianę ustawienia wysokości położenia konsoli.

Ad.6

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytanie, jeżeli Wykonawca doprecyzuje podaną w pytaniu wysokość konsoli i doprecyzuje, co oznacza zwrot „odpowiednie rozwiązanie techniczne umożliwiające regulację wysokości ustawienia półek”.

Ad.7

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.II Załącznika Nr 7 kolumny z gniazdami elektrycznymi i gniazdami wyrównania potencjału umieszczonymi po jednej bocznej stronie głowicy.

Ad.8

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.II Załącznika Nr 7 kolumny z konsolą, w której gniazda poboru gazów medycznych umieszczone są na jednej bocznej ścianie konsoli.

Ad.9

Zamawiający w pkt.II Załącznika Nr 7 dopuści zaoferowanie każdego z zaproponowanych w pytaniu rozwiązań zawieszenia monitora.

Ad.10

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.II Załącznika Nr 7 kolumny, której ściany konsoli dostępne są wyłącznie w kolorze białym.

Ad.11

Zamawiający w pkt.III Załącznika Nr 7 po pojęciem „ramię łamane” rozumie, że konsola kolumny jest podwieszona na ramieniu (wysięgniku) składającym się z dwóch ramion połączonych przegubem umożliwiającym ruch w płaszczyźnie poziomej. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie kolumny, w której ramię umożliwia zmianę ustawienia wysokości położenia konsoli.

Ad.12

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytanie, jeżeli Wykonawca doprecyzuje podaną w pytaniu wysokość konsoli i doprecyzuje, co oznacza zwrot „odpowiednie rozwiązanie techniczne umożliwiające regulację wysokości ustawienia półek”.

Ad.13

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.III Załącznika Nr 7 kolumny z gniazdami elektrycznymi i gniazdami wyrównania potencjału umieszczonymi po jednej bocznej stronie głowicy.

Ad.14

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.III Załącznika Nr 7 kolumny z konsolą, w której gniazda poboru gazów medycznych umieszczone są na jednej bocznej ścianie konsoli.

Ad.15

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.III Załącznika Nr 7 kolumny, której ściany konsoli dostępne są wyłącznie w kolorze białym.

Ad.16

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.IV Załącznika Nr 7 lampy operacyjnej z czaszą główną wyposażoną w 96 punktów LED, dopuści również, ale nie wymaga lampy o żywotności na poziomie 50 000 godzin.

Ad.17

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.IV Załącznika Nr 7 lampy operacyjnej z czaszą satelitarną wyposażoną w 56 punktów LED, dopuści również, ale nie wymaga lampy o żywotności na poziomie 50 000 godzin.

Ad.18

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.IV.82 Załącznika Nr 7 lampy operacyjnej z czaszą satelitarną wyposażoną w regulację natężenia oświetlenia w zakresie od 40 000 do 130 000 lux. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy pkt.IV.82 i IV.83 Załącznika Nr 7 do SIWZ w zakresie czaszy głównej.

Ad.19

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.IV Załącznika Nr 7 lampy operacyjnej z czaszą główną, w której temperatura barwowa światła wynosi 4 900 K

Ad.20

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.IV Załącznika Nr 7 lampy operacyjnej z czaszą satelitarną w której temperatura barwowa światła wynosi 4 900 K.

Ad.21

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.IV Załącznika Nr 7 lampy operacyjnej wyposażonej w monitor z aluminiowym panelem frontowym oraz szybą ochronną ekranu ze szkła z redukcją refleksów świetlnych.

Ad.22

Zamawiający nie dopuści w pkt.IV Załącznika Nr 7 lampy operacyjnej wyposażonej monitor z jasnością matrycy 250 cd/m2

Ad.23

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.IV Załącznika Nr 7 lampy operacyjnej wyposażonej w monitor ze sterowaniem mikroprocesorowym zintegrowane z frontowym, aluminiowym panelem w postaci klawiatury membranowej

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

