



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-19/15

Tarnów, 2015-04-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń :

- I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt.,**
- II. Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne 4 szt.,**
- III. Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne 3 szt. (w tym 1 szt. z sufitowym zawieszeniem pod monitor medyczny),**
- IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi 2 szt.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.II Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne - 4 szt –Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne wyposażone manometr wskazujący stan ciśnienia gazów oraz diodę sygnalizacyjną LED, bez akustycznego sygnalizatora niewłaściwego ciśnienia,

oraz odpowiedzią Zamawiającego udzieloną na powyższe pytanie w dniu 02.04.2015r. w pkt. Ad.108, Zamawiający, w celu zachowania spójności z treścią odpowiedzi udzielonych w tym samym dniu w pkt. Ad.38, Ad.54, Ad.143 oraz w dniu 19.03.2015r w pkt.Ad.8, zmienia treść odpowiedzi udzielonej w pkt.Ad.108, która po zmianie otrzymuje brzmienie:

Ad.108

Zamawiający nie dopuści kolumny bez sygnalizacji awarii gazów medycznych

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.108, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 21.04.2015r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 21.04.2015 godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, V, X.1 i XI.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a