



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-19/15

Tarnów, 2015-04-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń :

- I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt.,**
- II. Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne 4 szt.,**
- III. Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne 3 szt. (w tym 1 szt. z sufitowym zawieszeniem pod monitor medyczny),**
- IV. Lampy operacyjne (w technologii LED) z monitorami medycznymi 2 szt.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy pytań nr Ad.36, 39 i 40 z dnia 02.04.2015r oraz Załącznika Nr 7 do SIWZ po dokonanej zmianie** - W odpowiedzi na ww pytania wskazaliście Państwo, iż „nie dopuścicie kolumny ze ścianami wykonanymi z aluminium”. W załączniku Nr 7 we wszystkich typach kolumn wymogiem Zamawiającego jest informacja, że: „nie dopuszcza się frontowej i tylnej ściany konsoli wykonanej z aluminium anodowanego” Prosimy o informację czy wobec powyższego przedmiot zamówienia może posiadać ściany konsoli z lakierowanego aluminium?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający podtrzymuje zapisy ujęte w pkt. I.15, w pkt.II.40 oraz w pkt. III.73 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a