

## Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

| Lp  | Parametry wymagane                                                                                                                                                                                                                                                             | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | Krwinki wzorcowe do wykrycia przeciwciał konfekcjonowane w zestawach zawierających krwinki:<br>ORhD + dodatnie (DCwCeeK-),<br>O Rh D + dodatnie ( DccEEK-)<br>O RhD – ujemne(dccee) K+                                                                                         |                                                             |
| 2.  | Dobrane tak, aby umożliwiały wykrycie przeciwciał z układu Rh, przeciwciał anty-K, oraz innych skierowanych do antygenów o znaczeniu klinicznym                                                                                                                                |                                                             |
| 3.  | Posiadające stałą niezmienną ekspresję antygenów przez cały okres ważności                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
| 4.  | W szklanych przezroczystych buteleczkach o pojemności 4-10 ml z zakrętką zaopatrzoną w kroplomierz                                                                                                                                                                             |                                                             |
| 5.  | Przez okres ważności nie wykazujące oznak hemolizy                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| 6.  | W jednej dostawie pochodzące z jednej serii                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| 7.  | Stężone-min. 20 %, gotowe do użycia po uprzednim odplukaniu i sporządzeniu stosownej zawiesiny                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| 8.  | Dostarczane zgodnie z harmonogramem dostaw, który zostanie załączony do umowy                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| 9.  | Termin ważności - minimum 30 dni od daty dostawy                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| 10. | Posiadające deklarację CE oraz certyfikat jednostki notyfikowanej; dokumenty załączone do oferty                                                                                                                                                                               |                                                             |
| 11. | Do oferty załączona instrukcja używania wystawiona przez producenta (w języku polskim)                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| 12. | Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane krwinki do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 z 2010 r. poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie |                                                             |

.....  
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty