



Znak: AE/ZP-27-26/15

Tarnów, 2015-05-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę systemu angiograficznego z wyposażeniem

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV.4** – Wnosimy o usunięcie punktu IV.4 i odstąpienie od warunku „Ułożyskowania anody w łożysku „płynnym” – tj. z płynnego metalu” ponieważ uniemożliwia on nam złożenie ważnej oferty. Wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rozwiązania alternatywnego, lampy Performix 160, produkcji GE wykorzystującej klasyczne łożyskowanie, ale jednocześnie zapewniającej najlepsze właściwości techniczne i to w zakresie wszystkich parametrów lampy rtg wskazanych w specyfikacji. Wszystkie zawarte w tabeli warunki dotyczące tych parametrów są najlepsze dla lampy Performix 160, w porównaniu do innych rozwiązań wykorzystywanych w konkurencyjnych angiografach. Lampa Performix 160 jest lampą trójogniskową z najmniejszym ogniskiem 0,3 mm. Lampa Performix 160 zapewnia pojemność cieplną lampy 3,7 MHU, jest to największa wartość ze wszystkich lamp obecnych na rynku, stosowanych w angiografach niemożliwa do uzyskania w urządzeniach konkurencyjnych. Lampy Performix 160 zapewnia pojemność cieplną kołpaka 6,9 MHU, jest to największa wartość ze wszystkich lamp obecnych na rynku stosowanych w angiografach, parametr ten jest znacząco niższy w innych konkurencyjnych urządzeniach dostępnych na rynku. Jest niezwykle istotne, że lepsze parametry cieplne zapewniają większą stabilność pracy i zwiększone bezpieczeństwo pacjenta poprzez zapewnienie nieprzerwanej pracy urządzenia. Dodatkowo zastosowanie technologii opartej na ułożyskowaniu anody w łożysku „płynnym” obarczone jest ograniczeniami takimi jak długi czas rozruchu. Dlatego wnosimy o usunięcie tego parametru.
2. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.1** – Wnosimy o poprawienie oczywistej omyłki i nadanie warunkowi X.1 prawidłowego brzmienia: „Angiograf nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r.” Należy zwrócić uwagę na fakt, że w aktualnym brzmieniu zapis „nowy” stoi w sprzeczności z podanym rokiem 2014. Z uwagi na fakt, że instalacja urządzenia przewidywana jest na wrzesień 2015, przy aktualnym zapisie możliwe będzie dostarczenie aparatu nie nowego, tylko wyprodukowanego 20 miesięcy wcześniej. Takie urządzenie z pewnością nie będzie zasługiwało na przymiotnik nowy, ale wymóg mógłby zostać uznany za spełniony. Jeżeli intencją Zamawiającego jest otrzymanie rzeczywiście nowego urządzenia postulujemy zmianę zapisu jak wyżej.
3. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I.2** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu system pozwalający na silnikowe ustawienie statywu w położeniach umożliwiających wykonywanie zabiegów w obszarze głowy, klatki piersiowej, brzucha lub kończyn dolnych bez zmiany ułożenia pacjenta?
4. Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie na stronie internetowej załączników do SIWZ w wersji edytowalnej, co pozwoli Wykonawcy złożyć rzetelną i ważną ofertę.
5. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.4** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego produkt firmy Bayer (dawniej Medrad) tj. automatyczną strzykawkę kontrastu Mark 7 Arterion Pedestal, charakteryzujący się m. in. takimi cechami jak:

1	kolorowy dotykowy panel sterowania LCD, statyw wstrzykiwacza, głowica wstrzykiwacza na ruchomym ramieniu wyposażona w uchwyt do swobodnego manewrowania głowicą oraz osłonę ciśnieniową, przystosowana do jednorazowych wkładów o pojemności 150 ml ładowanych od przodu, jednostka zasilająca zintegrowana ze statywem, ogrzewacz kontrastu, kabel interfejsu do sprzężenia z aparatem RTG.
2	Głowica wyposażona w czujnik położenia, rozpoznający 3 pozycje głowicy: głowica skierowana do góry, w pozycji poziomej, głowica skierowana do dołu. Zabezpieczenie wyzwolenia iniekcji w pozycji głowicy skierowanej do góry i pozycji poziomej
3	Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia – 40 protokołów
4	Ciśnienie maksymalne do 1200 PSI
5	Napełnianie wkładów: ręczne lub automatyczne, programowalne w zakresie pojemności: od 1 do 150 ml oraz szybkości napełniania: od 1 do 20 ml/sek
6	Natężenie przepływu programowalne w zakresie: od 0,1 do 45 ml/s
7	Iniekcje programowane: pojedyncze i wielofazowe
8	Graficzny system obrazujący obecność powietrza w napełnionym wkładzie
9	Historia ostatnich 50 iniekcji z możliwością sprawdzenia ich ustawień takich jak: data i czas wykonania, zaprogramowanych parametrów (natężenie przepływu, ilość kontrastu, ciśnienie) oraz raportu osiągniętych parametrów iniekcji.
10	„System otwarty” – zapewnienie możliwości unowocześniania wstrzykiwacza w przyszłości poprzez „upgrade” oprogramowania bez konieczności wymiany podstawowych podzespołów (głowica wstrzykiwacza, stojak czy zasilacz)

6. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.4** – Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczona automatyczna strzykawka była zasilana ze stałego źródła zasilania bez możliwości zasilania baterijnego?
7. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.4** – Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczona automatyczna strzykawka posiadała wbudowaną w oprogramowanie instrukcja obsługi dostępna dla każdego użytkownika, wyświetlaną na panelu sterującym LCD wstrzykiwacza.
8. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.4** – Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczona automatyczna strzykawka posiadała wbudowaną w oprogramowanie - Funkcję „asystenta obsługi” – wyświetlanie na ekranie panelu sterowania opisów kolejnych kroków niezbędnych do bezpiecznego przeprowadzenia iniekcji.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

- 1/ poprzez usunięcie całego wiersza pkt.IV.4 w Załączniku Nr 7 do SIWZ o treści:
„4. Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym” – tj. z płynnego metalu. Tak”.
- 2/ poprzez zmianę numeracji podpunktów ujętych w pkt.IV Załącznika Nr 7 do SIWZ z numeracji 5,6,7,8,9,10,11 i 12 na numerację odpowiednio 4,5,6,7,8,9,10 i 11.
- 3/ pkt. X.10 Załącznika Nr 7 do SIWZ z zapisu o treści :
„10. Zamawiający wymaga załączenia do oferty materiałów informacyjnych w języku polskim dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia. przy czym w zakresie



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



parametrów określonych przez Zamawiającego w pkt.I.3- I.8 i I.10, pkt.II.1 – II.7, pkt.III.1- III.2, pkt.IV.1 – IV.6 i IV.12, pkt.V.1 – V.5, pkt.VI.1 – VI.5 oraz pkt.VI.7 i VI.10 Załącznika Nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginalnych, firmowych materiałów informacyjnych producenta zawierających wszystkie wymagane przez Zamawiającego w w/w punktach parametry techniczno-eksploatacyjne w języku polskim, a dla parametrów w nich niewymienionych oświadczenie producenta potwierdzające ich spełnienie z podaniem wartości oferowanego parametru. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaznaczył w sposób czytelny w załączonych do oferty materiałach producenta wszystkie parametry z pkt.I.3- I.8 i I.10, pkt.II.1 – II.7, pkt.III.1- III.2, pkt.IV.1 – IV.6 i IV.12, pkt.V.1 – V.5, pkt.VI.1 – VI.5 oraz pkt.VI.7 i VI.10 Załącznika Nr 7 do SIWZ.”

na zapis o treści:

„10. Zamawiający wymaga załączenia do oferty materiałów informacyjnych w języku polskim dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia. przy czym w zakresie parametrów określonych przez Zamawiającego w pkt.I.3- I.8 i I.10, pkt.II.1 – II.7, pkt.III.1- III.2, pkt.IV.1 – IV.5 i IV.11, pkt.V.1 – V.5, pkt.VI.1 – VI.5 oraz pkt.VI.7 i VI.10 Załącznika Nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginalnych, firmowych materiałów informacyjnych producenta zawierających wszystkie wymagane przez Zamawiającego w w/w punktach parametry techniczno-eksploatacyjne w języku polskim, a dla parametrów w nich niewymienionych oświadczenie producenta potwierdzające ich spełnienie z podaniem wartości oferowanego parametru. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaznaczył w sposób czytelny w załączonych do oferty materiałach producenta wszystkie parametry z pkt.I.3- I.8 i I.10, pkt.II.1 – II.7, pkt.III.1- III.2, pkt.IV.1 – IV.5 i IV.11, pkt.V.1 – V.5, pkt.VI.1 – VI.5 oraz pkt.VI.7 i VI.10 Załącznika Nr 7 do SIWZ.”

4/ pkt.IV.4.1 SIWZ z zapisu o treści :

4.1. Materiałów informacyjnych w języku polskim dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia. przy czym w zakresie parametrów określonych przez Zamawiającego w pkt.I.3- I.8 i I.10, pkt.II.1 – II.7, pkt.III.1- III.2, pkt.IV.1 – IV.6 i IV.12, pkt.V.1 – V.5, pkt.VI.1 – VI.5 oraz pkt.VI.7 i VI.10 Załącznika Nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginalnych, firmowych materiałów informacyjnych producenta zawierających wszystkie wymagane przez Zamawiającego w w/w punktach parametry techniczno-eksploatacyjne w języku polskim, a dla parametrów w nich niewymienionych oświadczenie producenta potwierdzające ich spełnienie z podaniem wartości oferowanego parametru. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaznaczył w sposób czytelny w załączonych do oferty materiałach producenta wszystkie parametry z pkt.I.3- I.8 i I.10, pkt.II.1 – II.7, pkt.III.1- III.2, pkt.IV.1 – IV.6 i IV.12, pkt.V.1 – V.5, pkt.VI.1 – VI.5 oraz pkt.VI.7 i VI.10 Załącznika Nr 7 do SIWZ.

na zapis o treści:

4.1 Materiałów informacyjnych w języku polskim dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia. przy czym w zakresie parametrów określonych przez Zamawiającego w pkt.I.3- I.8 i I.10, pkt.II.1 – II.7, pkt.III.1- III.2, pkt.IV.1 – IV.5 i IV.11, pkt.V.1 – V.5, pkt.VI.1 – VI.5 oraz pkt.VI.7 i VI.10 Załącznika Nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginalnych, firmowych materiałów informacyjnych producenta zawierających wszystkie wymagane przez Zamawiającego w w/w punktach parametry techniczno-eksploatacyjne w języku polskim, a dla parametrów w nich niewymienionych oświadczenie producenta potwierdzające ich spełnienie z podaniem wartości oferowanego parametru. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaznaczył w sposób czytelny w załączonych do oferty materiałach producenta wszystkie parametry

- z pkt.I.3- I.8 i I.10, pkt.II.1 – II.7, pkt.III.1- III.2, pkt.IV.1 – IV.5 i IV.11, pkt.V.1 – V.5, pkt.VI.1 – VI.5 oraz pkt.VI.7 i VI.10 Załącznika Nr 7 do SIWZ.
- 4/ pkt.VI.2 SIWZ z zapisu o treści :
 „VI.2.Punktacja w kryterium parametry techniczne zostanie obliczona ze wzoru:

$P2 = 0,05 * (t_1 + t_2 + t_3 + t_4) * 10$ pkt, gdzie

$$t_1 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 2$$

$$t_2 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 2$$

$$t_3 = \frac{\text{wart.param.min}}{\text{wart.param.zaofer.}} * 2$$

gdzie:

t_1 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji IV.6 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze

t_2 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji V.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze

t_3 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji IV.2 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze

t_4 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji I.10 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze

wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji IV.2, IV.6, i V.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ

wart. param. max – oznacza maksymalną wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w pozycji IV.6 i V.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ

wart. param. min – oznacza najmniejszą wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w pozycji IV.2 Załącznika Nr 7 do SIWZ

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny.

Punktacja w kryterium „parametry techniczne” Załącznika nr 7 do SIWZ tj. :

- w ocenianym w pozycji IV.6 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 2 punkty, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „ t_1 ”.
- w ocenianym w pozycji V.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 2 punkty, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „ t_2 ”.
- w ocenianym w pozycji IV.2 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze oferta z najmniejszą wartością zaoferowanego parametru uzyska 2 punkty, oferta z największą, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „ t_3 ”.
- w ocenianym w pozycji I.10 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym mechanicznym systemem zabezpieczenia przed kolizją uzyska 0 punktów, oferta z zaoferowanym elektromechanicznym lub softwarowym systemem zabezpieczenia przed kolizją uzyska 2 punkty, natomiast oferta z zaoferowanym pojemnościowym systemem zabezpieczenia przed kolizją uzyska 4 punkty.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi kryterium wynosi 5.”

na zapis o treści:

„VI.2. Punktacja w kryterium parametry techniczne zostanie obliczona ze wzoru:

$P2 = 0,05 * (t_1 + t_2 + t_3 + t_4) * 10 \text{ pkt}$, gdzie

$$t_1 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 2$$

$$t_2 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 2$$

$$t_3 = \frac{\text{wart. param. min}}{\text{wart. param. zaofer.}} * 2$$

gdzie:

t_1 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji IV.5 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze

t_2 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji V.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze

t_3 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji IV.2 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze

t_4 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji I.10 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze

wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji IV.2, IV.5, i V.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ

wart. param. max – oznacza maksymalną wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w pozycji IV.5 i V.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ

wart. param. min – oznacza najmniejszą wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w pozycji IV.2 Załącznika Nr 7 do SIWZ

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny.

Punktacja w kryterium „parametry techniczne” Załącznika nr 7 do SIWZ tj. :

- a) w ocenianym w pozycji IV.5 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 2 punkty, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „ t_1 ”.
- b) w ocenianym w pozycji V.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 2 punkty, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „ t_2 ”.
- c) w ocenianym w pozycji IV.2 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze oferta z najmniejszą wartością zaoferowanego parametru uzyska 2 punkty, oferta z największą, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „ t_3 ”.
- d) w ocenianym w pozycji I.10 Załącznika Nr 7 do SIWZ parametrze oferta z zaoferowanym mechanicznym systemem zabezpieczenia przed kolizją uzyska 0 punktów, oferta z zaoferowanym elektromechanicznym lub softwarowym systemem zabezpieczenia przed kolizją uzyska 2 punkty, natomiast oferta z zaoferowanym pojemnościowym systemem zabezpieczenia przed kolizją uzyska 4 punkty.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi kryterium wynosi 5.”

Ad.2

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy pkt.X.1 Załącznika Nr 7 do SIWZ

Ad.3

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie silnikowego ustawienia statywu w położeniach umożliwiających wykonywanie zabiegów w obszarze głowy, klatki piersiowej, brzucha bez zmiany ułożenia pacjenta oraz w obszarze kończyn dolnych ze zmianą ułożenia pacjenta w stosunku do ułożenia pacjenta podczas wykonywania zabiegów w obszarze głowy, klatki piersiowej, brzucha.

Ad.4

Zamawiający informuje, że udostępni załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócą się w tej sprawie do Zamawiającego.

Ad.5

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogów w zakresie parametrów strzykawki, o której mowa w pkt.X.4 Załącznika Nr 7 do SIWZ, tym samym Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie strzykawki automatycznej opisanej przez Wykonawcę w pytaniu, pod warunkiem, że będzie zintegrowana z zaoferowanym angiografem.

Ad.6

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby dostarczona automatyczna strzykawka była zasilana ze stałego źródła zasilania bez możliwości zasilania bateryjnego, pod warunkiem, że będzie zintegrowana z zaoferowanym angiografem.

Ad.7

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby dostarczona automatyczna strzykawka posiadała wbudowaną w oprogramowanie instrukcję obsługi dostępną dla każdego użytkownika, wyświetlaną na panelu sterującym LCD wstrzykiwacza.

Ad.8

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby dostarczona automatyczna strzykawka posiadała wbudowaną w oprogramowanie - Funkcję „asystenta obsługi” – wyświetlanie na ekranie panelu sterowania opisów kolejnych kroków niezbędnych do bezpiecznego przeprowadzenia iniekcji.

W związku odpowiedzią udzieloną w Ad.1, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 02.06.2015r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 02.06.2015 godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IV.4.1, V, VI.2, X.1 i XI.1, Załącznika Nr 7 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 7 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

