



Znak: AE/ZP-27-26/15

Tarnów, 2015-05-22

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę systemu angiograficznego z wyposażeniem**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.III.4** – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie z wyłącznikiem ekspozycji (pedał) w sali zabiegowej (do prześwietleń i zdjęć) i w sterowni (do zdjęć).
2. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.V.6** – Wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania rozwiązania polegającego na: automatycznym, silnikowym, bez ingerencji obsługi, obrocie przysłony i detektora dla kompensacji obrotu przy zmianie pozycji statywu do pozycji z boku pacjenta (prostopadłej i lub skośnej do osi wzdłużnej stołu).
3. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.1** – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie dlaczego wymagany aparat może być produkowany w 2014 roku a stacja lekarska z roku 2015. Wydaje się to nielogiczne a w związku z terminem dostawy wskazanym przez Zamawiającego (wrzesień) nie ma przeszkód aby zaoferowany aparat był wyprodukowany w 2015 roku.
4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że roboty budowlane realizowane na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej zostaną zrealizowane przez Zamawiającego, lub na jego zlecenie przez Wykonawcę realizowanych na obiekcie robót budowlanych.
5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymagając załączenia do oferty zobowiązania dostarczenia przez Wykonawcę najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy dokumentacji technicznej zawierającej:
 - wytyczne elektryczne gwarantujące montaż i uruchomienie oraz poprawną pracę zaoferowanego systemu angiograficznego,
 - plan posadowienia wszystkich elementów systemu naniesiony na plan sytuacyjny pomieszczeń, w których system zostanie zamontowany,
 - projekt i opis osłon radiologicznych zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnegozamierza zlecić wszelkie prace zawarte tamże Wykonawcy realizowanych na obiekcie robót budowlanych.
6. Mając na uwadze wskazany przez Zamawiającego czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty przesłania przez Zamawiającego zamówienia, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wezwanie do dostawy zostanie poprzedzone protokołarnym potwierdzeniem przygotowania pomieszczeń według dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej. W innym przypadku, może dojść do sytuacji, że zamówiony aparat zostanie dostarczony do nieprzygotowanych pomieszczeń
7. Prosimy Zamawiającego o ograniczenie wymogu dostarczenia projektu osłon radiologicznych zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy, do wymogu dostarczenia i złożenia dokumentacji o której mowa do WSSE we wskazanym terminie. Z doświadczenia w innych tego typu projektach wynika, że jest to zbyt krótki czas na przeprowadzenie wymaganej

procedury w ciągu 7 dni czyli wyliczenie osłon, przygotowanie projektu oraz uzgodnienie go w WSSE

8. W załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej zaprojektowana lokalizacja kolumny chirurgicznej znajduje się w kolizji z urządzeniem. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie tej kwestii.
9. **Dotyczy Załącznik nr 7 Tabela Parametrów Technicznych, Wymagań dodatkowych, punkt 2** - UPS zapewniający pracę angiografu przez minimum 5 minut, w związku ze znacznymi wymiarami takiego urządzenia oraz wymogami konstrukcyjno-klimatyzacyjnymi pomieszczenia w jakim może się ono znajdować prosimy Zamawiającego o wskazanie lokalizacji w jakiej umieszczony ma być UPS
10. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.15** - Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji na temat wykorzystywanego obecnie systemu PACS tj. Producent, typ etc. Prosimy jednocześnie o doprecyzowanie na czym ma polegać : „pełna funkcjonalność zainstalowanego oprogramowania oraz pełna integracja ze szpitalnym systemem”?
11. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.11** - Zwracamy się do zamawiającego aby w celu doprecyzowania wyraził zgodę na zrównanie okresu gwarancji z okresem rękojmi
12. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.16** - Prosimy zamawiającego o informacje na temat parametrów (np.: prędkość transmisji) sieci informatycznej oraz o procentowe obciążenie systemu PACS w chwili obecnej.
13. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.17** - Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów sieci komputerowej i o to czy na zdalnym serwerze FTP jest usługa DICOM.
14. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.18** - Prosimy Zamawiającego o informację , czy spełnienie tego warunku oznacza: podłączenie do istniejącej sieci szpitalnej LAN, z przydzielonym adresem IP dostarczonym do klienta.
15. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.18 i 19 c** - W związku z tym, że aby gwarancja była skuteczna wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta prosimy Zamawiającego o usunięcie poniższego zapisu: *Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji*
16. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.19 i 24** - W związku z nierealnym terminem wymiany urządzenia na nowe urządzenie a dodatkowo nowe urządzenie będzie miało inny numer seryjny , co np. wiąże się z koniecznością dopuszczenia przez sanepid prosimy Zamawiającego o wykluczenie z powyższego punktu "urządzenia" (jako całości).
17. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.24** - Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu :*„nowego przedmiotu umowy”* oraz o doprecyzowanie w pkt. E gdzie jest mowa o wymianie przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni – który jest nierealny o zapis że powyższy wymóg dotyczy części zamiennych i podzespołów.
18. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.3** - Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o następujących parametrach:
 - w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,
 - w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony zostanie tunel VPN typu IPSec"
19. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.18** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści tego punktu na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub

naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.19, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia innemu autoryzowanemu serwisowi producenta przedmiotu zamówienia ~~osobie trzeciej~~ usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i ~~niebezpieczeństwo~~ Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.

20. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.19 d** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści tego punktu na następujący: „, powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że usunięcie wad może być wykonane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta przedmiotu zamówienia.”
21. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.26** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego punktu: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy oraz bezskutecznego wezwania Wykonawcy do usunięcia powstałych naruszeń w wyznaczonym, odpowiednim terminie, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych.”
22. Czy Zamawiający przewidział wydzielenie pomieszczenia technicznego (dla szaf sterowniczych) dla kupowanego systemu angiograficznego? Z załączonych projektów to nie wynika. Pomieszczenie takie musi być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia badań.
23. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem – przyjęta grubość odpowiednika ołowiu dla okładzin ściennych, okna ochronnego i drzwi ochronnych to 2.0mm.
24. Czy w przypadku, kiedy założony projekt nie będzie wystarczający do wymagań dostarczonego aparatu, Zamawiający dostosuje te osłony zgodnie z dostarczonymi wytycznymi?
25. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie wszelkich prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń do instalacji zaoferowanego urządzenia (m.in. obsadzenie płyty podłogowej, kanałów podłogowych, posadzki, konstrukcji dla zawieszenia sufitowego monitorów, konstrukcji dla zawieszenia lampy oraz osłony radiologicznej, doprowadzenie zasilania dla aparatu, wykonanie kanałów kablowych nad sufitem podwieszonym, dostosowanie systemu chłodzenia itp.), jest po stronie Zamawiającego – zgodnie z dostarczonymi wytycznymi.
26. Prosimy o potwierdzenie, iż instalacja klimatyzacyjno-wentylacyjna jest w stanie schłodzić pomieszczenia, w których zlokalizowane są części składowe systemu angiograficznego, tj. /pom. sterowni: wydatek cieplny systemu ok. 1kW, pom. badań: wydatek cieplny systemu ok. 2.5kW, pom. techniczne: wydatek cieplny systemu 11kW).
27. Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od dostarczenia projektu osłon stałych dla systemu angiograficznego w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy? Termin taki jest nierealny, ponieważ wymaga oczekiwania na decyzję administracyjną (przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego). Oferent jest w stanie przekazać Zamawiającemu Projekt Osłon Stałych, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, natomiast projekt zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, niezwłocznie po wydaniu decyzji.
28. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV.1** - Wnioskujemy o uwzględnienie kluczowego parametru dla oceny jakości angiografu, jakim jest ilość ognisk lampy Rtg i postulujemy dodanie dodatkowej oceny za ten parametr. Ilość ognisk jest parametrem kluczowym w zakresie jakości zastosowanych lamp Rtg. Właściwości lamp trójogniskowych są nieporównywalnie lepsze od rozwiązań mniej zaawansowanych, dwuogniskowych. Tylko lampy

trójogniskowych pozwalają w sposób optymalny dostosować warunki pracy lampy rentgenowskiej do poszczególnych trybów pracy angiografu, co bezpośrednio wpływa na precyzję i jakość obrazowania całego systemu. Postulujemy dodanie dodatkowego kryterium oceny w zakresie parametru IV.1 i przyznanie następujących wartości punktowych: Lampa trójogniskowa – 2 pkt, lampa dwuogniskowa - 0 pkt.

29. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV.2** - Wnoskujemy o modyfikację oczywistej pomyłki i zmianę kryteriów oceny dla lampy rentgenowskiej, gdyż ocena zwarta w punkcie IV.2 nie znajduje uzasadnienia i jest wadliwa. Wnoskujemy o odstąpienie od oceny wielkości ogniska największego i poddanie ocenie najmniejsze z ognisk, ponieważ to właśnie ten parametr określa precyzję skupiania wiązki promieniowania, co bezpośrednio wpływa na precyzję i jakość obrazowania całego systemu. Dlatego postulujemy dodanie warunku oceny dla ogniska najmniejszego i poddanie go ocenie. Wnoskujemy nadanie warunkowi IV.2 brzmienia: „Wymiar najmniejszego ogniska [mm] wg IEC 60336; $\leq 0,4$ mm, podać; Wartość graniczna 0 pkt; Minimalna wartość 2 pkt; Pozostałe proporcjonalnie”.
30. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.IV.4** - Wnoskujemy o uwzględnienie niezwykle istotnego parametru oceny jakości lampy Rtg, jakim jest pojemność cieplna lampy. Parametr ten jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta podczas wykonywania zabiegu interwencyjnego. Wpływa bezpośrednio na czas pracy lampy bez przerw, koniecznych ze względu na chłodzenie tego urządzenia. Postulujemy dodanie dodatkowego kryterium oceny w zakresie tego parametru i przyznanie następujących wartości punktowych: Wartość graniczna – 0 pkt. Maksymalna wartość – 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.
31. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.V.2** - Wnoskujemy o uwzględnienie kluczowego parametru dla oceny jakości angiografu, jakim jest wartość typowa dla DQE (kwantowa efektywność detekcji) i postulujemy dodanie dodatkowej oceny za ten parametr. DQE pozwala na ocenę efektywności wykorzystywania promieniowania jonizującego przez detektor cyfrowy. Innymi słowy zwiększenie wartości tego parametru skutkują bardziej efektywnym wykorzystaniem dawki promieniowania, a więc ograniczeniem napromieniowania pacjenta i operatora. Postulujemy dodanie dodatkowego kryterium oceny w zakresie tego parametru i przyznanie następujących wartości punktowych o treści: Wartość graniczna – 0 pkt. Maksymalna wartość – 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.
32. **Dotyczy pkt.I SIWZ** – Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu celem doprecyzowania obowiązków wykonawcy i celem umożliwienia Wykonawcy oszacowania potencjalnych ryzyk: *rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru zamontowanego i uruchomionego systemu angiograficznego na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązuje się korzystać z uprawnień rękojmianych wówczas gdy jego roszczenia z tytułu wad nie zostały zaspokojone w trybie gwarancyjnym*
33. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.16 i 17** – Celem uniknięcia w przyszłości różnic interpretacyjnych i sporów uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że uprawnienia rękojmiane będą tożsame z uprawnieniami gwarancyjnymi.
34. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.16 i 17** – Celem uniknięcia w przyszłości różnic interpretacyjnych i sporów uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uprawnienia rękojmiane będą tożsame z uprawnieniami gwarancyjnymi.
Wykonawca udziela miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru zamontowanego i uruchomionego systemu angiograficznego) na przedmiot umowy - w tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe na warunkach określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady (która trwa tak długo jak uprawnienia gwarancyjne, jednak nie dłużej niż 24 m), z zastrzeżeniem, że Zamawiający korzystać będzie z uprawnień rękojmianych w razie gdy jego

roszczenia z tytułu wad przedmiotu sprzedaży nie zostaną zaspokojone w ramach udzielonej gwarancji.

Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy od dnia protokolarnego odbioru zamontowanego i uruchomionego systemu angiograficznego, a jego uprawnienia z tytułu rękojmi są tożsame z uprawnieniami z tytułu gwarancji.

- 35. Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.18** – Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że osoba trzecia, której będzie zlecane wykonawstwo zastępcze będzie legitymować się autoryzacją producenta sprzętu i uszczegółowienie zapisu jak w propozycji poniżej. Powyższe ma na celu m.in. zabezpieczenie interesów Zamawiającego – który powinien z uwagi na swoje bezpieczeństwo cywilnoprawne (potencjalne ryzyko procesów) korzystać z profesjonalnych serwisów. Z drugiej strony Wykonawca nie może zobowiązać się do utrzymania gwarancji w sytuacji gdy do urządzenia są dopuszczalne przypadkowe podmioty czy nieautoryzowany serwis

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.19, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy pod warunkiem uprzedniego ostatecznego wezwania Wykonawcy do zadośćuczynienia swoim obowiązkom w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, po bezskutecznym upływie tego terminu. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji. Na potrzeby umowy przez dni robocze rozumie się dni od pn do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- 36. Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.19** – Prosimy o potwierdzenie, że żądanie Zamawiającego będzie zawsze miało podstawy w wytycznych, wskazówkach producenta. Zwracamy uwagę, że wykonawcy trudno się zgodzić by o sposobie usuwania usterek / wad decydował Zamawiający. W ramach gwarancji usterki usuwane są przez Wykonawcę w sposób rekomendowany przez producenta. To de facto wskazówki producenta decydują czy wymianie podlegać ma moduł, podzespół czy część czy raczej wada / usterka ma być naprawiona. Pozostawienie tej decyzji w rękach Zamawiającego, który nie dysponuje specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie skutkować może nieuzasadnionymi technicznie i ekonomicznie decyzjami. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o usunięcie – wykonawstwo zastępcze zostało uregulowane – w sposób wyczerpujący w pkt 18. Pozostawienie tego zapisu rodzi wątpliwości interpretacyjne co do zakresu i podstaw wykonawstwa zastępczego. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie opisu wg propozycji poniżej:

W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:

- a. żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt.18, z zastrzeżeniem, że podstawą żądania są wskazówki producenta*
- b. żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt.18,*
- c.*
- d. żądania obniżenia wynagrodzenia*
- e. odstąpienia od umowy, co traktowane będzie jako okoliczność obciążającą Wykonawcę.*



Jednocześnie prosimy Zamawiającego o usunięcie ppkt.c. – wykonawstwo zastępcze zostało uregulowane – w sposób wyczerpujący w pkt 18. Pozostawienie tego zapisu rodzi wątpliwości interpretacyjne co do zakresu i podstaw wykonawstwa zastępczego jak też modyfikacje pkt.20. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie opisu wg propozycji poniżej:

W ramach uprawnień wynikających z udzielonych rękojmi Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu gwarancji jakości

37. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.23** – Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie punktu poprzez proponowany zapis. Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Cena brutto przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą wyrobu do Zamawiającego (tj. transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, dostarczenie systemu angiograficznego, jego montaż i uruchomienie, przeprowadzenie testów akceptacyjnych aparatu oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi wszystkich elementów oferowanego systemu u Zamawiającego, ubezpieczenie, itp.) 24. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, łącznie nie więcej niż 10% ww kwoty
- b) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 20 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- e) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt.b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom

38. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.27** - Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie punktu poprzez proponowany zapis. Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadmierzająca) formą rozwiązywania problemów występujących w trakcie

wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli :

- a) Zwłoka w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,*
- b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca bez uzasadnienia przerwał realizację przedmiotu umowy na okres 7 dni*

Każdorazowo oświadczenie o odstąpieniu winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego, w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczenie terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni roboczych i jest skuteczne po bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu.

39. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.VIII.4** - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym transfer danych pacjenta polega na transferze danych pacjentów rejestrowanych w systemie cyfrowym kardioangiografu do stacji badań hemodynamicznych? Rozwiązanie takie ma sens z punktu widzenia aplikacyjnego gdyż dane pacjenta wpisywane są w angiografie lub przesyłane z systemu RIS/HIS bezpośrednio do angiografu.
40. W SIWZ Zamawiający powołuje się na dokumentację techniczną w której określono wytyczne zabudowy ścian działowych oraz osłon radiologicznych w pomieszczeniu nr 1.01 i 1.02 na pierwszym piętrze. Po analizie załączonej dokumentacji stwierdzamy, że brak w niej jakichkolwiek informacji na temat przyjętych osłon radiologicznych (brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, brak przekrojów określających przyjęte warstwy stropowe, brak podanych grubości wkładek ołowianych w zastosowanych ekranach ochrony radiologicznej). Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wspomnianego Projektu Ochrony Radiologicznej, lub wyspecyfikowanie niniejszych danych.
41. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z zapisami SIWZ, załączenia do oferty zestawienia wielkości osłon radiologicznych stałych: *„Jeżeli założone w załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej wielkości osłon radiologicznych stałych nie spełniają wymogów zaoferowanego przez Wykonawcę systemu angiograficznego, Wykonawca zamieści tę informację w pkt.IV.2 b) Formularza Ofertowego i załączy do oferty zestawienie wielkości osłon radiologicznych stałych dla pomieszczenia Nr 1.01, I piętro oraz pomieszczenia Nr 1.02, I piętro dla zaoferowanego systemu angiograficznego.”*, dodatkowo Zamawiający zawarł wymóg (zapisy SIWZ): *„ Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną zawierającą: - projekt i opis osłon radiologicznych zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.”* Obydwie w/w sentencje są sprzeczne z obowiązującymi przepisami oraz niewykonalne w wyznaczonym terminie. Po pierwsze, Wykonawca przygotowuje projekt osłon radiologicznych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego planu usytuowania aparatu angiograficznego (plan pozostaje w gestii i kosztach Wykonawcy), który może zostać wykonany i zatwierdzony przez Zamawiającego dopiero po podpisaniu umowy z Wykonawcą; po drugie projekt osłon radiologicznych może zostać złożony do

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Zamawiającego, Wykonawcy, co także może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy, a PWIS ma 30 dni na zatwierdzenie złożonego projektu i wydaniu pozytywnej opinii, gdzie Wykonawca nie ma wpływu na terminy urzędowe oraz obieg dokumentów, które z różnych przyczyn mogą ulec wydłużeniu. W związku z powyższym, wnosimy o wykreślenie niniejszych zapisów z dokumentacji przetargowej lub takie ich sformułowanie, aby umożliwiły złożenie oferty wszystkim Wykonawcom.

42. W SIWZ Zamawiający wyznacza montaż systemu angiograficznego jedynie w dwóch pomieszczeniach tj. nr 1.01, I piętro (sala zabiegowa) oraz nr 1.02, I piętro (sterownia): „Zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją techniczną – Załączniki Nr 8-12 do SIWZ montaż systemu angiograficznego wraz z wyposażeniem o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ zostanie wykonany przez Wykonawcę w pomieszczeniu Nr 1.01, I piętro oraz pomieszczeniu Nr 1.02, I piętro.” Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie pomieszczenia nr 1.03, I piętro (magazyn) jako pomieszczenie techniczne dla angiografu. Pomieszczenie niniejsze jest wskazane z uwagi na konieczność lokalizacji infrastruktury technicznej angiografu i celowe z uwagi na oddzielenie infrastruktury technicznej od części zabiegowej.
43. W SIWZ Zamawiający podaje wysokość sufitu podwieszonego w Sali zabiegowej nr 1.01, I piętro jako 270 cm. Czy Zamawiający dopuszcza inną wysokość sufitu podwieszanego w niniejszym pomieszczeniu, która podyktowana będzie wytycznymi producenta zaoferowanego aparatu angiograficznego, np. 280 cm.
44. Zwracamy się z prośbą o podanie nośności (udźwigu) widny oznaczonej na rysunkach architektury jako pomieszczenie nr 1.33, I piętro, a także podanie jej wymiarów użytkowych – szerokość oraz głębokość. Czy Zamawiający dopuści niniejszą windę jako środek transportu dla systemu angiograficznego wraz z wyposażeniem?
45. Zwracamy się z prośbą o określenie rodzaju pomieszczeń znajdujących się bezpośrednio nad oraz pod salą zabiegową nr 1.01, I piętro i sterownią nr 1.02, I piętro.
46. W dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ Zamawiający pokazuje położenie tablicy TR w pom. 1.06 jako zasilanie angiografu, dodatkowo do dokumentacji załączony jest schemat ideowy oraz rysunek montażowy tablicy TR. Dla zasilania systemu angiograficznego, będącego przedmiotem zamówienia, mamy wg dokumentacji technicznej, tablicę TrK – opisaną na schemacie ideowym: zasilanie Koronografu w pom. 1.01. Jednakże w dokumentacji brak jest lokalizacji tablicy TrK, a także jej schematów ideowych oraz montażowych. W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie dokumentacji w temacie tablicy TrK.
47. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.1** - „1. Angiograf nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2014r.” Zamawiający przewiduje dostawę angiografu we wrześniu 2015, dopuszczając tym samym angiograf wyprodukowany w 2014 roku, tym samym dopuszcza dostawę angiografu, który może mieć już ponad półtora roku. Wnosimy o zmianę niniejszego punktu na: „1. Angiograf nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r.”
48. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.7** - „7. Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną zawierającą:
- wytyczne elektryczne gwarantujące montaż i uruchomienie oraz poprawną pracę zaoferowanego systemu angiograficznego,
 - plan posadowienia wszystkich elementów systemu naniesiony na plan sytuacyjny pomieszczeń, w których system zostanie zamontowany,
 - projekt i opis osłon radiologicznych zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.”

Wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego projektu i opisu osłon radiologicznych zatwierdzonego przez PWIS lub takie jego sformułowanie, aby umożliwiły złożenie oferty



wszystkim Wykonawcą. Nadmieniamy, że projekt osłon radiologicznych może zostać złożony do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Zamawiającego, Wykonawcy, co może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy, a PWIS ma 30 dni na zatwierdzenie złożonego projektu i wydaniu pozytywnej opinii, gdzie Wykonawca nie ma wpływu na terminy urzędowe oraz obieg dokumentów, które z różnych przyczyn mogą ulec wydłużeniu.

49. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.15** - „15. Angiograf dostarczony przez Wykonawcę, wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami, podłączony i skonfigurowany do istniejącego oprogramowania Pracowni w sposób umożliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności zainstalowanego oprogramowania oraz pełną integrację ze szpitalnym systemem archiwizacji obrazów PACS.” Czy Zamawiający posiada wolne licencje na podłączenie angiografu i pozostałych urządzeń?

50. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.15** - „15. Angiograf dostarczony przez Wykonawcę, wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami, podłączony i skonfigurowany do istniejącego oprogramowania Pracowni w sposób umożliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności zainstalowanego oprogramowania oraz pełną integrację ze szpitalnym systemem archiwizacji obrazów PACS.”

Czy Zamawiający ustali z dostawcą/dostawcami posiadanego systemu PACS, a następnie udostępni Wykonawcom stałe i jednolite koszty zakupu licencji oraz podłączeń nowego aparatu? Oferta zaadresowana na Zamawiającego i udostępniona wykonawcom, zapewni takie same koszty zakupu licencji oraz podłączenia nowego aparatu, co finalnie przełoży się na cenę ostateczną zaoferowaną w przedmiotowym postępowaniu przy poszanowaniu zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji.

51. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.15** - „15. Angiograf dostarczony przez Wykonawcę, wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami, podłączony i skonfigurowany do istniejącego oprogramowania Pracowni w sposób umożliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności zainstalowanego oprogramowania oraz pełną integrację ze szpitalnym systemem archiwizacji obrazów PACS.”

Czy po stronie Wykonawcy należy przewidzieć koszty związane z zakupem licencji?

52. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.16** - „16. Infrastruktura informatyczna Szpitala, a w tym także parametry serwerów i stacji roboczych zainstalowane w siedzibie Zamawiającego posiadają odpowiednie parametry do współpracy z oferowanym przez Wykonawcę oprogramowaniem zapewniającym płynne przesyłanie obrazów na serwer PACS.” Prosimy o informację na temat posiadanego systemu PACS oraz ich producenta.

53. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.17** - „17. Przesyłanie wykonanych i zapisanych zdjęć i sekwencji wideo poprzez komputerową sieć szpitalną do serwera FTP/PACS oraz dystrybucję do systemu szpitalnego.”

Prosimy o informację na temat posiadanego systemu PACS oraz ich producenta.

54. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.18** - „18. Podłączenie do istniejącej sieci teleinformatycznej Szpitala.” Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych.

55. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zaplanowane szkolenia odbywały się po podpisaniu protokołu odbioru aparatu?

Uzasadnienie:



Specyfika szkoleń aplikacyjnych wymaga przeprowadzania ich podczas pracy z pacjentami celem dopasowania ustawień systemu do wymagań użytkownika, co nie jest możliwe przed przekazaniem systemu do eksploatacji.

56. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.11 oraz Załącznik Nr 7 pkt.X.5** - Prosimy Zamawiającego o podanie ilości osób uczestniczących w szkoleniu

Uzasadnienie: Wcześniejsza informacja pozwoli Wykonawcy na lepsze przygotowanie procesu szkoleń oraz ich zoptymalizowanie pod kątem potrzeb Zamawiającego

57. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.11 oraz Załącznik Nr 7 pkt.X.5** - Czy Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia aplikacyjnego?

Uzasadnienie: Szkolenie aplikacyjne skoncentrowane jest na właściwym przeprowadzeniu za pomocą zakupionego systemu procedur klinicznych w związku, z czym jego efektywności, będzie dużo większa, jeśli będzie ono przeprowadzone podczas rzeczywistych badań.

58. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.19** - Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja aparatu będzie liczona od momentu podpisania pierwszego protokołu odbioru.

59. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.18 i 19 d)** - Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu: *„Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.”* Oraz *„powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim”*

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może zgodzić się na wykonywanie prac przez niewykwalifikowany personel w okresie gwarancji. Potwierdzeniem kwalifikacji jest zaś udzielenie autoryzacji przez Wytwórcę. Jeżeli Zamawiający odpowie NIE czy zgodzi się zmodyfikować zapis na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej posiadającej autoryzację Wytwórcy usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji” oraz *„powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim posiadającym autoryzację Wytwórcy”*

Uzasadnienie: Wykonawca nie może zgodzić się na wykonywanie prac przez niewykwalifikowany personel w okresie gwarancji. Potwierdzeniem kwalifikacji jest zaś udzielenie autoryzacji przez Wytwórcę.

60. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.21** - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad termin 7 dni określony w pkt. 18. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację punktu: *„Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji elementów systemu należącego do przedmiotu umowy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 7 dni roboczych”*.

61. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV. ppkt.21** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dni robocze rozumie jako od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.



62. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.3** - Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do zdalnego serwisu?
63. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.3** - Czy Zamawiający posiada router lub inne urządzenie sieciowe pozwalające na ustanowienie połączenia IPSec Site to Site?
64. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.3** - Czy Zamawiający posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera, który dostarczyłby Wykonawca?
65. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV SIWZ** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń
66. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV SIWZ** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.
67. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.XV SIWZ** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych.
68. **Dotyczy Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy** - Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT?
69. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.1** - Zamawiający w cz. X Wymagania dodatkowe w pkt 1 „Angiograf nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 r.” Mając na uwadze wymagania Zamawiającego i termin realizacji liczony, jako 30 dni od września 2015 czy intencją Zamawiającego jest otrzymanie aparatu powystawowego, wyprodukowanego w okresie 12 m-cy roku 2014. Mając na uwadze fakt, że mimo roku produkcji 2014 i wymogu, co do zaoferowania nowego aparatu – Zamawiający działa na własną niekorzyść dopuszczając zaoferowanie urządzenia z ubiegłego roku. Ponadto czyniąc zadość zasadzie równego traktowania wykonawców w interesie Zamawiającego winno być, aby brzmienie pkt 1 cz. X co najmniej zawierało poniższe informacje: „Angiograf fabrycznie nowy, niepowształkowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 r.”
70. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.2** - Czy Zamawiający dopuści UPS zapewniający pracę angiografu umożliwiający pracę systemu w zakresie ruchów statywu, stołu pacjenta oraz fluoroskopii przez minimum 5 minut w przypadku zaniku zasilania?
71. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I.10** - W pkt. I.10 Załącznika nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga:

I.10	System zabezpieczenia przed kolizją	Tak, Mechaniczny - 0 pkt Elektromechaniczny lub softwarowy - 2 pkt Pojemnościowy - 4 pkt	
------	-------------------------------------	--	--

Pragniemy zauważyć, że pojemnościowe rozwiązanie antykolizyjne, które premiuje Zamawiający, posiada więcej wad niż inne rozwiązania zabezpieczające przed kolizją. System pojemnościowy znacznie utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia wykonywanie czynności w polu operacyjnym z detektorem w pobliżu instrumentów operacyjnych. Ponadto, takie rozwiązanie narzuca konieczność „głębszego” montowania detektora względem obudowy czołowej przez co rośnie odległość pola detekcyjnego od pacjenta. Przekłada się to na pogorszenie jakości diagnostycznej obrazu (zwiększenie zniekształceń geometrycznych), a także zwiększenie dawki ekspozycji co ma bezpośredni, negatywny wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i obsługi.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 10 Załącznika nr 7 do formularza oferty w sposób następujący?

I.10	Systemy zabezpieczenia pacjenta przed kolizją	≥ 4 systemy – 4 pkt, < 4 systemy – 0 pkt.	
------	---	--	--

72. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.I.7** - W pkt.X.7 Załącznika nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga:

X.7	Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną zawierającą: - wytyczne elektryczne gwarantujące montaż i uruchomienie oraz poprawną pracę zaoferowanego systemu angiograficznego, - plan posadowienia wszystkich elementów systemu naniesiony na plan sytuacyjny pomieszczeń, w których system zostanie zamontowany, - projekt i opis osłon radiologicznych zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.	Tak,	
-----	--	------	--

Zamawiający wymaga „(...) najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy (...) projekt i opis osłon radiologicznych zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego”. Wskazany termin jest nierealny. Zwracamy uwagę, że po przygotowaniu kompletnego planu osłon składany jest on do zatwierdzenia. Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny zatwierdza plany osłon w terminie nieprzekraczającym 30 dni. Zazwyczaj, termin ten jest krótszy, lecz nie jest to zależne od wykonawcy. Z uwagi na powyższe, wnosimy o modyfikację wymogu na: „Przygotowanie projektu i opisu osłon radiologicznych do zatwierdzenia przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy.”

73. Prosimy o podanie miejsca przewidzianego na instalację wymaganego UPSa? Dla potrzeb dostarczanego UPSa niezbędne jest klimatyzowane pomieszczenie o powierzchni ok. 6m². Zakładamy, że pomieszczenie nr 1.03 (na projekcie MAGAZYN) będzie przeznaczone dla szaf sterujących angiografu.

74. Czy Zamawiający dopuści zainstalowanie dodatkowego (nieprzewidzianego w projekcie) klimatyzatora w pomieszczeniu nr 1.03 ?
75. Prosimy o podanie nośności stropów dla wszystkich pomieszczeń w których będą instalowane urządzenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia.
76. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.10.15, X.10.16 i X.10.17 , w których Zamawiający wymaga:**
- a) Prosimy o wskazanie producenta i modelu istniejącego oprogramowania pracowni, np. PACS z którym Zamawiający wymaga integracji.
 - b) Czy Zamawiający posiada niezbędne w tym zakresie licencje, a jeśli nie to czy oferent ma skalkulować je w swojej ofercie?
 - c) Czy Oferent ma skalkulować w swojej ofercie koszt integracji po stronie oprogramowania pracowni? Jeśli oferent ma skalkulować je w swojej ofercie, to prosimy Zamawiającego o przedstawienie oferty dostawcy oprogramowania pracowni, na realizację tej pozycji w SIWZ, która obowiązywałaby wszystkich Wykonawców w tym przetargu. Powyższe wymaganie wobec Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie, może w obecnym kształcie rzutować na wyniki całego postępowania. Jeżeli Zamawiający nie przychyli się do naszej prośby, to każdy z potencjalnych Wykonawców będzie zmuszony uzyskać ofertę od dostawcy oprogramowania pracowni na realizację w/w pozycji SIWZ. Dostawca ten, a tym samym sam Zamawiający, może dopuścić się nierównego traktowania Wykonawców w przedmiotowym zamówieniu, jeżeli to dostawca systemu informatycznego będzie decydować jakiej wysokości ofertę wydać danemu Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający powinien zamieścić na stronie internetowej Szpitala ofertę dostawcy obowiązującą wszystkich Wykonawców.
77. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.X.10.17** - Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zamianę sformułowania FTP/PACS na PACS.
78. **Dotyczy Załącznik Nr 6 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej** – Czy Zamawiający dopuści, aby Wykonawca dołączył listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej według oryginału dokumentu listy będącej w posiadaniu Wykonawcy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuści również zaoferowanie przewodowego lub bezprzewodowego wyłącznika ekspozycji (pedał) w sali zabiegowej (do prześwietleń i zdjęć) i w sterowni (do zdjęć).

Ad.2

Zamawiający dopuści również zaoferowanie automatycznego, silnikowego, bez ingerencji obsługi, obrotu przystony i detektora dla kompensacji obrotu przy zmianie pozycji statywu do pozycji z boku pacjenta (prostopadłej i lub skośnej do osi wzdłużnej stołu).

Ad.3

Zamawiający zgodnie z pkt.X.1 Załącznika Nr 7 do SIWZ wymaga zaoferowania angiografu nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014r., tym samym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie angiografu wyprodukowanego zarówno w roku 2014, jak i w roku 2015.

Ad.4

Roboty budowlane realizowane na podstawie załączonych do SIWZ Załączników Nr 8-12 zostaną wykonane przez Wykonawcę realizowanych robót budowlanych.

Ad.5

Zamawiający informuje, iż :

- obsadzenie płyty podłogowej leży w gestii Wykonawcy przedmiotu zamówienia,
- wykonanie kanałów podłogowych leży w gestii Zamawiającego,



- wykonanie posadzki leży w gestii Zamawiającego,
- wykonanie konstrukcji dla zawieszenia sufitowego monitorów leży w gestii Wykonawcy przedmiotu zamówienia,
- wykonanie konstrukcji dla zawieszenia lampy oraz osłony radiologicznej leży w gestii Wykonawcy przedmiotu zamówienia,
- doprowadzenie zasilania dla aparatu – do pomieszczenia leży w gestii Zamawiającego, w pomieszczeniu do aparatu leży w gestii Wykonawcy przedmiotu zamówienia,
- wykonanie kanałów kablowych nad sufitem podwieszonym leży w gestii Zamawiającego,
- dostosowanie systemu chłodzenia leży w gestii Zamawiającego z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.26

Ad.6

Zamawiający informuje, że wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do jednorazowej dostawy systemu angiograficznego z wyposażeniem o parametrach technicznych określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ, jego montażu/instalacji oraz uruchomienia, a także przeprowadzenia testów akceptacyjnych aparatu nastąpi po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń w zakresie leżącym po stronie Zamawiającego.

Ad.7, Ad.27, Ad.41, Ad.48 i Ad.72

Zamawiający zmienia zapis:

1/ pkt.I SIWZ z zapisu o treści :

„Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną zawierającą:

- wytyczne elektryczne gwarantujące montaż i uruchomienie oraz poprawną pracę zaoferowanego systemu angiograficznego,
- plan posadowienia wszystkich elementów systemu naniesiony na plan sytuacyjny pomieszczeń, w których system zostanie zamontowany,
- projekt i opis osłon radiologicznych zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego”.

na zapis o treści:

„Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną zawierającą:

- wytyczne elektryczne gwarantujące montaż i uruchomienie oraz poprawną pracę zaoferowanego systemu angiograficznego,
- plan posadowienia wszystkich elementów systemu naniesiony na plan sytuacyjny pomieszczeń, w których system zostanie zamontowany,
- projekt i opis osłon radiologicznych z potwierdzeniem złożenia go do zatwierdzenia przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego projekt i opis osłon radiologicznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru zamontowanego i uruchomionego systemu angiograficznego oraz przeprowadzenia pierwszej części szkolenia”.

2/ pkt.XV.8 SIWZ z zapisu o treści :

„18. Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną zawierającą:

- wytyczne elektryczne gwarantujące montaż i uruchomienie oraz poprawną pracę zaoferowanego systemu angiograficznego,
- plan posadowienia wszystkich elementów systemu naniesiony na plan sytuacyjny pomieszczeń, w których system zostanie zamontowany,
- projekt i opis osłon radiologicznych zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego”.

na zapis o treści:



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



„18. Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną zawierającą:

- wytyczne elektryczne gwarantujące montaż i uruchomienie oraz poprawną pracę zaoferowanego systemu angiograficznego,
- plan posadowienia wszystkich elementów systemu naniesiony na plan sytuacyjny pomieszczeń, w których system zostanie zamontowany,
- projekt i opis osłon radiologicznych z potwierdzeniem złożenia go do zatwierdzenia przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego projekt i opis osłon radiologicznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru zamontowanego i uruchomionego systemu angiograficznego oraz przeprowadzenia pierwszej części szkolenia”

3/ pkt.X.7 Załącznika Nr 7 do SIWZ z zapisu o treści :

„7. Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną zawierającą:

- wytyczne elektryczne gwarantujące montaż i uruchomienie oraz poprawną pracę zaoferowanego systemu angiograficznego,
- plan posadowienia wszystkich elementów systemu naniesiony na plan sytuacyjny pomieszczeń, w których system zostanie zamontowany,
- projekt i opis osłon radiologicznych zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego”.

na zapis o treści

„7. Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną zawierającą:

- wytyczne elektryczne gwarantujące montaż i uruchomienie oraz poprawną pracę zaoferowanego systemu angiograficznego,
- plan posadowienia wszystkich elementów systemu naniesiony na plan sytuacyjny pomieszczeń, w których system zostanie zamontowany,
- projekt i opis osłon radiologicznych z potwierdzeniem złożenia go do zatwierdzenia przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego projekt i opis osłon radiologicznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru zamontowanego i uruchomionego systemu angiograficznego oraz przeprowadzenia pierwszej części szkolenia”

Ad.8

Zamawiający informuje, że nie przewiduje w tym pomieszczeniu montażu kolumny chirurgicznej.

Ad.9

Zamawiający informuje, że zaoferowany przez Wykonawcę UPS należy zlokalizować w pomieszczeniu 1.03, I piętro – Rys..A3-R1.1 Załącznika Nr 8 do SIWZ.

Ad.10

L.p.	Nazwa	Producent
1.	system PACS - ArPacs	SYNEKTIK S.A., Al. W. Witosa 31, 00-710 Warszawa
2.	pracownia diagnostyczna - CRID	ESAPROJEKT sp. z o.o., Al.W. Korfatego 193, 40-153 Katowice
3.	moduł systemu Szpitala Pracownia/Rejestracja LO Pro	ASSECO Poland S.A. o/Gliwice, ul.Chorzowska 50, 44-100 Gliwice

Zamawiający informuje, iż pełna funkcjonalność zainstalowanego oprogramowania oraz pełna integracja z systemem szpitalnym oznacza wykonanie niezbędnych prac, które zapewnią



odwzorowanie aktualnej funkcjonalności działającego angiografu w systemie Szpitala – InfoMedica / AMMS Asseco. Podłączony i skonfigurowany do w/w aplikacji informatycznych oferowany przez Wykonawcę system angiograficzny musi zapewnić co najmniej taką samą funkcjonalność, jak obecnie podłączony do systemu informatycznego szpitala angiograf. Wymóg funkcjonalności opisany jest w postępowaniu przetargowym – numer sprawy AE/ZP-27-02/11 z dnia 12 stycznia 2011r. - dostępnym na stronie internetowej szpitala:

http://www.ssz.tar.pl/przetargi/pn2011/ae5022011/pm_ae5022011.html

W szczególności funkcjonalność ta musi umożliwiać zlecenie i przesłanie na aparat zleceń zarówno z poziomu pracowni, jak i oddziałów szpitala, opracowanie, wykonanie i opisanie zleconych badań, przesłanie wykonanych obrazów do szpitalnego systemu PACS, przesyłanie do systemu autoryzowanych wyników/opisów badań, dystrybucję w systemie szpitala InfoMedica/AMMS wykonanych na aparacie obrazów.

Ad.11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.12

Zamawiający informuje, iż prędkość transmisji sieci informatycznej wynosi 1 Gbit/s, a średnie procentowe obciążenie systemu PACS nie przekracza 50%.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż:

- pomędzy szafą PD a Serwerownią – światłowód jednomodowy
- w pomieszczeniach do szafy PD - skrętka miedziana 4-parowa.

Ad.13

Zamawiający informuje, iż prędkość transmisji sieci informatycznej wynosi 1 Gbit/s.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż:

- pomędzy szafą PD a Serwerownią – światłowód jednomodowy
- w pomieszczeniach do szafy PD - skrętka miedziana 4-parowa.

Ponadto Zamawiający informuje, że na lokalnym serwerze PACS są usługi DICOM, natomiast wszelkie licencje, jak i konfiguracje ((które nie są zawarte w przedstawionych w odpowiedzi Ad.50 i Ad.76c) ofertach firm ESAPROJEKT sp. z o.o., SYNEKTIK S.A. oraz ASSECO Poland S.A.) należy uzgodnić z firmami, z którymi Szpital posiada umowy nadzoru autorskiego i opieki serwisowej – podtrzymanie 5-letniej trwałości projektu - oraz z producentem szpitalnego systemu tj.

L.p.	Nazwa	Producent
1.	system PACS - ArPacs	SYNEKTIK S.A., Al. W. Witosa 31, 00-710 Warszawa
2.	pracownia diagnostyczna - CRID	ESAPROJEKT sp. z o.o., Al.W. Korfatego 193, 40-153 Katowice
3.	moduł systemu Szpitala Pracownia/Rejestracja LO Pro	ASSECO Poland S.A. o/Gliwice, ul.Chorzowska 50, 44-100 Gliwice

Ad.14

Zamawiający informuje, iż spełnienie warunku określonego w pkt.X.18 Załącznika Nr 7 do SIWZ oznacza podłączenie i skonfigurowanie do posiadanych przez Zamawiającego aplikacji informatycznych zgodnie z odpowiedziami na pytania udzielone przez Zamawiającego w Ad.10, Ad.12 i Ad.13

Ad.15

Zamawiający zmienia treść pkt.XV.18 SIWZ z zapisu o treści:

„18. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 3 dni robocze od dnia



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.19, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.”

na zapis o treści:

„18. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.19, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia innemu autoryzowanemu serwisowi producenta przedmiotu zamówienia usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.”

oraz zmienia zapis pkt.XV.19 d) SIWZ z zapisu o treści:

„d) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim”

na zapis o treści:

„d) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy innemu autoryzowanemu serwisowi producenta przedmiotu zamówienia”

Ad.16

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy pkt.XV.19 i 24 SIWZ w zakresie określonym w pytaniu.

Ad.17

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy pkt.XV.24 SIWZ w zakresie określonym w pytaniu.

Ad.18

Zamawiający nie zapewni łącza internetowego o parametrach podanych w pytaniu.

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w Ad.62 Zamawiający informuje, że posiada łącze internetowe o przepustowości do 1Mb/s i może je udostępnić Wykonawcy w celach serwisowych (tj bez dostępu do danych medycznych). Nie jest to łącze gwarantowane. Zamawiający informuje, iż nie posiada wolnego publicznego adresu IP. Ponadto Zamawiający informuje, że nie zgadza się na uruchomienie tunelu VPN typu IPSec na routerze Zamawiającego.

Ad.19

Zamawiający zmienia treść pkt.XV.18 SIWZ z zapisu o treści:

„18. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego

jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.19, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.”

na zapis o treści:

„18. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.19, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia innemu autoryzowanemu serwisowi producenta przedmiotu zamówienia usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.”

Ad.20

Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.19 d) SIWZ z zapisu o treści:

„d) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim”

na zapis o treści:

„d) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy innemu autoryzowanemu serwisowi producenta przedmiotu zamówienia”

Ad.21

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy pkt.XV.26 SIWZ.

Ad.22

Zamawiający informuje, iż lokalizację pomieszczenia technicznego przewidział w pomieszczeniu 1.03, I piętro – Rys..A3-R1.1 Załącznika Nr 8 do SIWZ.

Ad.23

Zamawiający dokonał uzupełnienia Załącznika Nr 8 do SIWZ o Projekt osłon radiologicznych, zmieniony Załącznik Nr 8 – „Architektura” został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.24

Zgodnie z zapisem ujętym w pkt.I SIWZ oraz pkt.XV.7 SIWZ prace związane z wykonaniem osłon radiologicznych stałych zostaną wykonane przez Zamawiającego na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy założone w załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej wielkości osłon radiologicznych stałych nie spełniają wymogów zaoferowanego przez Wykonawcę systemu angiograficznego, Zamawiający wykona osłony radiologiczne stałe, zgodnie z informacją zamieszczoną przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym według załączonego do oferty przez Wykonawcę zestawienia wielkości osłon radiologicznych stałych dla pomieszczenia Nr 1.01, I piętro oraz pomieszczenia Nr 1.02, I piętro dla zaoferowanego systemu angiograficznego

Ad.25

Zamawiający informuje, iż :

- obsadzenie płyty podłogowej leży w gestii Wykonawcy przedmiotu zamówienia,

- wykonanie kanałów podłogowych leży w gestii Zamawiającego,
- wykonanie posadzki leży w gestii Zamawiającego,
- wykonanie konstrukcji dla zawieszenia sufitowego monitorów leży w gestii Wykonawcy przedmiotu zamówienia,
- wykonanie konstrukcji dla zawieszenia lampy oraz osłony radiologicznej leży w gestii Wykonawcy przedmiotu zamówienia,
- doprowadzenie zasilania dla aparatu – do pomieszczenia leży w gestii Zamawiającego, w pomieszczeniu do aparatu leży w gestii Wykonawcy przedmiotu zamówienia,
- wykonanie kanałów kablowych nad sufitem podwieszonym leży w gestii Zamawiającego,
- dostosowanie systemu chłodzenia leży w gestii Zamawiającego z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.26

Ad.26

Zamawiający informuje, że zaprojektowana instalacja klimatyzacyjno-wentylacyjna jest w stanie schłodzić pomieszczenie 1.01 I piętro oraz 1.02 I piętro do wydatków określonych w pytaniu. Ponadto Zamawiający informuje, że nie przewidział klimatyzacji w pomieszczeniu 1.03 I piętro. Pomieszczenie to może być klimatyzowane przy pomocy dodatkowych klimatyzatorów typu Split z jednostkami zewnętrznymi na dachu. Wydatki cieplne urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu 1.03 I piętro nie mogą być wyższe niż 3 kW. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w Ad.5 i Ad.25 dostosowanie systemu chłodzenia leży w gestii Zamawiającego.

Ad.28

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.29

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.30

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.31

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.32

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy pkt.I SIWZ w zakresie określonym w pytaniu.

Ad.33

Zamawiający określił i podtrzymuje wymagania określone w pkt.XV SIWZ w zakresie uprawnień w ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji oraz w ramach uprawnień z rękojmi za wady.

Ad.34

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt.XV.16 i 17 SIWZ.

Ad.35

Zamawiający zmienia treść pkt.XV.18 SIWZ z zapisu o treści:

„18. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.19, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.”

na zapis o treści:



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



„18. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.19, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia innemu autoryzowanemu serwisowi producenta przedmiotu zamówienia usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.”

Ad.36

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy pkt.XV.19 SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi udzielonej w Ad.15, Ad.20 i Ad.59. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy pkt.XV.20 SIWZ

Ad.37

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy pkt.XV.24 SIWZ (Wykonawca błędnie podał w pytaniu numer punktu z SIWZ jako pkt.XV. ppkt.23 w treści pytania cytując zapisy pkt.XV. ppkt.24)

Ad.38

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy pkt.XV.28 SIWZ (Wykonawca błędnie podał w pytaniu numer punktu z SIWZ jako pkt.XV. ppkt.23 w treści pytania cytując zapisy pkt.XV. ppkt.27)

Ad.39

Zamawiający dopuści również transfer danych pacjenta polegający na transferze danych pacjentów rejestrowanych w systemie cyfrowym kardioangiografu do stacji badań hemodynamicznych

Ad.40

Zamawiający dokonał uzupełnienia Załącznika Nr 8 do SIWZ o Projekt osłon radiologicznych, zmieniony Załącznik Nr 8 – „Architektura” został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.42

Zamawiający informuje, iż lokalizację pomieszczenia technicznego przewidział w pomieszczeniu 1.03, I piętro – Rys..A3-R1.1 Załącznika Nr 8 do SIWZ.

Ad.43

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na inną niż podana w SIWZ wysokość sufitu podwieszanego.

Ad.44

Zamawiający informuje, że nośność windy, o której mowa w pytaniu wynosi 1600 kg, natomiast jej wymiary to: szerokość 140 cm, głębokość 240 cm, wysokość 220cm. Zamawiający informuje, że dopuści ww. windę jako środek transportu dla zaoferowanego systemu angiograficznego.

Ad.45

Zamawiający dokonał uzupełnienia Załącznika Nr 8 do SIWZ o Rzut parteru oraz Rzut II piętra, zmieniony Załącznik Nr 8 – „Architektura” został zamieszczony przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

Ad.46

Zamawiający informuje, że lokalizację, schematy ideowe oraz montażowe tablicy TrK dla pomieszczenia 1.01 na I piętrze opracuje Wykonawca w ramach wytycznych „wytyczne

elektryczne gwarantujące montaż i uruchomienie oraz poprawną pracę zaoferowanego systemu angiograficznego”, które Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy

Ad.47

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.49

Zamawiający informuje, że nie posiada żadnych wolnych licencji. Zakup niezbędnych dla Zamawiającego licencji oprogramowania oraz licencje do podłączenia zaoferowanego aparatu oraz diagnostycznej stacji lekarskiej zostały uwzględnione i przedstawione w ofertach firm ESAPROJEKT sp. z o.o., SYNEKTIK S.A. oraz ASSECO Poland S.A. (odpowiedź Ad.50 i Ad.76 c). Wszelkie pozostałe charakterystyczne dla danej dostawy licencje - bezterminowe oraz bez innych ograniczeń – niezależne od firm ESAPROJEKT sp. z o.o., SYNEKTIK S.A. oraz ASSECO Poland S.A. (takie jak np. licencje DICOM/Worklist dla urządzeń diagnostycznych integrowanych z systemem PACS po stronie dostawców tych urządzeń, czy licencje dla dostarczanej diagnostycznej stacji lekarskiej), muszą zostać dostarczone w ramach niniejszego postępowania.

Ad.50 i Ad.76 c)

Zamawiający informuje, że otrzymał oferty od firm ESAPROJEKT sp. z o.o., SYNEKTIK S.A. oraz ASSECO Poland S.A.

Kopię oferty firmy ESAPROJEKT sp. z o.o. oraz SYNEKTIK S.A. Zamawiający załącza jako załączniki do niniejszego pisma.

Ponadto Zamawiający informuje, że z oferty uzyskanej w dniu 22.05.2015r od przedstawiciela Asseco Poland S.A. wynika, iż – jeżeli nowo zakupiony aparat zostanie równolegle podłączony do systemu działającego w szpitalu - nie występuje konieczność zakupienia dodatkowej licencji na moduł integracyjny pomiędzy funkcjonującym u Zamawiającego systemem HIS InfoMedica/AMMS a zintegrowanym z tym systemem rozwiązaniem radiologicznym RIS/PACS. Możliwe jest zaistnienie konieczności prac serwisowo-konfiguracyjnych w samej pracowni diagnostycznej, aby dostarczany angiograf podłączyć i skonfigurować do współpracy z istniejącym oprogramowaniem RIS/PACS, co wymaga wykonania tych prac przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie usług systemów RIS/PACS.

Koszt zakupu 2 licencji wynosi 6000 zł + 23% VAT (koszt za 1 jednoczesnego użytkownika oprogramowania InfoMedica Pracownia Diagnostyczna wynosi 3000 zł netto). Termin płatności za licencje - 14 dni od daty wystawienia faktury. Oferta ważna do 30 września 2015r.

Wszelkie pozostałe charakterystyczne dla danej dostawy prace wdrożeniowe oraz licencje - bezterminowe oraz bez innych ograniczeń – niezależne od firm ESAPROJEKT sp. z o.o., SYNEKTIK S.A. oraz ASSECO Poland S.A.. (takie jak np. licencje DICOM/Worklist dla urządzeń diagnostycznych integrowanych z systemem PACS po stronie dostawców tych urządzeń, czy licencje dla dostarczanej diagnostycznej stacji lekarskiej), muszą zostać wykonane/dostarczone w ramach niniejszego postępowania.

Ad.51

Zakup niezbędnych dla Zamawiającego licencji oprogramowania oraz licencje do podłączenia aparatu i diagnostycznej stacji lekarskiej zostały uwzględnione i przedstawione w ofertach firm ESAPROJEKT sp. z o.o., SYNEKTIK S.A. oraz ASSECO Poland S.A.. Wszelkie pozostałe charakterystyczne dla danej dostawy licencje - bezterminowe oraz bez innych ograniczeń – niezależne od firm ESAPROJEKT sp. z o.o., SYNEKTIK S.A. oraz ASSECO Poland S.A. (takie jak np. licencje DICOM/Worklist dla urządzeń diagnostycznych integrowanych z

systemem PACS po stronie dostawców tych urządzeń, czy licencje dla dostarczanej diagnostycznej stacji lekarskiej), muszą zostać dostarczone w ramach niniejszego postępowania.

Ad.52

L.p.	Nazwa	Producent
1.	system PACS - ArPacs	SYNEKTIK S.A., Al. W. Witosa 31, 00-710 Warszawa
2.	pracownia diagnostyczna - CRID	ESAPROJEKT sp. z o.o., Al.W. Korfanteo 193, 40-153 Katowice
3.	moduł systemu Szpitala Pracownia/Rejestracja LO Pro	ASSECO Poland S.A. o/Gliwice, ul.Chorzowska 50, 44-100 Gliwice

Ad.53

L.p.	Nazwa	Producent
1.	system PACS - ArPacs	SYNEKTIK S.A., Al. W. Witosa 31, 00-710 Warszawa
2.	pracownia diagnostyczna - CRID	ESAPROJEKT sp. z o.o., Al.W. Korfanteo 193, 40-153 Katowice
3.	moduł systemu Szpitala Pracownia/Rejestracja LO Pro	ASSECO Poland S.A. o/Gliwice, ul.Chorzowska 50, 44-100 Gliwice

Ad.54 i Ad.67

Zamawiający dodaje do pkt.XV SIWZ ppkt.34 o treści

„34. Ochrona danych osobowych

- a) W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.
- b) Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).
- c) Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.”

Ad.55

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga przeprowadzenia szkoleń zgodnie z pkt. X.5 Załącznika nr 7 do SIWZ oraz pkt.I i pkt.XV.11 SIWZ.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad.56

Zamawiający informuje, że w szkoleniu, o którym mowa w pkt. X.5 Załącznika nr 7 do SIWZ oraz pkt.I i pkt.XV.11 SIWZ uczestniczyć będzie:

- w pierwszej części szkolenia (minimum 2 dni robocze w terminie, poprzedzającym termin odbioru zamontowanego i uruchomionego systemu angiograficznego) 18 pracowników Zamawiającego,
- w drugiej części szkolenia (minimum 3 dni robocze w terminie, po odbiorze zamontowanego i uruchomionego systemu angiograficznego) 13 pracowników Zamawiającego.

Ad.57

Zamawiający informuje, że druga część szkolenia (minimum 3 dni robocze w terminie, po odbiorze zamontowanego i uruchomionego systemu angiograficznego) odbywać się będzie podczas wykonywania badań pacjentów

Ad.58

Zgodnie z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ Wykonawca ma udzielić Zamawiającemu pełnej gwarancji na wszystkie elementy zaoferowanego systemu oraz wliczonego w cenę oferty serwisu w okresie minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru zamontowanego i uruchomionego systemu angiograficznego.

Ad.59

Zamawiający zmienia treść pkt.XV.18 SIWZ z zapisu o treści:

„18. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.19, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.”

na zapis o treści:

„18. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.19, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia innemu autoryzowanemu serwisowi producenta przedmiotu zamówienia usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.”

oraz zmienia zapis pkt.XV.19 d) SIWZ z zapisu o treści:

„d) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim”

na zapis o treści:



„d) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy innemu autoryzowanemu serwisowi producenta przedmiotu zamówienia”

Ad.60

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i podtrzymuje zapisy pkt.XV.21 SIWZ

Ad.61

Zamawiający informuje, że dni robocze rozumie jako dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ad.62

Zamawiający informuje, że posiada łącze internetowe o przepustowości do 1Mb/s i może je udostępnić Wykonawcy w celach serwisowych (tj bez dostępu do danych medycznych). Nie jest to łącze gwarantowane

Ad.63

Zamawiający informuje, że nie posiada routera ani żadnego innego urządzenia, które mogłoby udostępnić Wykonawcy.

Ad.64

Zamawiający informuje, że nie posiada wolnego publicznego adresu IP.

Ad.65

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do pkt.XV SIWZ zapisów o treści określonej w pytaniu.

Ad.66

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną do pkt.XV SIWZ zmianę treści SIWZ.

Ad.68

Tak. Ponadto w przypadku zaoferowania w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ przedmiotu zamówienia z różnymi stawkami podatku VAT Wykonawca wprowadzi tyle wierszy, ile różnych stawek VAT obejmuje przedmiot zamówienia z wyszczególnieniem tych elementów przedmiotu zamówienia, którego dana stawka VAT dotyczy.

Ad.69

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.70

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z uwzględnieniem zmiany treści SIWZ w zakresie pkt.X.2 Załącznika Nr 7 do SIWZ

Ad.71

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.73

Zamawiający informuje, że zaoferowany przez Wykonawcę UPS należy zlokalizować w pomieszczeniu 1.03, I piętro – Rys..A3-R1.1 Załącznika Nr 8 do SIWZ.

Ad.74

Zamawiający informuje, że zaprojektowana instalacja klimatyzacyjno-wentylacyjna jest w stanie schłodzić pomieszczenie 1.01 I piętro oraz 1.02 I piętro do wydatków określonych w pytaniu. Ponadto Zamawiający informuje, że nie przewidział klimatyzacji w pomieszczeniu 1.03 I piętro. Pomieszczenie to może być klimatyzowane przy pomocy dodatkowych klimatyzatorów typu Split z jednostkami zewnętrznymi na dachu. Wydatki cieplne urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu 1.03 I piętro nie mogą być wyższe niż 3 kW. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w Ad.5 i Ad.25 dostosowanie systemu chłodzenia leży w gestii Zamawiającego.

Ad.75

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie znajduje się w Załączniku Nr 9 do SIWZ - „Konstrukcja”.

Ad.76**a)**

L.p.	Nazwa	Producent
1.	system PACS - ArPacs	SYNEKTIK S.A., Al. W. Witosa 31, 00-710 Warszawa
2.	pracownia diagnostyczna - CRID	ESAPROJEKT sp. z o.o., Al.W. Korfantego 193, 40-153 Katowice
3.	moduł systemu Szpitala Pracownia/Rejestracja LO Pro	ASSECO Poland S.A. o/Gliwice, ul.Chorzowska 50, 44-100 Gliwice

b)

Zakup niezbędnych dla Zamawiającego licencji oprogramowania oraz licencje do podłączenia aparatu i diagnostycznej stacji lekarskiej zostały uwzględnione i przedstawione w ofertach firm ESAPROJEKT sp. z o.o., SYNEKTIK S.A. oraz ASSECO Poland S.A... Wszelkie pozostałe charakterystyczne dla danej dostawy licencje - bezterminowe oraz bez innych ograniczeń – niezależne od firm ESAPROJEKT sp. z o.o., SYNEKTIK S.A. oraz ASSECO Poland S.A.. (takie jak np. licencje DICOM/Worklist dla urządzeń diagnostycznych integrowanych z systemem PACS po stronie dostawców tych urządzeń, czy licencje dla dostarczanej diagnostycznej stacji lekarskiej), muszą zostać dostarczone w ramach niniejszego postępowania.

Ad.77

Zamawiający zmienia treść pkt.X.17 Załącznika Nr 7 do SIWZ z zapisu o treści:

„17. Przesyłanie wykonanych i zapisanych zdjęć i sekwencji wideo poprzez komputerową sieć szpitalną do serwera FTP/PACS oraz dystrybucję do systemu szpitalnego.”

na zapis o treści

„17. Przesyłanie wykonanych i zapisanych zdjęć i sekwencji wideo poprzez komputerową sieć szpitalną do serwera PACS oraz dystrybucję do systemu szpitalnego.”

Ad.78

Zamawiający dopuści również, aby Wykonawca dołączył listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej według oryginału dokumentu listy będącej w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem, że lista ta zawiera wszystkie dane wymagane zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ jako Załącznik Nr 6.

Ponadto, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

1/ zmienia treść pkt.X.2 Załącznika Nr 7 do SIWZ z zapisu o treści :

„UPS zapewniający pracę angiografu (ruchy statywu, stołu pacjenta i skopię) przez minimalnie 5 minut”

na zapis o treści:

„UPS zapewniający pracę angiografu (ruchy statywu, stołu pacjenta i skopię) przez 3 minuty”

2/ dodaje w Załączniku Nr 7 do SIWZ w pkt..X wiersz o treści:

„20. Wykonawca dostarczy niżej wymienione licencje oprogramowania:

- 2 licencje oprogramowania dla pracowni - Lecznictwo Otwarte - InfoMedica PRO (rejestracja i pracownia diagnostyczna - zwiększenie puli istniejących licencji pływających)
- 1 licencja oprogramowania dla pracowni - e-FILM (oprogramowanie dla stacji diagnostycznej) lub równoważna
- 2 licencje oprogramowania dla pracowni - CRID (Centralny Rejestr Informacji Diagnostycznych Optimed Esaprojekt)”

3/ zmienia treść pkt.I SIWZ z zapisu o treści:



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



„Stan pomieszczenia Nr 1.01, I piętro oraz pomieszczenia Nr 1.02, I piętro zostanie potwierdzony protokolarnie. Pierwszy protokół zostanie spisany trójstronnie przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Wykonawcę realizowanych robót budowlanych – przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, drugi zostanie spisany trójstronnie przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Wykonawcę realizowanych robót budowlanych – po zakończeniu prac związanych z montażem i uruchomieniem zaoferowanego systemu i po podpisaniu protokołu odbioru zamontowanego i uruchomionego systemu angiograficznego.”

na zapis o treści:

„Stan pomieszczenia Nr 1.01, I piętro, pomieszczenia Nr 1.02, I piętro oraz pomieszczenia Nr 1.03, I piętro zostanie potwierdzony protokolarnie. Pierwszy protokół zostanie spisany trójstronnie przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Wykonawcę realizowanych robót budowlanych – przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, drugi zostanie spisany trójstronnie przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Wykonawcę realizowanych robót budowlanych – po zakończeniu prac związanych z montażem i uruchomieniem zaoferowanego systemu i po podpisaniu protokołu odbioru zamontowanego i uruchomionego systemu angiograficznego.”

4/ zmienia treść pkt.XV.12 SIWZ z zapisu o treści:

„12. Stan pomieszczenia Nr 1.01, I piętro oraz pomieszczenia Nr 1.02, I piętro zostanie potwierdzony protokolarnie. Pierwszy protokół zostanie spisany trójstronnie przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Wykonawcę realizowanych robót budowlanych – przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, drugi zostanie spisany trójstronnie przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Wykonawcę realizowanych robót budowlanych – po zakończeniu prac związanych z montażem i uruchomieniem zaoferowanego systemu i po podpisaniu protokołu odbioru zamontowanego i uruchomionego systemu angiograficznego.”

na zapis o treści:

„12. Stan pomieszczenia Nr 1.01, I piętro, pomieszczenia Nr 1.02, I piętro oraz pomieszczenia Nr 1.03, I piętro zostanie potwierdzony protokolarnie. Pierwszy protokół zostanie spisany trójstronnie przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Wykonawcę realizowanych robót budowlanych – przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, drugi zostanie spisany trójstronnie przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Wykonawcę realizowanych robót budowlanych – po zakończeniu prac związanych z montażem i uruchomieniem zaoferowanego systemu i po podpisaniu protokołu odbioru zamontowanego i uruchomionego systemu angiograficznego.”

W związku odpowiedzią udzieloną w Ad.7, Ad 15, Ad 19, Ad 20, Ad 23, Ad 27, Ad 35, Ad 40, Ad 41, Ad 45, Ad 48, Ad 54, Ad 59, Ad.72 i Ad.77 oraz dokonaną powyżej zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 16.06.2015r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 16.06.2015 godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I, III.11, V, X.1, XI.1, XV, XV.8, XV.12, XV.18, XV.19d), Załącznika Nr 7 do SIWZ, Załącznika nr 8 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu oferta cenowa firmy ESAPROJEKT sp. z o.o. i SYNEKTIK S.A oraz Załącznik Nr 7 do SIWZ po dokonanej zmianie, natomiast Załącznik Nr 8 do SIWZ po dokonanej zmianie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Szpitala.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

