



.....

Znak: AE/ZP-27-27/15

Tarnów, 2015-05- 07

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek – 2 szt. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 7 punkt 5.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie w wersji stojącej, pionowej o wymiarach 500 x 570 x 1240 mm (szer. x gł. x wys.)?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 7 punkt 6.** Czy Zamawiający dopuści kosz uniwersalny myjni-dezynfektora o pojemności 1 miska nerkowa? Myjnia posiada możliwość mycia wszystkich pozostałych opcji zestawień sprzętu wymaganych przez Zamawiającego?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 7 punkt 28.** Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 7 punkt 28.** Czy Zamawiający jest skłonny zaakceptować termin dostawy wynoszący 28 dni.
5. **Dotyczy Załącznika Nr 7 punkt 17 i 18.** Ze względu na to, że w większości szpitali dostępna jest twarda lub bardzo woda większość producentów myjni zaleca stosowanie 2 środków chemicznych-myjącego (zasadowy) oraz odkamieniającego/neutralizującego (kwasowy). Czy w związku z tym Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne?
6. Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w automatyczne otwieranie drzwi komory (np. z pomocą pedału nożnego)?
7. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w trwałą uszczelkę z tworzywa sztucznego?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również myjni-dezynfektorów o wymiarach podanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również myjni-dezynfektorów wyposażonych w kosz uniwersalny myjni-dezynfektora o pojemności 1 miska nerkowa i posiadających możliwość mycia we wszystkich pozostałych opcjach zestawień sprzętu wymaganych przez Zamawiającego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 i 4

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę przedmiotu zamówienia do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, natomiast Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

I. W Rozdziale I. INFORMACJE OGÓLNE

Zapis o treści: „(..)Termin realizacji:

- jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń o parametrach określonych w Załączniku Nr 7 oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń w

siedzibie Zamawiającego w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę **maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,**

zmienia na zapis: „(..) Termin realizacji:

- jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń o parametrach określonych w Załączniku Nr 7 oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń w siedzibie Zamawiającego w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę **maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,**

II. W Rozdziale XV . OGÓLNE WARUNKI UMOWY w:

pkt 1 - Zapis o treści: „(..) w okresie do dni kalendarzowych (maksymalnie do 14 dni kalendarzowych) od daty podpisania umowy.

zmienia na zapis: „(..) w okresie **do dni kalendarzowych (maksymalnie do 30 dni kalendarzowych) od daty podpisania umowy.**

- pkt 3 - Zapis o treści: Wykonawca zrealizuje dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, a także przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń w siedzibie Zamawiającego do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

zmienia na zapis: Wykonawca zrealizuje dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, a także przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń w siedzibie Zamawiającego do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

III. W FORMULARZU OFERTOWYM pkt III. OFEROWANE WARUNKI ROZLICZANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ZA ZREALIZOWANE DOSTAWY w pkt 4:

Zapis o treści: Deklarowany termin dostawy dni kalendarzowych (maksymalnie 14 dni kalendarzowe- wpisać ilość dni)

zmienia na zapis: Deklarowany termin dostawy dni kalendarzowych (maksymalnie 30 dni kalendarzowych- wpisać ilość dni)

IV. W Załączniku Nr 7 w pkt 28;

Zapis o treści: Dostawa urządzenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty obowiązywania umowy.

zmienia na zapis: Dostawa urządzenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Ad. 5

Zamawiający nie tylko nie wymaga, ale również nie dopuszcza zaoferowanie urządzenia wymagającego stosowania 2 środków chemicznych-myjącego (zasadowy) oraz odkamieniającego/neutralizującego (kwasowy). Zamawiający, (zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 12 Załącznika Nr 7) wymaga myjni z dezynfekcją termiczną, w której (zgodnie z wymogiem określonym w pkt 17 Załącznika nr 7) jedynym elementem eksploatacyjnym jest odkamieniacz dozowany (zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 18 Załącznika Nr 7) przez własną pompę dozującą oferowanego urządzenia. Zamawiający dopuszcza natomiast dwie pompy dozujące, pod warunkiem, że urządzenie będzie działać zgodnie z wymaganiem Zamawiającego jedynie na odkamieniaczu.

Ad. 6

Zamawiający nie określił wymogu w jaki sposób mają być otwierane drzwi komory myjni, co jednoznacznie określa, że dopuszcza otwieranie drzwi zarówno ręczne jak i automatyczne.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad. 7

Zamawiający określił wymagania dotyczące myjni w SIWZ i Załącznikach do niej, w tym w pkt 1 Załącznika Nr 7 określił, że ma być gotowe do pracy i nie wymagać dodatkowych zakupów. Zgodnie z pkt 2 Załącznika Nr 7 konstrukcja i działanie myjni mają być zgodne z wymaganiami normy PN EN ISO 15883-1-3 lub równoważnej.

W związku z wprowadzonymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 03. 06. 2015r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 03. 06. 2015r godz. 11:00**

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a oraz art. 12a ustawy Pzp Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany w punkcie III.11, V, X.1, XI.1. SIWZ, Załącznika Nr 7 do SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu: Załącznik Nr 7 - uwzględniający dokonaną zmianę w zakresie pkt 28.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

