



Znak: AE/ZP-27-27/15

Tarnów, 2015-05- 15

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek – 2 szt. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy zapisów SIWZ** . Czy Zamawiający w odniesieniu do zapisu pkt 2.2.2 rozdział IV. SIWZ, Zamawiający dopuści załączenie do oferty dokumentów potwierdzających należyte wykonane dostaw sprzętu medycznego o wartości równej lub wielokrotnie wyższej od wymogu Zamawiającego?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy.
3. **Dotyczy Załącznika Nr 7 punkt 6.** Czy Zamawiający do zaoferowania urządzenie o załadunku 1 basen lub 3 kaczki z możliwością mycia 1 nocnika lub 1 pojemnika na mocz lub misek do toalety lub 2 misek nerkowatych?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 7 punkt 15.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga aby myjnia wyposażona była w system samo dezynfekcji po 24 godzinach od ostatniego procesu?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 7.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga aby myjnia wyposażona była w system kontroli dysz myjących?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 7.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga aby myjnia wyposażona była w komorę monolityczną tłoczoną – nie spawaną?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 7.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga aby myjnia wyposażona była w system całkowitego opróżnienia instalacji myjni z wody po każdym procesie?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie do oferty (w ramach spełnienia wymogu określonego w pkt IV.2.2 SIWZ) dokumentów potwierdzających należyte wykonane dostaw sprzętu medycznego o wartości równej lub wielokrotnie wyższej od wymogu Zamawiającego, zamiast wymaganej w SIWZ dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem myjni dezynfektorów do basenów i kaczek o wartości nie mniejszej niż: 36 800,00 PLN.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę przedmiotu zamówienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, dopuścił natomiast (odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 04 maja br.) dostawę przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie myjni-dezynfektora o opisanej w pytaniu pojemności komory.

Ad. 4 Zamawiający nie potwierdzi że wymaga aby myjnia wyposażona była w system samodezynfekcji po 24 godzinach od ostatniego procesu ponieważ nie postawił takiego wymagania.

Ad. 5 Zamawiający nie potwierdzi że wymaga aby myjnia wyposażona była w system kontroli dysz myjących ponieważ nie postawił tak brzmiącego wymagania.

Ad. 6 Zamawiający nie potwierdzi że wymaga aby myjnia wyposażona była w komorę monolityczną tłoczoną – nie spawaną, ponieważ nie postawił tak brzmiącego wymagania.

Ad. 7 Zamawiający nie potwierdzi że wymaga aby myjnia wyposażona była w system całkowitego opróżnienia instalacji myjni z wody po każdym procesie ponieważ nie postawił tak brzmiącego wymagania.