

Wymagane i oferowane parametry techniczne myjni-dezynfektora do basenów i kaczek- 2 szt

Lp	Parametry wymagane	Parametry wymagane	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE podać zakres, opisać)
1.	Myjnia-dezynfektor – urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2014 lub 2015, z uchwytem i kompletnym zestawem połączeń gotowe do pracy i nie wymagające dodatkowych zakupów	TAK	
2.	Konstrukcja i działanie myjni zgodne z wymaganiami normy PN EN ISO 15883-1,-3 lub równoważnej	TAK	
3.	Urządzenie przeznaczone do: opróżniania, mycia, dezynfekcji: ogólnodostępnych basenów (z krótkim uchwytem), nocników, kaczek, pojemników na mocz (szklane i plastikowe z przykrywkami), misek do toalety, misek „nerkowatych”	TAK	
4.	Urządzenie (obudowa oraz komora mycia) w całości wykonane ze stali nierdzewnej, dopuszcza się tylko aby panel sterowania z wyświetlaczem był wykonany z polimeru odpornego na uszkodzenia i korozję oraz działanie środków do dezynfekcji powierzchni	TAK	
5.	Urządzenie w wersji stojącej, pionowej o wymiarach: Szerokość: 450-500 mm Głębokość: 450 – 600 mm Wysokość: 1300 -1730 mm	TAK	
6.	Pojemność komory: 1 basen z pokrywą (zamiennie za basen nocnik dla dzieci - w cenie oferty 10 nocników, które mogą być myte w zaoferowanej myjni) i 1 kaczka na mocz lub 3 kaczki lub 1 miska do toalety pacjenta, lub 2 miski „nerkowate” lub 1 pojemnik na mocz. Myjnia musi posiadać co najmniej wszystkie wymienione opcje zestawień sprzętu do mycia	TAK	
7.	Kosz uniwersalny lub kosze do mycia i dezynfekcji sprzętu w pkt 6	TAK	
8.	Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych	TAK	
9.	Blokada drzwi w trakcie wykonywania procesu mycia i dezynfekcji	TAK	
10.	System dysz strumieniowych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej (minimum 10 dysz, w tym minimum 1 rotacyjna)	TAK	
11.	Panel obsługi w języku polskim z możliwością wyboru dowolnego programu	TAK	
12.	Rodzaj dezynfekcji: dezynfekcja termiczna	TAK	
13.	Program dla mniej lub bardziej zabrudzonych przedmiotów poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji (minimum 3 programy standardowe)	TAK	
14.	Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów	TAK	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry wymagane	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE podać zakres, opisać)
15.	Samodezynfekcja urządzenia – mycie i dezynfekcja termiczna komory, przewodów wodnych i dysz	TAK	
16.	Urządzenie posiada własną wytwornicę pary zasilaną wodą bieżącą	TAK	
17.	Jedynym elementem eksploatacyjnym jest odkamieniacz	TAK	
18.	Własna pompa dozująca odkamieniacz.	TAK	
19.	Wszystkie węże ciśnieniowe elastyczne w splocie metalowym	TAK	
20.	Zabezpieczenie instalacji wodnej myjni przed cofaniem wody.	TAK	
21.	Pakiet startowy wymaganego środka chemicznego do odkamieniania – Wykonawca dostarczy wraz z dostawą urządzenia 1 pojemnik o pojemności 5 litrów odkamieniacza dla każdego urządzenia	TAK	
22.	Możliwość stosowania środków odkamieniających różnych firm - co najmniej 3; podać nazwy firm i ich produkty (nazwy) odpowiednie do zaoferowanej myjni-dezynfektora	TAK	
23.	Zasilanie 230V jednofazowe	TAK	
24.	Podłączenie zimnej i ciepłej wody 1/2", woda surowa, nieuzdatniona	TAK	
25.	Możliwość podłączenia do odpływu Ø 110	TAK	
Pozostałe wymagania			
26.	Myjnie-dezynfektory dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr 107, poz.679 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	TAK	
27.	Instrukcja serwisowa i obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia	TAK	
28.	Dostawa urządzenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.	TAK	
29.	Do oferty należy dołączyć (w języku polskim) materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)	TAK	
30.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego	TAK	
31.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń	TAK	
32.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty