



.....

Znak: AE/ZP-27-28/15

Tarnów, 2015-04- 28

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 1, 2, 3, 4 i 5.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w pozycjach: 1, 2, 3, 4 i 5 na staplery jednorazowego użytku, okrężne, typ zakrzywiony w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach (poz. 1: 21 mm, poz. 2: 25 mm, poz. 3: 28-29 mm, poz. 4 – 31mm, poz. 5: 33-34 mm) wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 – 5,3 mm, bez łamanego kowadła, ale posiadające inne równoważne rozwiązanie techniczne pozwalające na sprawne i łatwe wyciągnięcie kowadła po dokonaniu zespolenia?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w pozycji 6 na kapciuchownicę o długości 67 mm, pozostałe parametry jak w SIWZ
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 6-8.** Wnosimy o wydzielenie poz. 6-8 do osobnego pakietu.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 3.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w poz. 1 i 3 na staplery o parametrach opisanych w SIWZ, ze zszywkami o wysokości przed zamknięciem: 3,85 mm (dla staplerów przeznaczonych do tkanek standardowych, cienkich) i 4,5 mm (dla staplerów przeznaczonych do tkanek grubych).
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2 i 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w poz. 2 i 4 na ładunki z nożem do staplera o parametrach opisanych w SIWZ, ze zszywkami o wysokości przed zamknięciem: 3,85 mm (dla staplerów przeznaczonych do tkanek standardowych, cienkich) i 4,5 mm (dla staplerów przeznaczonych do tkanek grubych).

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1, 2, 3, 4 i 5** staplerów opisanych w pytaniu.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** kapciuchownicy opisanej w pytaniu.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 6-8** do osobnego pakietu.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 3** staplerów jednorazowego użytku o parametrach opisanych w SIWZ, z zszywkami o wysokości przed zamknięciem: 3,85 mm (dla staplerów przeznaczonych do tkanek standardowych i cienkich) i 4,5 mm (dla staplerów przeznaczonych do tkanek grubych).

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2 i 4** ładunków z nożem (do staplerów z poz. 1 i 3 Pakietu Nr 2) o parametrach opisanych w SIWZ, z zszywkami przed zamknięciem 3,85 mm do tkanek standardowych i cienkich oraz 4,5 mm do tkanki grubej.