



.....

Znak: AE/ZP-27-28/15

Tarnów, 2015-04- 29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** W związku z coraz szerszym stosowaniem badań przy pomocy rezonansu magnetycznego prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga aby zszywki we wszystkich oferowanych staplerach wykonane były z co najmniej 99% stopu tytanu.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** W związku z coraz szerszym zakresem stosowania rezonansu magnetycznego prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszyscy oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty potwierdzenie zgodności oferowanych implantów (jakimi są zszywki do staplerów) z MRI i NMR dla statycznego pola magnetycznego do 3.0 Tesla.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści ładunki tnąco-zamykające z nożem o długości szwu 90 mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 3,8 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-5.** Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera jednorazowego użytku, okrężnego, zakrzywionego z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki. Średnica staplera 24 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, sterylne.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4 i 5.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera jednorazowego użytku, okrężnego, zakrzywionego z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki. Średnica staplera 32 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 5,0 mm, sterylne.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1** Zamawiający określił w SIWZ i Załączniku Nr 1 do niej i nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Ad. 2 Zamawiający określił w SIWZ, załączenia do oferty jakich dokumentów żąda w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1** i nie wprowadza do SIWZ zaproponowanych przez Wykonawcę zmian.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** ładunków tnąco-zamykających z nożem o długości szwu 90 mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 poz. 1-5** do osobnego pakietu.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2** staplerów o parametrach opisanych w pytaniu, oferowane staplery w poz. 1 winny mieć średnicę 21 mm, w poz. 2 średnicę 25 mm, a wysokość zszywek przed zamknięciem winna w obu pozycjach wynosić 4,8 mm.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4 i 5** staplerów o parametrach opisanych w pytaniu, staplery oferowane w poz. 4 winny mieć średnicę 31 mm, natomiast w poz. 5 33—34 mm.