



Znak: AE/ZP-27-29/15

Tarnów, 2015-05- 12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę szafek przyłóżkowych, łóżek składanych/foteli rozkładanych, łóżek szpitalnych dla dorosłych, łóżek szpitalnych dla młodzieży oraz łóżeczek szpitalnych dziecięcych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści 45 dniowy termin dostawy?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko składane w kolorze niebieskim (kolorystycznie nieco ciemniejsze od jasnoniebieskiego)?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści 45 dniowy termin dostawy?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżka ze szczytami wypełnionymi płytą meblową wysokiej jakości nieznacznie różniącą się od płyty HPL?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści 75 dniowy termin dostawy?
6. **Dotyczy treści SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego terminu realizacji zamówienia do 45 dni od podpisania umowy?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel o długości całkowitej bez rozłożonego segmentu nożnego wynoszącej 175 cm i z rozłożonym segmentem nożnym 195 cm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel o szerokości leża wynoszącej 48 cm i szerokości całkowitej wraz z podłokietnikami 62 cm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wysokości szafki 790 mm, szerokości całkowitej przy podstawie 695 mm i głębokości 450 mm (rozmiary blatu głównego 460 x 450 mm, rozmiary blatu bocznego 520 x 450 mm)?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z frontami stalowymi pokrytymi lakierem proszkowym?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z pojedynczym blatem, o wysokości blatu od podłogi 795 mm?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z pojedynczym blatem, szafkę o szerokości 450 mm? Głębokość szafki zgodnie z SIWZ.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z komorą bez półki.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach: długość 2165 mm, szerokość całkowita bez barierki 965 mm, z barierkami 1018 mm? Barierki są przy tym łatwo zdejmowalne, bez konieczności użycia narzędzi.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym siatką stalową pokrytą lakierem proszkowym?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach zewnętrznych 1722 mm x 883 mm (w tym barierki) i regulowanej wysokości leża w zakresie 700 – 900 mm?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym siatką stalową pokrytą lakierem proszkowym?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami stalowymi pokrytymi lakierem proszkowym (tak jak cała konstrukcja łóżka), wypełnionymi stalowymi prętami pokrytymi lakierem proszkowym?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o dopuszczonym obciążeniu całkowitym 60 kg?

20. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach zewnętrznych 1512 x 815 i regulowanej wysokości leża w zakresie 600-760 mm?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym siatką stalową pokrytą lakierem proszkowym?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-55°?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z bokami opuszczanymi i blokowanymi na wycięciach prętów prowadzących? Mechanizm ten jest prosty w obsłudze, niezawodny, a jednocześnie bardzo bezpieczny, wymagający bowiem podczas regulacji zwolnienia dwóch niezależnych zatrzasków równocześnie. Poręcze boczne można ustawić na różnych wysokościach. Opuszczanie poręczy wymaga najpierw uniesienia lekko do góry całej barierki, pociągnięcia w dół główki zatrzasku, a następnie, trzymając odciągniętą w dół główkę zatrzasku, jednoczesnego naciśnięcia zwalniaczy. Podnoszenie poręczy nie wymaga zwalniaczy ani pociągania główki zatrzasku, poręcz podczas podnoszenia blokuje się automatycznie na wycięciach prętów prowadzących.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 390 mm?
25. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.15 a) SIWZ.** Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej do 0,1% za każdy dzień zwłoki.
26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 42 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o szerokości 43 cm?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe wykonane w całości (szkielet, blat i fronty) z płyty meblowej okleinowanej PCV?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe, posiadające szkielet i fronty metalowe pokryte lakierem proszkowym, a blat z płyty meblowej okleinowanej PCV?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżka składane/fotele rozkładane wyposażone w stopki (zamiast kółek)?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżka składane/fotele rozkładane posiadające wymiary łóżka/fotela rozłożonego tj. materaca o długości 180 cm.
32. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści łóżeczka szpitalne dziecięce o wymiarach: długość całkowita 166 cm, szerokość całkowita 86 cm, wysokość leża regulowana w zakresie od 74 do 99 cm
33. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści łóżeczka szpitalne dziecięce posiadające leże dwusegmentowe, segmenty leża wykonane z płyty ABS?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści łóżeczka szpitalne dziecięce posiadające boki łóżeczka opuszczane za pomocą dźwigni ręcznej, którą można również aktywować kolaniem – regulacja płynna w sposób mechaniczny, możliwość ustawienia i pozostawienia barierki na 3 pozycjach/wysokościach?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści łóżeczka szpitalne dziecięce z możliwością wyboru koloru akcentów kolorystycznych narożników łóżeczka (3 kolory do wyboru: niebieski, żółty, pomarańczowy)?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści łóżeczka szpitalne dziecięce wyposażone (zamiast osłony podwozia) w koszyk wykonany ze stali nierdzewnej np. na podręczne rzeczy dziecka, umieszczony pod leżem łóżeczka, koszyk o wymiarach ok. 60x55x15 mm?
37. **Dotyczy Pakietów Nr: 1, 2, 3, 4, 5.** Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od podpisania umowy.
38. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 970 mm?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową, lakierowaną siatką, montowaną na stałe?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 1850 x 820 mm?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 1660 x 840 mm?

42. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 1360 x 690 mm?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalowymi, lakierowanymi lamelami?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pleców w zakresie 0-36 stopni?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z wieszakiem kroplówki montowanym do szczytu łóżka?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z koszem na rzeczy pacjenta umieszczonym pod leżem zamiast przykrycia podwozia?
47. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści szafkę (poz. 1) o szerokości 40 cm?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści szafkę (poz. 1) o szerokości 62 cm?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) o szerokości 1030 cm?
52. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) z leżem wypełnionym metalową kratą?
53. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) ze szczytami wykonanymi z metalowych rur, pokrytych chromem, wypełnionych płytą tworzywową HPL
54. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wymaga aby parametry niemierzalne (tj. obciążenie, barierki, itp.) były potwierdzone przez niezależny podmiot badawczy?
55. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
56. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) o długości całkowitej 190 cm?
57. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) o szerokości bez barierki 85 cm?
58. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) z leżem wypełnionym metalową kratą?
59. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) ze szczytami wykonanymi z metalowych rur, pokrytych chromem, wypełnionych płytą tworzywową HPL
60. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający wymaga aby parametry niemierzalne (tj. obciążenie, barierki, itp.) były potwierdzone przez niezależny podmiot badawczy?
61. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
62. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy biorąc pod uwagę normę PN EN 716-1 Zamawiający dopuści łóżeczko jednosegmentowe?
63. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o długości całkowitej 167 cm?
64. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o szerokości całkowitej 68 cm?
65. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z regulacją wysokości leża w zakresie 75-91 cm?
66. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z barierkami bocznymi regulowanymi skokowo za pośrednictwem mechanizmu zapadkowego?
67. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści łóżeczko bez osłony tworzywowej podwozia. Pod leżem znajduje się tworzywowo pojemnik w kolorze żółtym na podręczne rzeczy pacjenta?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający nie dopuszcza w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** 45 dniowego terminu dostawy przedmiotu zamówienia i podtrzymuje termin dostawy - max. 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** również łóżek składanych w kolorze niebieskim (kolorystycznie nieco ciemniejsze od jasnoniebieskiego), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad 3. Zamawiający nie dopuszcza w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** 45 dniowego terminu dostawy przedmiotu zamówienia i podtrzymuje termin dostawy - max. 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** również łóżek ze szczytami wypełnionymi płytą meblową wysokiej jakości nieznacznie różniącą się od płyty HPL, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** 75 dniowego terminu dostawy przedmiotu zamówienia i podtrzymuje termin dostawy - max. 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w poszczególnych **Pakietach Nr 1 - 5**.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** również fotela o długości całkowitej bez rozłożonego segmentu nożnego wynoszącej 175 cm i z rozłożonym segmentem nożnym 195 cm, pod warunkiem że zaoferowany fotel można rozłożyć do pełnej pozycji leżącej (uzyskanie po rozłożeniu łóżka) i spełnia on pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** fotela o szerokości leża wynoszącej 48 cm, dopuszcza zaoferowanie fotela o szerokości całkowitej wraz z podłokietnikami 62 cm, pod warunkiem że szerokość leża wynosi min. 60 cm i zaoferowany fotel można rozłożyć do pełnej pozycji leżącej (uzyskanie po rozłożeniu łóżka), a ponadto spełnia on pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** również szafki o wysokości 790 mm i głębokości 450 mm (rozmiary blatu głównego 460 mm x 450 mm), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. Nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie szafki o szerokości przy podstawie 695 mm.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** szafek z frontami stalowymi pokrytymi lakierem proszkowym, zaoferowane szafki zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 7 do SIWZ winny mieć blaty i fronty z płyty HPL lub tworzywa ABS.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** również szafki z pojedynczym blatem, o wysokości blatu od podłogi 795 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** również szafek szerokości 450 mm, z pojedynczym blatem, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** szafek z komorą bez półki.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** łóżka o długości 2165 mm i szerokość całkowitej bez barierki 965 mm (barierki są przy tym łatwo zdejmowalne, bez konieczności użycia narzędzi), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie łóżka o szerokości całkowitej z barierkami 1018 mm.

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** łóżka z leżem wypełnionym siatką stalową pokrytą lakierem proszkowym

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** również łóżka o długości zewnętrznej 1722 mm, szerokości 883 mm (w tym barierki) i regulowanej wysokości leża w zakresie 700 – 900 mm pod warunkiem, że łóżko spełnia pozostałe wymagania SIWZ

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** łóżka z leżem wypełnionym siatką stalową pokrytą lakierem proszkowym.

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** łóżka ze szczytami stalowymi pokrytymi lakierem proszkowym (tak jak cała konstrukcja łóżka), wypełnionymi stalowymi prętami pokrytymi lakierem proszkowym.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** łóżka o dopuszczonym obciążeniu całkowitym 60 kg.

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** również łóżka o wymiarach zewnętrznych 1512 mm (pod warunkiem, że jest to długość) i regulowanej wysokości leża w zakresie

600-760 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ., nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie łóżka o szerokości 815 mm.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** łóżka z leżem wypełnionym siatką stalową pokrytą lakierem proszkowym.

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** również łóżka z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-55°, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 23 Zamawiający nie wyraża na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** łóżka z bokami opuszczanymi i blokowanymi na wycięciach prętów prowadzących.

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** również szafki przyłóżkowej o głębokości 390 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 25 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych w pytaniu zmian w ogólnych warunkach umowy.

Ad 26. Zamawiający nie dopuszcza w **Pakietach Nr: 1, 2, 3, 5** 42 dniowego (dni kalendarzowe) terminu dostawy przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy i podtrzymuje termin dostawy - max. 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, natomiast w **Pakiecie Nr 4** wymagany, zgodnie z SIWZ termin dostawy do 60 dni kalendarzowych.

Ad. 27 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** szafki przyłóżkowej o szerokości 43 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 28 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** szafki przyłóżkowej wykonanej w całości (szkielet, blat i fronty) z płyty meblowej okleinowanej PCV.

Ad. 29 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** szafki przyłóżkowej posiadającej szkielet i fronty metalowe pokryte lakierem proszkowym, a blat z płyty meblowej okleinowanej PCV.

Ad. 30 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** łóżka składanego/fotela rozkładanego wyposażonego w stopki (zamiast kółek).

Ad. 31 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** łóżka składanego/fotela rozkładanego posiadającego wymiary łóżka/fotela rozłożonego tj. materaca o długości 180 cm, pod warunkiem że zaoferowany fotel można rozłożyć do pełnej pozycji leżącej (uzyskanie po rozłożeniu łóżka) i spełnia on pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 32 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** łóżeczka szpitalnego dziecięcego o długości całkowitej 166 cm, szerokości całkowitej 86 cm, o wysokości leża regulowanej w zakresie 74 do 99 cm.

Ad. 33 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** łóżeczek szpitalnych dziecięcych posiadających leże dwusegmentowe, segmenty leża wykonane z płyty ABS, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 34 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** łóżeczek szpitalnych dziecięcych posiadających boki łóżeczka opuszczane za pomocą dźwigni ręcznej, którą można również aktywować kolanem – regulacja płynna w sposób mechaniczny, możliwość ustawienia i pozostawienia na 3 pozycjach/wysokościach.

Ad. 35 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** łóżeczek szpitalnych dziecięcych z możliwością wyboru koloru akcentów kolorystycznych narożników łóżeczka (3 kolory do wyboru: niebieski, żółty, pomarańczowy), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 36 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** łóżeczek szpitalnych dziecięcych wyposażonych (zamiast osłony podwozia) w koszyk wykonany ze stali nierdzewnej np. na podręczne rzeczy dziecka, umieszczony pod leżem łóżeczka, koszyk o wymiarach ok. 60x55x15 mm.

Ad 37. Zamawiający nie dopuszcza w **Pakietach Nr: 1, 2, 3, 5** terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy i podtrzymuje termin dostawy - max. 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, natomiast w **Pakiecie Nr 4** wymagany, zgodnie z SIWZ termin dostawy do 60 dni kalendarzowych.

Ad 38. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** również łóżka o szerokości całkowitej 970 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 39. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** łóżka z leżem wypełnionym metalową, lakierowaną siatką, montowaną na stałe.

Ad 40. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** również łóżka o wymiarach zewnętrznych 1850 x 820 mm, pod warunkiem, że wymiar 1850 mm to długość łóżka, a wymiar 820 to szerokość łóżka, a ponadto zaoferowane łóżka spełniają pozostałe wymagania SIWZ

Ad 41. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** łóżka o wymiarach zewnętrznych 1660 x 840 mm.

Ad 42. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** łóżka o wymiarach zewnętrznych 1360 jeżeli jest to długość, dopuszcza natomiast wymiar 690 mm jeżeli jest to szerokość, ale pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 43. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** również łóżka z leżem wypełnionym metalowymi, lakierowanymi lamelami, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 44. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** łóżka z regulacją pleców w zakresie 0-36 stopni

Ad 45. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie nr 5 poz. 1** łóżka z wieszakiem kroplówki montowanym do szczytu łóżka.

Ad 46. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** łóżka z koszem na rzeczy pacjenta umieszczonym pod leżem zamiast przykrycia podwozia.

Ad 47. Zamawiający nie wyraża zgody na 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia w **Pakiecie Nr 1**.

Ad 48. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** szafki o szerokości 40 cm.

Ad 49. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** szafki o szerokości 62 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 50. Zamawiający nie wyraża zgody na 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia w **Pakiecie Nr 3**.

Ad 51. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** łóżka o szerokości 1030 mm

Ad 52. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** łóżka z leżem wypełnionym metalową kratką.

Ad 52. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** łóżka ze szczytami wykonanymi z metalowych rur, pokrytych chromem, wypełnionych płytą HPL.

Ad 54. Zamawiający nie wymaga w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** aby parametry niemierzalne (tj. obciążenie, barierki, itp.) były potwierdzone przez niezależny podmiot badawczy.

Ad 55. Zamawiający dopuszcza 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia w **Pakiecie Nr 4**.

Ad 56. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** łóżka o długości całkowitej 190 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 57. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** łózek o szerokości bez barierok 850 mm, pod warunkiem, że szerokość z barierkami wynosi max. 883 mm i łóżko spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Ad 58. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** łóżka z leżem wypełnionym metalową kratką

Ad 59. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** również łózek ze szczytami wykonanymi z metalowych rur, pokrytych chromem, wypełnionych płytą tworzywową HPL.

Ad 60. Zamawiający nie wymaga w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** aby parametry niemierzalne (tj. obciążenie, barierki, itp.) były potwierdzone przez niezależny podmiot badawczy.

Ad 61. Zamawiający nie wyraża zgody na 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia w **Pakiecie Nr 5**.

Ad 62. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** łóżeczka jednosegmentowego.

Ad 63. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** łóżeczka o długości całkowitej 167 cm.

Ad 64. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** łóżeczka o szerokości całkowitej 68 cm.

Ad 65. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** łóżeczka z regulacją wysokości leża w zakresie 75 – 91 cm.

Ad 66. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** łóżeczka z barierkami bocznymi regulowanymi skokowo za pośrednictwem mechanizmu zapadkowego.

Ad 67. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** łóżeczka bez osłony tworzywowej podwozia.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

