



Znak: AE/ZP-27-29/15

Tarnów, 2015-05- 20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę szafek przyłóżkowych, łóżek składanych/foteli rozkładanych, łóżek szpitalnych dla dorosłych, łóżek szpitalnych dla młodzieży oraz łóżeczek szpitalnych dziecięcych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe posiadające szerokość wynoszącą 420 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe posiadające szkielet metalowy pokryty lakierem proszkowym, blaty wykonane z płyty HPL oraz fronty szuflady i drzwiczek metalowe lakierowane proszkowo w kolorze określonym przez Zamawiającego.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szerokość całkowitą wynoszącą 960 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi metalową siatką lakierowaną proszkowo?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa sztucznego polipropylenu z tworzywową wkładką z możliwością wyboru koloru, w tym kolor jasnoniebieski?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 1830 mm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szerokość całkowitą wynoszącą 810 mm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szerokość całkowitą wynoszącą 960 mm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi metalową siatką lakierowaną proszkowo?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa sztucznego polipropylenu z tworzywową wkładką z możliwością wyboru koloru, w tym kolor jasnoniebieski?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej bez potrzeby lakierowania, z wypełnieniem z płyty HPL w kolorze jasnoniebieskim?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczka dziecięce wyposażone w tworzywową osłonę podstawy z możliwością wyboru jej koloru z palety 2 barw – szary oraz biały?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie **Pakiecie Nr 1** szafek przyłóżkowych posiadające szerokość wynoszącą 420 mm.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** szafek przyłóżkowych posiadających szkielet metalowy pokryty lakierem proszkowym, nie wyraża natomiast zgody aby zaoferowane szafki miały fronty szuflady i drzwiczek metalowe lakierowane proszkowo, nawet gdyby Zamawiający miał prawo do wyboru ich koloru

Ad 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** łóżka o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm.

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** łóżka o szerokości całkowitej wynoszącej 960 mm.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** łóżka szpitalnego z segmentami leża wypełnionymi metalową siatką lakierowaną proszkowo.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** łóżka szpitalnego wyposażonego w szczyty wykonane z tworzywa sztucznego polipropylenu z tworzywową wkładką nawet jeżeli Zamawiający ma możliwością wyboru koloru, w tym koloru jasnoniebieskiego

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** również łóżka szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 1830 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** również łóżka szpitalne o szerokości całkowitej wynoszącej 810 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** łóżka szpitalnego o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** łóżka szpitalnego o szerokości całkowitej wynoszącej 960 mm

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** łóżka szpitalnego z segmentami leża wypełnionymi metalową siatką lakierowaną proszkowo.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** łóżka szpitalnego wyposażonego w szczyty wykonane z tworzywa sztucznego polipropylenu z tworzywową wkładką, nawet jeżeli Zamawiający ma możliwością wyboru koloru, w tym kolor jasnoniebieski

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** łóżka szpitalnego wyposażonego w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej bez potrzeby lakierowania, z wypełnieniem z płyty HPL w kolorze jasnoniebieskim, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** również łóżeczka dziecięcego wyposażonego w tworzywową osłonę podstawy z możliwością wyboru jej koloru z palety 2 barw – szary oraz biały, pod warunkiem, że łóżko spełnia pozostałe wymagania SIWZ

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

