



.....

Znak: AE/ZP-27-29/15

Tarnów, 2015-05- 25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę szafek przyłóżkowych, łóżek składanych/foteli rozkładanych, łóżek szpitalnych dla dorosłych, łóżek szpitalnych dla młodzieży oraz łóżeczek szpitalnych dziecięcych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania szafki przyłóżkowe o szerokości 43 cm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1. Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania szafki przyłóżkowe z komorą bez wewnętrznej półki.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżka szpitalne, w którym leże wykonane jest z metalowej, ocynkowanej siatki.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżka szpitalne o całkowitej długości zewnętrznej wynoszącej 2160 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżka szpitalne o całkowitej szerokości zewnętrznej wynoszącej 970 mm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżka szpitalne o regulacji oparcia pleców 0-700?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżka szpitalne ze szczytami chromowanymi, wypełnionymi wysokiej jakości, zmywalną płytą HPL?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** szafki przyłóżkowej o szerokości 43 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** szafek z komorą bez wewnętrznej półki.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** łóżka szpitalnego, w którym leże wykonane jest z metalowej, ocynkowanej siatki.

Ad 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** łóżka o całkowitej długości zewnętrznej wynoszącej 2160 mm.

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** łóżka o całkowitej szerokości zewnętrznej wynoszącej 970 mm.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** łóżka szpitalnego o regulacji oparcia pleców 0-70⁰, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** łóżek szpitalnych ze szczytami chromowanymi, wypełnionymi wysokiej jakości, zmywalną płytą HPL.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a