



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-38/15

Tarnów, 2015-07-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę aparatu USG - 2 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu głowicę typu convex, która posiada 192 elementy i spełnia wszystkie pozostałe wymagania?
2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, który posiada frame rate 498 obrazów/s dla trybu B?
3. **Dotyczy pkt.XV.11a) Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymiana całego urządzenia na nowe wolne od wad oraz o tożsamy parametrach, następowała w przypadku wystąpienia czwartej awarii tego samego istotnego elementu?
4. **Dotyczy pkt.XV.14a) Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2%?
5. **Dotyczy pkt.XV.14e) Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?
6. **Dotyczy pkt.XV.10 Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego – maksymalnie 5 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia innemu autoryzowanemu serwisowi usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.
7. **Dotyczy pkt.XV.11d Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy innemu autoryzowanemu serwisowi.”
8. **Dotyczy pkt.XV.13 Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzeń o czas ich wyłączenia z eksploatacji trwającej powyżej 10 dni roboczych.”
9. **Dotyczy pkt.XV.14 a i b Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?
10. **Dotyczy pkt.XV.14 c i e Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 20% na 5% oraz odpowiednio z 0,2% na 0,1%?

11. **Dotyczy pkt.XV.14 Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 10 dni od daty zgłoszenia.
12. **Dotyczy pkt.XV.14 Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści: „W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.”
13. **Dotyczy pkt.XV.19 Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejsza umowa bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych.”
14. **Dotyczy pkt.XV.21 b) Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
15. **Dotyczy pkt.XV.22 Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
16. **Dotyczy pkt.XV.25 g Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „ustawowej zmiany stawki podatku VAT wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”
17. **Dotyczy pkt.XV.1 Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia z 28 dni do 45 dni?
18. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.4** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z trzema gniazdami obrazowania, dwoma elektronicznymi oraz jednym mechanicznym?
19. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.5 c)** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dwoma pasmami częstotliwości obrazowania harmonicznego?
20. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.6 b)** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z głowicą typu convex z liczbą elementów 180?
21. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.6 c)** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z kątem obrazowania 60 °
22. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.6 d)** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z jednym pasmem obrazowania harmonicznego?
23. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.8 d)** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez Dopplera Tkankowego?
24. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.12** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z Frame Rate dla trybu B 600 obrazów/s?
25. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.16** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z funkcją powiększenia w czasie rzeczywistym ale bez funkcji powiększenia po zamrożeniu?

26. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.17 b)** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w nagrywarke CD/DVD-R/RW umożliwiającą zapis w dwóch formatach BMP oraz AVI?
27. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.21** – Czy Zamawiający zgodzi się na wstawienie aparatów zastępczych o parametrach nie gorszych niż w specyfikacji w razie opóźnienia dostawy, do czasu realizacji dostawy?
28. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG japońskiego renomowanego producenta, wyposażony w wysokiej klasy szerokopasmową, elektroniczną głowicę convex zapewniającą ogniskowanie aż w dwóch płaszczyznach, o częstotliwości pracy od 2 do 6 MHz i z 192 elementami tworzącymi obraz?
29. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z głowicą liniową posiadającą dwa pasma obrazowania harmonicznego?
30. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z głowicą convex posiadającą 128 elementów, oraz dwa pasma obrazowania harmonicznego ?
31. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z Frame Rate dla trybu B, 400 obrazów/s ?
32. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z dyskiem twardym o pojemności 320GB ?
33. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.6 a)** – Czy w ramach prowadzonego postępowania w punkcie 6a Zamawiający dopuści aparat posiadający głowicę elektroniczną convex o zakresie częstotliwości pracy w przedziale 2.0-5.0 MHz ?
34. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.6 e)** – Czy w ramach prowadzonego postępowania w punkcie 6e Zamawiający dopuści aparat bez dołączonej do głowicy convex przystawki do biopsji ?
35. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.8 d) i g)** – Czy w związku z tym, że w aparacie oraz w opcjach rozbudowy nie jest wymagana aplikacja kardiologiczna oraz sonda kardiologiczna Zamawiający dopuści w ramach prowadzonego postępowania aparat bez obrazowania w trybie Kolorowego i Spektralnego Dopplera tkankowego oraz bez trybu M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym – dotyczy punktu 8d oraz 8g Specyfikacji ?
36. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.12** – Czy w ramach prowadzonego postępowania w punkcie 12 Zamawiający dopuści aparat posiadający frame rate dla trybu B min. 310 obrazów/s ?
37. **Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.17 b)** – Czy w ramach prowadzonego postępowania w punkcie 17b Zamawiający dopuści aparat wyposażony w nagrywarke płyt CD/DVD-R/RW umożliwiającą zapis w minimum 2 formatach BMP i AVI. Dla Zamawiającego jak i dla badającego brak formatu JPG a obecność formatu BMP w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność przedmiotowego aparatu ?
38. Czy Zamawiający zgodzi się, by aparat był podłączony do zdalnego serwisu, co przełoży się na szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatem?
39. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenia aparatów w terminie do 42 dni od daty podpisania umowy?
40. Czy Zamawiający dopuści głowicę convex o 192 elementach, ale o szerszym zakresie częstotliwości 2-6 MHz i kącie obrazowania (70 +/- 2) stopni.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG z głowicą typu convex, która posiada 192 elementy.

Ad.2

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG, który posiada frame rate 498 obrazów/s dla trybu B.

Ad.3-16

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.17

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia z 28 dni do 45 dni.

Ad.18

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG z trzema gniazdami obrazowania, w tym dwoma elektronicznymi oraz jednym mechanicznym.

Ad.19

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu USG z dwoma pasmami częstotliwości obrazowania harmonicznego.

Ad.20

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu USG z głowicą typu convex z liczbą elementów 180.

Ad.21

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu USG z kątem obrazowania 60 °

Ad.22

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu USG z jednym pasmem obrazowania harmonicznego

Ad.23

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG bez Dopplera Tkankowego

Ad.24

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG z Frame Rate dla trybu B 600 obrazów/s

Ad.25

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG z funkcją powiększenia obrazu w czasie rzeczywistym, ale bez funkcji powiększenia obrazu po zamrożeniu.

Ad.26

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG wyposażonego w nagrywarke CD/DVD-R/RW umożliwiającą zapis w dwóch formatach BMP oraz AVI.

Ad.27

Zamawiający nie wyraża zgody na wstawienie aparatów zastępczych o parametrach nie gorszych niż w specyfikacji w razie opóźnienia dostawy, do czasu realizacji dostawy

Ad.28

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG wyposażonego w wysokiej klasy szerokopasmową, elektroniczną głowicę convex zapewniającą ogniskowanie aż w dwóch płaszczyznach, o częstotliwości prądu od 2 do 6 MHz i z 192 elementami tworzącymi obraz.

Ad.29

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu USG z głowicą convex posiadającą dwa pasma obrazowania harmonicznego.

Ad.30

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu USG z głowicą convex posiadającą 128 elementów oraz dwa pasma obrazowania harmonicznego.

Ad.31

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG z Frame Rate dla trybu B 400 obrazów/s.

Ad.32

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu USG z dyskiem twardym o pojemności 320GB

Ad.33

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG posiadającego głowicę elektroniczną convex o zakresie częstotliwości pracy w przedziale 2.0-5.0 MHz

Ad.34

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu USG bez dołączonej do głowicy convex przystawki do biopsji

Ad.35

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG bez obrazowania w trybie Kolorowego i Spektralnego Dopplera tkankowego oraz bez trybu M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym

Ad.36

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG frame rate dla trybu B min. 310 obrazów/s

Ad.37

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG wyposażonego w nagrywarke płyt CD/DVD-R/RW umożliwiającą zapis w minimum 2 formatach BMP i AVI.

Ad.38

Zamawiający nie dopuści zaoferowania aparatu USG podłączonego do zdalnego serwisu

Ad.39

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia z 28 dni do 42 dni

Ad.40

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu USG posiadającego głowicę convex o 192 elementach oraz szerszym zakresie częstotliwości 2-6 MHz i kącie obrazowania (70 +/- 2) stopni.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a