



AE/ZP-27-39/15

Tarnów, 2015-09-29

**Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 26
- sprawa AE/ZP-27-39/15**

W związku z wniesieniem przez firmę COMESA Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec niezgodnych z przepisami Prawa zamówień publicznych czynności i zaniechań Zamawiającego w zakresie Pakietu Nr 26 dotyczących:

- nieodrżucenia oferty Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań w zakresie Pakietu Nr 26, której treść nie odpowiada treści SIWZ w zakresie punktów 1, 10 i 11 Załącznika Nr 7 do SIWZ,

- zaniechania wyboru oferty Comesa Polska Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie Pakietu Nr 26 jako najkorzystniejszej oraz pismem wyjaśniającym z dnia 22.09.2015r. przesłanym do Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów (Zamawiający) przez firmę Biotronik Polska Sp. z o.o. potwierdzającym, iż zarzuty przedstawione w odwołaniu przez firmę Comesa Polska Sp. z o.o. dotyczące Pakietu Nr 26 parametru 10 Załącznika Nr 7 są zasadne oraz złożeniem w ww piśmie oświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu, jak również ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą w dniu 24.09.2015r. postanowienia w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 186 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uwzględnił odwołanie w całości, jak również działając na podstawie art. 186 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

a) unieważnił czynność wyboru oferty BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w zakresie Pakietu Nr 26,

b) dokonał ponownego badania i oceny ofert w zakresie Pakietu Nr 26.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207.000 EURO na **dostawy, stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki** w zakresie **Pakietu Nr 26** wybrana została oferta Firmy :

1/ COMESA Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa, woj. mazowieckie

Cena wybranej oferty: **77 760,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym cena netto: **72 000,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie Pakietu Nr 26 po dniu 09 października 2015 r.

W wyżej wymienionym postępowaniu w zakresie Pakietu Nr 26 złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i

adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy	Pakiety, w których Wykonawca złożył ofertę
VIII	COMESA Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 26
XII	Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań, woj. wielkopolskie	Pakiet Nr 26

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Pakiet Nr 26

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Liczba punktów w kryterium termin realizacji reklamacji	Razem
Oferta Nr VIII	490,00	10,00	500,00

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w zakresie Pakietu Nr 26 - sprawa AE/ZP-27-39/15

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na **dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki** iż:

- na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w **Pakiecie Nr 26** przez **Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań, woj. wielkopolskie**, (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymaganiem określonym przez Zamawiającego w pkt 10 Załącznika Nr 7 do SIWZ w Pakiecie Nr 26 należało zaoferować stent wieńcowy na cewniku balonowym kobaltowo-chromowy do zabiegów w rozgałęzieniach, który w trakcie zabiegu w rozgałęzieniu posiada możliwość uzyskiwania odpowiednio szerokich oczek bez utraty właściwości - dla średnicy 3,0 mm możliwość osiągnięcia średnicy oczka równej lub powyżej 4,0 mm. Zgodnie z wyjaśnieniem Wykonawcy z dnia 22.09.2015r. zaoferowany stent wieńcowy posiada możliwość uzyskania dostępu do oczka min. 4 mm średnicy dla średnic powyżej 3,5 mm, a nie jak było wymagane 3,00 mm. W związku z powyższym oferta Wykonawcy w Pakiecie Nr 26 została odrzucona jako niespełniająca wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty,
2. Strona internetowa Zamawiającego,
3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego,
4. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnobrzeg ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

