



Znak: AE/ZP-27-39/15

Tarnów, 2015-06- 18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczanie 1 bar = 1 atm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie introduktorów do tętnicy udowej wyposażonych w specjalnie skonstruowaną szczelną zastawkę krzyżową bez możliwości demontażu nasadki? pozostałe parametry bez zmian.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników przedłużających cewnik prowadzący typu „5in6” z cewnikiem w systemie OTW o średnicy wewnętrznej dla 5F : 0,059” i długości 120 cm kompatybilnych z cewnikiem 6F o średnicy 0,071”?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 16.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników diagnostycznych o średnicy wewnętrznej dla 6F równej 0,051”? Pozostałe parametry bez zmian.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 18.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie przewodniki angioplastyczne wielozadaniowe o długości 180 cm (dla wersji w zakresie 180 – 190 cm) oraz przewodniki 180 cm z przedłużaczem o długości 150 cm (w wersji powyżej 190 cm)? Pozostałe parametry bez zmian.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 20.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników balonowych o długości 10, 15, 20, 30 i 40 mm dla wymaganych średnic? Pozostałe parametry bez zmian.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników balonowych o długości 10 i 15 mm dla wymaganych średnic? Pozostałe parametry bez zmian.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 22.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników balonowych o długości: 6, 10, 15 i 20 mm dla wymaganych średnic? Pozostałe parametry bez zmian.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 23.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników balonowych uwalniających paklitaksel o długości balonu: 9/15/20/30/40 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeliczanie 1 bar = 1 atm.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** introduktorów do tętnicy udowej wyposażonych w specjalnie skonstruowaną szczelną zastawkę krzyżową bez możliwości demontażu nasadki, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13** opisanych w pytaniu cewników przedłużających.

Ad 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16** cewników diagnostycznych o średnicy wewnętrznej dla 6F równej 0,051” , pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 18** przewodników angioplastycznych wielozadaniowych o długości 180 cm (dla wersji w zakresie 180 – 190 cm), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie przewodników 180 cm z przedłużaczem o długości 150 cm (w wersji powyżej 190 cm).

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20** cewników balonowych o długości 10, 15, 20, 30 i 40 mm dla wymaganych średnic ponieważ spełniają wymagania SIWZ w tym zakresie.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21** cewników balonowych o długości 10 i 15 mm dla wymaganych średnic ponieważ spełniają wymagania SIWZ w tym zakresie.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22** cewników balonowych o długości: 6, 10, 15, 20 mm dla wymaganych średnic ponieważ spełniają wymagania SIWZ w tym zakresie.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23** cewników balonowych uwalniających paklitaksel o długości balonu: 9/15/20/30/40 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

