



Znak: AE/ZP-27-39/15

Tarnów, 2015-07- 02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 16.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika o średnicy wewnętrznej równej 0,055” dla średnicy 6F? Pozostałe parametry bez zmian.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnik balonowy o ciśnieniu nominalnym 12 bar? Pozostałe parametry bez zmian.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 24.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie - stent kobaltowo—chromowy wykonany w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo montowana fabrycznie na cewniku balonowym o średnicach: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0? Pozostałe parametry bez zmian.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 25.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie - stent kobaltowo—chromowy wykonany w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo montowana fabrycznie na cewniku balonowym bez powłoki węglowej o średnicach: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 z możliwością rozszerzania stentu o średnicy 4,0 mm maksymalnie do średnic 4,75 bez utraty jego parametrów fizycznych i strukturalnych? Pozostałe parametry bez zmian.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 9.** Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie czy będzie wymagał balonów do kontrapulsacji 50 cc dla pacjentów o wzroście poniżej 165 cm, przy spełnianiu wszystkich pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 9.** Prosimy o uszczegółowienie czy Zamawiający będzie wymagał balonów do kontrapulsacji kompatybilnych z introduktorami o rozmiarze maksymalnie 8Fr dla wszystkich wymaganych pojemności balonów, przy spełnianiu wszystkich pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 23.** Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki balonowe półpodatne uwalniające paklitaksel, które spełniają wymagania opisane w SIWZ Nr AE/ZP-27-39/15 za wyjątkiem pkt - 9 – cewniki nie posiadają randomizowanych badań (koniec badania przypada na 11.2015).
8. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 4 ogólnych warunków umowy na następujący „(...) w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych lub stawek podatku VAT będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej lub stawki podatku VAT ich cena umowna brutto ulegnie podwyższeniu”?
9. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.8 a i b SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z pkt 8 a i b ogólnych warunków umowy do 0,2%?
10. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 10 ogólnych warunków umowy na następujący; „Naliczanie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pismem uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”?

11. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.17 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do pkt 17 ogólnych warunków umowy następującego zdania; „Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika balonowego angioplastycznego do udrożeń (subokluzje, przewlekłe okluzje) o ciśnieniu nominalnym dla średnicy równej 1,25 mm, równym 10,13 bar? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 23.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika balonowego angioplastycznego uwalniającego paklitaksel, o średnicach (mm): 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 25.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentu wieńcowego na cewniku balonowym kobaltowo-chromowego do zabiegów skomplikowanych o średnicach (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 o ciśnieniu nominalnym dla średnicy 3,0 mm równym 10,13 bar? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
15. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.8 SIWZ.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień ogólnych warunków przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt . 8 „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a) w przypadku dostaw zwykłych – 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówionej a nie dostarczonej partii towaru. b) w przypadku dostaw zwykłych – 0,5% wartości brutto zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, Jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru. W zakresie dostaw zwykłych naliczanie kar umownych o których mowa w pkt b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru to towar pozbawiony wad w terminie do ... (maksymalnie 5 dni kalendarzowych) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.
16. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 16** cewnika diagnostycznego o średnicy wewnętrznej równej 0,055” dla średnicy 6F, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21** cewników balonowych angioplastycznych do udrożeń (subokluzje, przewlekłe okluzje) o ciśnieniu nominalnym 12 bar.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24** stentów wieńcowych na cewniku balonowym kobaltowo-chromowy wielozadaniowy wykonanych w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo montowany fabrycznie na cewniku balonowym, o średnicach: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 25** opisanych w pytaniu stentów.

Ad. 5 i 6. Zamawiający nie będzie uszczegóławiał wymagań dotyczących sprzętu oferowanego w **Pakiecie Nr 9**, ponieważ zostały one określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23** cewników balonowych półpodatnych uwalniających paklitaksel, które spełniają wymagania opisane w SIWZ Nr AE/ZP-27-39/15 za wyjątkiem pkt - 9 – tj. cewników nie posiadających randomizowanych badań.



Ad. 8 – 11, 15 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Zamówień publicznych.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21** cewników balonowych o ciśnieniu nominalnym dla średnicy 1,25 mm równym 10,13 bar.

Ad 13. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 23** cewnika balonowego angioplastycznego uwalniającego paklitaksel , o średnicach (mm): 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 25** stentów wieńcowych na cewniku balonowym kobaltowo-chromowych do zabiegów skomplikowanych o średnicach (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 o ciśnieniu nominalnym dla średnicy 3,0 mm równym 10,13 bar.

Ad. 16 Zmianę stawki VAT Zamawiający przewidział w pkt XV.4 SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

