



Znak: AE/ZP-27-39/15

Tarnów, 2015-07- 07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 29. Czy Zamawiający dopuści stenty o następujących parametrach technicznych: długości stentu: 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 mm? Pozostałe parametry, jak w SIWZ.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 29** stentów wieńcowych na cewniku balonowym uwalniający lek antyproliferacyjny o długości stentu: 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 mm, pod warunkiem, że zaoferowane stenty o średnicy 3,0 mm będą występowały co najmniej w 5 z wymienionych przez Wykonawcę długościach (mieszczących się w określonym przez Zamawiającego przedziale, tj. 6 – 40 mm), tj. 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38 oraz wszystkie zaoferowane stenty będą spełniać pozostałe wymagania SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a