



Znak: AE/ZP-27-41/15

Tarnów, 2015-07- 06

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy endoprotez stawu biodrowego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzpienia bezcementowego, nieanatomicznego, bez pokrycia HA, wykonanego ze stopu tytanu, bezkołnierzewego, dostępnego w 14 rozmiarach, w zakresie długości 107-144 mm, w wersji standardowej oraz z offsetem lateralnym równoległym do osi szyjki trzpienia? W części proksymalnej trzpień napylany Plasma Spray, w części dystalnej gładki i polerowany. Samocentrujący się w kanale udowym, nie wymagający centralizera. Szyjka trzpienia przewężona dla uzyskania większego zakresu ruchu (ROM) Konus 12/14.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie panewki bezcementowej, pressfitowej, sferycznej, wykonanej ze stopu tytanu? Panewka dostępna w rozmiarach 44-68 mm średnicy zewnętrznej, bez pokrycia HA ze skokiem co 2 mm, bezotworowa oraz w wersji z trzema otworami, w tym samym zakresie rozmiarów. Możliwość zaślepienia otworów od wewnątrz śrubami korowymi 6,5 mm średnicy o długości 15-70 mm ze skokiem co 55. Otwór montażowy w dnie panewki zamykany za pomocą zaślepki dołożonej fabrycznie do opakowania implantu panewki.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładki polietylenowej III generacji, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 28 i 32 mm, symetryczna oraz z asymetrią 10 lub 20 stopni bez zaoferowania wkładu ekscentrycznego, związanego oraz ceramicznego w specjalnym wzmacniającym i ochronnym tytanowym kołnierzu, który zapobiega zjawisku impingementu?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby obok podstawowej panewki pressfitowej jak w opisie SIWZ, zaoferować panewkę wkręcaną w 11 rozmiarach od 42 do 62 mm średnicy zewnętrznej.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** opisanego w pytaniu trzpienia bezcementowego.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** opisanej w pytaniu panewki bezcementowej.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** tylko opisanej w pytaniu wkładki.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** opisanej w pytaniu panewki wkręcanej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

