



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-42/15

Tarnów, 2015-07- 02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy koncentratów do dializ, proszku w kolumnie wodorowęglanowej, dializatu bezwapniowego, płynu do hemofiltracji, cytrynianu sodu oraz roztworu heparyny i NaCl dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2** – Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania i wyceny w pakiecie nr 2 w/w postępowania kapsuł kompatybilnych i pasujących do wszystkich aparatów firmy Gambro o wielkości opakowania 650g lub 760g dostarczanych z dwoma korkami zabezpieczającymi do zamykania kapsuł pakowanymi osobno.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 3 i utworzenie osobnego pakietu i zaproponowanie produktu Cytrynianu sodu 13% (1000ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny, 132,1g – cytrynian sodu jednowodny 10,36g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 - Citrate3 – 500) jałowy roztwór do aferezy, stosowany w ciągłej terapii nerkozastępczej (dostosowany do wszystkich urządzeń CRRT) jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2** dopuszcza również zaoferowanie kapsuł zawierających proszek w kolumnie wodorowęglanowej o wielkości opakowania 650g lub 760g z dwoma korkami zabezpieczającymi do zamykania kapsuł pakowanymi osobno, pod warunkiem, że spełniają wszystkie pozostałe wymagane warunki zawarte w SIWZ tj. kapsuła nie wymagająca przebijania i przystosowana do współpracy z monitorami hemodializy firmy GAMBRO typu AK95 i AK95s.

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu Nr 3 i utworzenie osobnego pakietu. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu, podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania 4% Cytrynianu sodu w opakowaniu 1 litrowym worku, tego samego producenta co preparat z pozycji 1.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

